

Konin, 26.08.2022r.

**WSZ-EP-38/1283/2022**

**Wszyscy Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego/  
strona internetowa prowadzonego postępowania**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie Zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie pod nazwą: "Dostawa aparatury, urządzeń i innych wyrobów medycznych" nr sprawy WSZ-EP-38/2022**

**Odpowiedź na zapytania w sprawie SWZ – nr 11**

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm. – zwanej dalej „Ustawą Pzp.”) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – zwanej dalej „SWZ”.

Zamawiający niniejszym udziela odpowiedzi na zadane pytania:

**Pytanie 1:**

Czy Zamawiający będzie wymagał, aby aparat został dodatkowo wyposażony w dodatkowy uchwyt w dolnej części ramienia C do łatwiejszego manewrowania podczas zabiegu?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wymaga powyższego.**

**Pytanie 2:**

Czy Zamawiający będzie wymagał, aby aparat został dodatkowo wyposażony w celownik laserowy od strony generatora, co zapewni precyzyjną pracę również w ustawieniu ramienia do góry nogami.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający wymaga powyższego i w związku z tym zmienia zapisy Załącznika nr 2.5 do SWZ - zestawienie wymaganych parametrów jakościowo –technicznych.**

**Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2.5 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.**

**Pytanie 3:**

Czy Zamawiający będzie wymagał, by aparat posiadał wyjmowalną kratkę przeciwrozprośzeniową bez użycia narzędzi? Wyjmowalna kratka jest wymagana podczas ekspozycji u wszystkich pacjentów pediatrycznych.

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wymaga powyższego.**

**Pytanie 4:**

Czy Zamawiający będzie wymagał, aby aparat był wyposażony w możliwość dokonywania pomiarów długości i kąta wykonywanych ekspozycji? Funkcjonalność pozwala na bardziej precyzyjne wykonywanie operacji.

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wymaga powyższego.**

Pytanie 5:

Czy Zamawiający będzie wymagał, aby aparat był wyposażony w bezprzewodowy LAN wbudowany w aparat? Pozwoli to na bezprzewodową komunikację z siecią Szpitala.

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wymaga powyższego.**

Pytanie 6:

Czy będzie Zamawiający wymagał, aby aparat był wyposażony w możliwość nanoszenia zmian graficznych na wykonanych ekspozycjach? Ułatwia to komunikację na bloku operacyjnym.

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wymaga powyższego.**

Pytanie 7:

Czy Zamawiający będzie wymagał, aby aparat był wyposażony w wyjścia DVI? Pragniemy zauważyć, że zastosowanie DVI pozwoli na używanie monitora dodatkowego w przyszłości.

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wymaga powyższego.**

Pytanie 8:

Czy Zamawiający oczekuje, że aparaty RTG z ramieniem C z pakietów 5 i 6 będą miały możliwość wpięcia się do sieci Szpitalnej PACS, natomiast sama licencja będzie po stronie Zamawiającego?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie oczekuje powyższego.**

Pytanie 9:

*Dotyczy § 4 ust.6 projektu Umowy*

Z uwagi na to, że Wykonawca sam ma przygotować protokół odbioru, prosimy o potwierdzenie, że protokół odbioru ma zawierać następujące dane:

- dostawa
- rozładunek
- instalacja
- sprawdzenie zgodności dostarczonego sprzętu z opisem wymaganym parametrów jakościowo-technicznych

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający potwierdza, że z obustronnie podpisanego protokołu odbioru musi wynikać fakt dostarczenia przedmiotu umowy ze wskazaniem jego indywidualnych numerów identyfikacyjnych. Ponadto z obustronnie podpisanego protokołu odbioru musi wynikać fakt uruchomienia w obecności przedstawiciela Zamawiającego, sprawdzenia poprawności działania oraz możliwych do weryfikacji przez użytkownika zgodności parametrów jakościowo-technicznych opisanych w SWZ. Podpisanie przez upoważnioną przez Zamawiającego osobę protokołu odbioru nie pozbawia Zamawiającego prawa do roszczeń w przypadku ujawnionych w dniu odbioru lub okresie późniejszym jakichkolwiek odstępstw od parametrów jakościowo-technicznych i funkcjonalnych opisanych w SWZ.

**Pytanie 10:**

*Dotyczy § 4 ust.7 projektu Umowy*

Z uwagi na to, że podstawą do wystawienia faktury jest protokół ze szkolenia (§ 4 ust.8), prosimy o potwierdzenie, że personel medyczny, który ma być przeszkolony będzie gotowy do szkolenia w dniu dostawy aparatu.

Z naszej strony możemy zapewnić, że będziemy gotowi do szkolenia w dniu dostawy.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający potwierdza powyższe.**

**Pytanie 11:**

Zwracamy się z prośbą o uwzględnienie w dniach roboczych zapisu tj. od pn - pt (w wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

Wyjaśniamy, iż serwis Wykonawcy pracuje od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w określonych godzinach, dlatego też prosimy o zaakceptowanie powyższej propozycji.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zgodnie z zapisami paragrafu 4 ust. 1 złącznika numer 5 do SWZ – PPU.**

**Pytanie 12:**

*Dotyczy § 5 ust.6 projektu Umowy*

Czy Zamawiający uzna kontakt telefoniczny lub zdalny jako przystąpienie do naprawy?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający uzna kontakt telefoniczny na reakcję na zgłoszenie serwisowe (awaria) ustaloną na maksymalnie 3 dni robocze od zgłoszenia. Zamawiający nie uzna kontaktu telefonicznego za naprawę wyznaczoną na maksymalnie 5 dni roboczych od zgłoszenia awarii albo maksymalnie 10 dni roboczych od zgłoszenia awarii w przypadku udokumentowanej konieczności i importu części zamiennych zza granicy.**

**Pytanie 13:**

*Dotyczy § 5 ust.7 projektu umowy*

W nawiązaniu do w/w zapisów, zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu dostarczenia urządzenia zastępczego na czas przedłużającej się naprawy (ponad terminy określone przez Zamawiającego).

Wyjaśniamy, że przedmiotem zamówienia jest aparat RTG z ramieniem C i w tym przypadku nie ma możliwości dostarczenia aparatu zastępczego, w tak krótkim czasie, gdyż wymaga to przede wszystkim uzyskania pozwolenia Sanepidu na eksploatację zastępczego aparatu.

Ponadto z dostarczeniem aparatu zastępczego tj. aparatu RTG z ramieniem C wiąże się szereg czynności związanych z tym procesem. Najpierw należy zdemontować uszkodzony aparat, przygotować ponownie pomieszczenie pod instalację zastępczego sprzętu, zainstalować go, przeprowadzić kalibrację, ale najważniejsze uruchomić aparat. Natomiast uruchomienie zastępczego aparatu RTG z ramieniem, jest możliwe po wcześniejszym uzyskaniu przez Zamawiającego pozwolenia od Sanepidu na uruchomienie i eksploatację zastępczego aparatu,

co wiąże się z długim okresem oczekiwania, który może wynieść nawet do miesiąca, a w tym czasie można już naprawić uszkodzony system.

W związku z powyższym, bardzo prosimy o przychylenie się do naszej prośby, poprzez odstąpienie od wymogu dostarczenia urządzenia zastępczego.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie.**

Pytanie 14:

W przypadku udzielenia negatywnej odpowiedzi na pytanie nr 15 (odstąpienie od wymogu dostarczenia sprzętu zastępczego), prosimy o wydłużenie terminu na dostarczenie urządzenia zastępczego po 15 dniach roboczych od momentu zgłoszenia.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający wyraża zgodę na powyższe i w związku z tym zmodyfikuje zapisy paragrafu 5 ust. 7 załącznika numer 5 do SWZ – PPU.**

**Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 5 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.**

Pytanie 15:

*Dotyczy § 2 ust.3 projektu umowy*

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na 30-dniowy termin płatności licząc od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, zgodnie z SWZ.**

Pytanie 16:

*Dotyczy § 5 ust.9 projektu Umowy*

Wyjaśniamy, że wykonywanie napraw w okresie gwarancji przez inny podmiot (nieautoryzowany przez producenta sprzętu), skutkuje natychmiastową utratą gwarancji. Tylko autoryzowany przez producenta, serwis Wykonawcy jest wyłącznie upoważniony do dokonywania wszelkiego rodzaju napraw gwarancyjnych, gdyż jest odpowiednio przeszkolony przez producenta, posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie serwisowania konkretnego modelu urządzenia.

W związku z tym prosimy o odstąpienie od w/w zapisu.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, zgodnie z SWZ.**

Pytanie 17:

*Dotyczy projektu umowy § 6 ust. 1.1*

W nawiązaniu do § 6 ust.1.1 projektu Umowy, zwracamy się z prośbą o obniżenie kar umownych do wysokości 0,5% wartości brutto za każdy dzień zwłoki w realizacji dostawy

Zwracamy uwagę, że kara powinna mieć charakter jedynie dyscyplinujący.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, zgodnie z SWZ.**

Pytanie 18:

*Dotyczy projektu umowy § 6 ust. 1.2*

W nawiązaniu do § 6 ust.1.2 projektu Umowy, zwracamy się z prośbą o obniżenie kar umownych do wysokości 0,5% wartości brutto za każdy dzień zwłoki w realizacji jakichkolwiek prac, o których mowa w § 4.

Jednocześnie prosimy o wyjaśnienie jakie prace ma Zamawiający na myśli pisząc o § 4.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, zgodnie z SWZ.**

**Pisząc o par. 4 Zamawiający ma na myśli prace/czynności wymienione w par. 4, tj. w szczególności rozładunek, montaż, uruchomienie, adaptację, integrację, konfigurację, przeprowadzenie testów, dostarczenie ich wyników, szkolenie.**

Pytanie 19:

Mając na uwadze tzw. równe traktowanie Stron, a tym samym zabezpieczenie interesów także Wykonawcy, prosimy o określenie kary, dla Zamawiającego, w wysokości, jak dla Wykonawcy, za odstąpienie od umowy przez Strony, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, zgodnie z SWZ.**

Pytanie 20:

Zwracamy się z prośbą, aby kary naliczane były w dniach roboczych od pn-pt. z wykluczeniem dni wolnych od pracy. Zamawiający w treści SIWZ określił sposób naliczania kar umownych nie precyzując sytuacji, w których kary umowne nie powinny być naliczane, z uwagi na niezawinione przez Wykonawcę sytuacje (brak możliwości reakcji w sobotę). Wnosimy wobec tego o potwierdzenie, że kary umowne będą dotyczyły dni roboczych od pn-pt. (z wyłączeniem dni wolnych od pracy).

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, zgodnie z SWZ.**