



**Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu®**  
**ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg**  
tel. 55 230-41-97 , fax. 55 230-41-50  
e-mail: [zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl](mailto:zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl) , <http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/>

Nr sprawy:  
ZP/27/2020

Przetarg nieograniczony na dostawę lateksowych bezpudrowych

Elbląg, dnia 06.10.2020r.

### **Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego**

Dotyczy: postępowania na dostawę rękawic lateksowych bezpudrowych, Nr sprawy **ZP/27/2020**.

Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu, ul. Komeńskiego 35 informuje, że zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawy Prawo zamówień publicznych, wpłynęły pytania od Wykonawcy o poniższej treści:

#### **Pytanie 1 – dot. Załącznika 1.1**

Oczekuje rękawic zarejestrowanych i oznakowanych w Klasie I zgodnie z Dyrektywą o Wyrobach Medycznych 93/42/EEC oraz w Kategorii III zgodnie z Dyrektywą o Środkach Ochrony Osobistej 89/686/EEC ?

#### **Pytanie 2 – dot. Załącznika 1.1**

Oczekuje rękawic odpornych na penetrację wirusów zgodnie z ASTM F 1671?

#### **Pytanie 3 – dot. Załącznika 1.1**

Oczekuje rękawic zgodnych z normami EN 455-1,2,3,4, EN 374-1(z wył. pkt. 5.3.2),2,3, EN 420, EN 388 ?

#### **Pytanie 4 – dot. Załącznika 1.1**

Oczekuje rękawic o zawartości protein w poziomie nie większym niż 20 µg/g ?

#### **Pytanie 5 – dot. Załącznika 1.1**

W związku z sytuacją pandemii COVID-19 oczekuje, aby dyspensery rękawic chroniły je przed wilgocią i kontaminacją zabezpieczeniem w postaci ofoliowanego wnętrza oraz otworu dyspensera umożliwiającego wydobycie pojedynczej sztuki rękawicy bez dotykania kolejnej?

#### **Pytanie 6 – dot. Załącznika 1.1**

Czy Zamawiający oczekuje, by siła zrywania rękawicy była zgodnie z EN 455-2 > 6,5N?

**Odpowiedź dot. pytania 1,2,3,4,5,6 : Zamawiający wymaga spełnienia warunków określonych w SIWZ, jednocześnie dopuszcza zaproponowane rozwiązania.**

**DYREKTOR**  
**SZPITALA MIEJSKIEGO**  
*św. Jana Pawła II w Elblągu*  
*lek. Mirosław Gorbaczewski*

