

znak: D25C/251/N/9-24rj/21

Wejherowo, dnia 26.05.2021 r.

D.25C/250/ 218 /2021

wg rozdzielnika

Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp oraz rozdz. XI Specyfikacji Warunków Zamówienia, w związku z zapytaniem Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: **SUKCESYWNE DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH DO PROCEDUR ENDOWASKULARNYCH Z ZAKRESU ANGIOLOGII ORAZ TROMBEKTOMII MECHANICZNEJ DO LOKALIZACJI W WEJHEROWIE**, znak: **D25C/251/N/9-24rj/21**, niniejszym przedkładam odpowiedź Zamawiającego.

1. Zapytanie Wykonawcy:

Czy zamawiający w części nr 3 poz. 5 dopuści cewniki diagnostyczne o specyfikacji :
Światło wewnętrzne dla 6F 1.42mm /.056"/, dla 5F lewy 1.19mm /.047"/, 5F prawy 1.14mm /.045"/ (dwie różne średnice przy 5F do prawej i lewej tętnicy: większy przepływ do LCA i lepsze podparcie do RCA)
Długości cewnika 100, 110, 125cm, oraz 80 i 90cm
Maksymalne ciśnienie przepływu z zachowaniem cech fizycznych cewnika 1200 PSI.
Jednorodne podwójne zbrojenie metalowe na całej długości.
Konstrukcja strefowa: cztery strefy sztywności na długości cewnika
Miękkie pierwsze zagięcie i atraumatyczna końcówka.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

WSZYSTKIE WPROWADZONE ZMIANY STAJĄ SIĘ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ SWZ I ZASTĘPUJĄ LUB UZUPEŁNIAJĄ ZAPISY SWZ W ODPOWIEDNIM ZAKRESIE.

Z poważaniem

**KOORDYNATOR
DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH**

mgr Monika Klause