



## Dyrektor

dr n. med.  
Włodzimierz Dziubdziela

ul. Francuska 20-24  
40-027 Katowice

SEKRETARIAT  
tel.: (32) 259-16-50  
fax.: (32) 255 46 33

spskm@spskm.katowice.pl  
[www.spskm.katowice.pl](http://www.spskm.katowice.pl)

CENTRALA :  
Tel. (32) 259-12-00

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ARTYKUŁY DO HEMODIALIZY WRAZ Z DZIERŻAWĄ APARATÓW Nr sprawy: ZP-23-166UN

W związku z pytaniami Wykonawcy, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Pzp, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

1. Prosimy o dopuszczenie aparatu do dializy pozaustrojowej z płynną regulacją przepływu pompy krwi w pełnym zakresie 0, 50 – 600 ml / min. (dot. zał. 1 do SWZ, pakiet 1b, ppkt. 10). **Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.**
2. Prosimy o informację czy w załączniku nr 1 do SWZ na stronie nr 2: „DZIERŻAWA APARATÓW (10 SZT.)” znalazł się błąd? **Odpowiedź: Zamawiający koryguje omyłkę. Dzierżawa dotyczy 16 aparatów.**

### FORMULARZ CENOWY

NAZWA	WARTOŚĆ BRUTTO
ASORTYMENT	- zł
DZIERŻAWA APARATÓW (16 SZT.)	- zł
SUMA	- zł

3. Prosimy o doprecyzowanie terminu instalacji aparatów gdyż zapis w SWZ rozdz. II, pkt. 1, ppkt. 6 – 3 dni robocze od dnia złożenia zamówienia zapewne odnosi się do pakietu 1a tj. materiały zużywalne. **Odpowiedź: 3 dni robocze dotyczą wyłącznie dostarczenia materiałów zużywalnych. Aparaty należy dostarczyć w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy zgodnie z zapisem projektowanych postanowień umowy stanowiących załącznik nr 3B do SWZ. § 1pkt2.**
4. W przypadku niewykonania dostawy przez Wykonawcę, powstania zwłoki w realizacji zamówienia lub braku wymiany wadliwego towaru na wolny od wad w terminie określonym w § 2 pkt 9b niniejszej umowy Zamawiający naliczy, a Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 0,5% wartości brutto niedostarczonego przedmiotu umowy – za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto nie dostarczonego przedmiotu umowy. **Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie kary umownej.**
5. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do zapłacenia kary umownej na rzecz Zamawiającego w wysokości 10% niezrealizowanej części wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 pkt 1. **Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie kary umownej.**
6. Czy w Zadaniu 1 b parametr 10: Płynna regulacja przepływu pompy krwi w zakresie 20-400 ml/min Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie aparatu z płynną regulacją przepływu pompy krwi w zakresie 30-600 ml/min? **Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.**