



Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

Wrocław, 07.11.2024

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego PN 72/24 - Dostawa łóżek szpitalnych i mebli medycznych

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (TJ Dz.U. z 2024r. poz. 1320 ze zm.; zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1:

Dotyczy pkt 11 FOTEL DO DIALIZ 4 szt.

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania fotela do dializ o poniższych parametrach:

1. Fotel trzysegmentowy oparcie pleców/siedzisko/oparcie nóg, przeznaczony do ustalenia i utrzymania pacjenta w pozycji siedzącej lub leżącej podczas zabiegu.
2. Długość x szerokość całkowita 1950 mm x780 mm
3. Regulacja wysokości realizowana elektrycznie w zakresie 55-70 cm
4. Regulacja segmentu oparcia pleców w zakresie: 80° do - 15°
5. Regulacja segmentu podudzia w zakresie: - 90° do 0° uzyskiwana za pomocą siłownika elektrycznego sterowanego pilotem ręcznym
6. Przechył Trendelenburga w zakresie - 15°
7. Regulacja wszystkich segmentów regulowana pilotem.
8. Podstawa fotela w formie litery H.
9. Waga fotela 60 kg
10. Maksymalne obciążenie 200kg.
11. Fotel przejezdny, 4 podwójne koła o wymiarach 7,5 cm z centralną blokadą.
12. Oparcie pleców wyposażone w dodatkową poduszkę/zagłówek z regulacją wysokości.
13. Tapicerka wykonana ze skaju odpornego na czyszczenie i dezynfekcje.
14. Leże wykonane z wysokiej klasy materaca
15. Możliwość łatwego demontażu całego materaca jak i poszycia bez użycia dodatkowych narzędzi.
16. Fotel wyposażony w dwa podłokietniki o wymiarach 15x60 cm z regulowaną wysokością oraz kątem ustawienia.
17. Fotel wyposażony w 4 ramienny uchwyt na kropłówki z regulacją wysokości, umieszczony na ramie fotela.
18. Segment oparcia stóp wyposażony w transparentny pokrowiec z tworzywa sztucznego.
19. Za oparciem pleców uchwyt na rolkę z papierem/prześcieradłem jednorazowym o szerokości 60cm.

• zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność •



Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

Odp.1:

Zamawiający dopuszcza fotele do dializ o poniższych parametrach:

1. Fotel trzysegmentowy oparcie pleców/siedzisko/oparcie nóg, przeznaczony do ustalenia i utrzymania pacjenta w pozycji siedzącej lub leżącej podczas zabiegu.
2. Długość x szerokość całkowita 1950 mm x780 mm
3. Regulacja wysokości realizowana elektrycznie w zakresie 55-70 cm
4. Regulacja segmentu oparcia pleców w zakresie: 80° do - 15°
5. Regulacja segmentu podudzia w zakresie: - 90° do 0° uzyskiwana za pomocą siłownika elektrycznego sterowanego pilotem ręcznym
6. Przechył Trendelenburga w zakresie - 15°
7. Regulacja wszystkich segmentów regulowana pilotem.
8. Podstawa fotela w formie litery H.
9. Waga fotela 60 kg
10. Maksymalne obciążenie 200kg.
11. Fotel przejezdny, 4 podwójne koła o wymiarach 7,5 cm z centralną blokadą.
12. Oparcie pleców wyposażone w dodatkową poduszkę/zagłówek z regulacją wysokości.
13. Tapicerka wykonana ze skaju odpornego na czyszczenie i dezynfekcje.
14. Leże wykonane z wysokiej klasy materaca
15. Możliwość łatwego demontażu całego materaca jak i poszycia bez użycia dodatkowych narzędzi.
16. Fotel wyposażony w dwa podłokietniki o wymiarach 15x60 cm z regulowaną wysokością oraz kątem ustawienia.
17. Fotel wyposażony w 4 ramienny uchwyt na kroplówki z regulacją wysokości, umieszczony na ramie fotela.
18. Segment oparcia stóp wyposażony w transparentny pokrowiec z tworzywa sztucznego.
19. Za oparciem pleców uchwyt na rolkę z papierem/prześcieradłem jednorazowym o szerokości 60cm.

Sporządziła : Barbara Wróbel

• zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność •

