



ZZP.2380.53.2021

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia publicznego**

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 ust. 1 ustawy¹, pn.:

Dostawa automatu do izolacji DNA do Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu

Informuję, że do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące treści SWZ. Poniżej Zamawiający przytacza treść zapytań razem z odpowiedziami².

Pytanie nr 7:

Dotyczy pkt 3 SWZ oraz § 2 ust. 3 projektu umowy.

Wnosimy o wydłużenie terminu realizacji z „do 15 dni od dnia udzielenia zamówienia“ na „do 28 dni od dnia udzielenia zamówienia“.

Prośbę naszą motywujemy tym, sprzęt, który chcielibyśmy zaoferować produkowany i magazynowany jest poza granicami kraju. Dodatkowych dni potrzebujemy na samą instalację sprzętu. 15 dni jest terminem niewystarczającym na spełnienie w/w warunku.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie przychylił się do wniosku. Termin realizacji zamówienia pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 8:

Dotyczy § 2 ust. 8 pkt 2 projektu umowy.

Zamawiający zapisał:

2) *instrukcje obsługi w języku polskim i angielskim.*

Prosimy o korektę w/w zapisu tak by brzmiał:

2) *instrukcje obsługi w języku polskim lub angielskim.*

Producent sprzętu, który chcielibyśmy zaoferować gwarantuje instrukcje obsługi wyłącznie w j. angielskim. Konieczność tłumaczenia instrukcji wpłynęłaby niekorzystnie na cenę końcową oferowanego sprzętu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie przychylił się do wniosku. Przedmiotowy zapis projektu umowy pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 9:

Dotyczy § 4 ust. 7 projektu umowy.

Zamawiający zapisał:

W przypadku konieczności wykonania trzeciej naprawy w okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązany jest wymienić urządzenie na nowe.

Zwracamy się z prośbą o korektę w/w zapisu tak by brzmiał:

W przypadku konieczności wykonania trzeciej naprawy w okresie gwarancyjnym tego samego modułu lub elementu Wykonawca zobowiązany jest wymienić urządzenie na nowe.

Zamawiający przewiduje minimalny okres gwarancji 24 m-ce.

¹ ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. - Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”

² podstawa prawna - art. 284 ust. 2 i 6 ustawy

Przy obecnym zapisie każda z usterek, nawet i błaha, narażałaby Wykonawcę na poniesienie kosztu wymiany aparatu na nowy. Szacując możliwość wystąpienia usterki w okresie minimum 2 lat, wykonawca musi uwzględnić w cenie oferowanego aparatu i koszt dodatkowego aparatu. Producent bowiem sprzętu, który chcielibyśmy zaoferować nie przewiduje wymiany aparatu na nowy w przypadku wystąpienia trzech usterek w ciągu gwarancji.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający przychylił się do wniosku i dokonuje zmiany³ zapisu § 4 ust. 7 projektu umowy, który otrzymuje brzmienie:

W przypadku konieczności wykonania trzeciej naprawy w okresie gwarancyjnym tego samego modułu lub elementu urządzenia, Wykonawca zobowiązany jest wymienić urządzenie na nowe.

Wyk. w 1 egz. zamieszczono na Platformie Zakupowej Open Nexus

³ podstawa prawna - art. 286 ust. 1 i 7 ustawy