



Dyrektor (067) 211
Centrala (067) 211
Fax (067) 211
e-mail: wszpila@
www.szpitalpila.pl

SZPITAL SPECJALISTYCZNY

w PILE

im. Stanisława Staszica

64-920 Piła, ul. Rydygiera 1

Piła, dn. 17.05.2022 roku

FZP.II – 241/35/22

Wszyscy uczestnicy postępowania

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym przetargu pod nazwą:
DOSTAWA SPRZĘTU LABORATORYJNEGO II

Szpital Specjalistyczny w Pile informuje, że do wyżej wymienionego przetargu wpłynęły następujące pytania:

Pytanie 1

Czy Zamawiający wymaga podania w kol. „Cena jednostkowa netto” ceny za 1 szt. czy za opakowanie handlowe?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga podania ceny jednostkowej za 1 szt.

Pytanie 2

Dotyczy – zadanie 1 pozycja 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na próbówki o poj. użytkowej 4 ml, całkowitej 5 ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3

Dotyczy – zadanie 1 pozycja 19

Czy Zamawiający wymaga pisaków długopiszących, równoważnych do pisaków Sharpie, to znaczy o jakości nie gorszej niż pisaki Sharpie.

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje pisaków długopiszących niezmazywanych do pisania na szkle laboratoryjnym lub na płytkach z tworzywa sztucznego.

Pytanie 4

Dotyczy wymagania do pakietu 1

W związku z tym, że umowa zawierana jest na 12 miesięcy, czy nie byłoby zasadne skrócenie terminu ważności art. sterylnych do 9 lub 12 miesięcy?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na 12 miesięczny termin przydatności.

Pytanie 5

Dotyczy - Zadanie 2 pozycja 1

Czy Zamawiający oczekuje próbek stożkowych z korkiem?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 6

Dotyczy - Zadanie 2 pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści pipetki o dł. całkowitej 155 mm, spełniające pozostałe wymagania?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 7

Dotyczy - Zadanie 2 pozycja 13

1. Prosimy o wyjaśnienie, czy nie doszło do omyłki pisarskiej opisującej wymiary kapilar.

2. Jeżeli nie, to czy Zamawiający dopuści :

a) kapilary o poj. 175ul i wymiarach 2,3x100 mm

b) kapilary o poj. 130ul i wymiarach 2,3x75 mm

Odpowiedź: 1) Zamawiający wyjaśnia, że nie doszło do omyłki pisarskiej, 2a) Zamawiający dopuszcza, 2b) zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 8

Dotyczy - Zadanie 2 pozycja 20

Czy Zamawiający ma na myśli naczynko o poj. 2 ml, czy może 0,5 ml?

Odpowiedź: Zamawiający ma na myśli naczynko o pojemności 2 ml.

Pytanie 9

Dotyczy - Zadanie 3 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania probówki z kapilarą na 250 ul krwi?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 10

Dotyczy - zadanie 1,2,3

Ze względu na różny sposób konfekcjonowania wyrobów u poszczególnych wytwórców, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie innych wielkości opakowań niż określone w specyfikacji, z odpowiednim przeliczeniem zadanych ilości i zaokrągleniem do pełnych opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 11

Czy Zamawiający dopuści do podawania cen jednostkowych za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku?

Zgodnie, bowiem z najnowszą linią orzecznictwa dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma, bowiem możliwości zakupu jednej sztuki końcówki, czy szkiełka). (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów - sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06)

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza podanie cen jednostkowych z dokładnością do 3 miejsc po przecinku.

Pytani 12

Dotyczy § 6 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 200 zł netto”?

Prośbę motywujemy to tym, że dla zamówień poniżej 200 zł koszty transportu na które składają się m.in.: koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych i faktury, koszty dostarczenia towaru przez przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 13

Dotyczy § 8 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do wysokości 0,5 % wartości brutto niezrealizowanej części zamówienia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, z uwagi na nieadekwatność ich wysokości do danego niespełnienia świadczenia umowy?

Wprawdzie nie istnieją przepisy regulujące wysokości kar umownych, jednak przy ustaleniu wysokości kar Zamawiający powinien opierać się na zasadzie równości i ekwiwalentności stron, a tym samym wymagać od Wykonawcy płacenia kar w takiej samej lub nieznacznie wyższej wysokości, w jakiej sam Zamawiający może ewentualnie płacić za zwłokę w płaceniu za towar.

Zamawiający nie powinien wykorzystywać swojej dominującej pozycji ustalając wysokość kar umownych. Kary umowne powinny mieć charakter dyscyplinujący w stosunku do Wykonawcy, a nie prowadzić do wzbogacenia się Zamawiającego, a taką funkcję zaczynają pełnić w momencie, gdy okazuje się, iż wartość kary umownej może przekroczyć wartość zapłaty należną Wykonawcy za dostarczony towar. Nadto liczenie kary umownej w wysokości 1% wartości brutto zadania jest wysoce niesprawiedliwe i na gruncie prawa cywilnego obecna wysokość odsetek, którą Zamawiający narzuca, może zostać uznana za świadczenie nienależne, dające w skali roku odpowiednio, 365%, wartości zamówionej dostawy. W tym miejscu należy przywołać treść art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego, który stanowi, iż w przypadku, gdy zobowiązanie zostało wykonane w znacznej części dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej, to samo dotyczy przypadku, gdy kara jest rażąco wygórowana.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 14

Dotyczy § 8 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do wysokości 10 % wartości brutto niezrealizowanej części zadania.

?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 15

Pytania pakiet 1.

Poz 1. Czy Zamawiający dopuści pojemniki sterylne o pojemności 60ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 16

Pytania pakiet 1.

Poz 5. Czy Zamawiający dopuści pojemniki wymazówki plastikowe bez węgla z podłożem transportowym Amies, sterylne?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 17

Pytania pakiet 1.

Poz 18. Czy Zamawiający dopuści zestaw do pobierania i transportu wymazów do badań COVID-19 z probówką z PS o pojemności 10ml z zachowaniem reszty parametrów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 18

Zadanie 2.

Poz 13. Czy Zamawiający dopuści kapilary z heparyną Li o poj. 175ul do gazometrii(2,3mmx75mm)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 19

Zadanie 2.

Poz 19 Czy zamawiający dopuści w tej pozycji stawkę vat 23% Zgodnie z zapisem SWZ Zamawiający wymaga: Wykonawca może zaoferować wyłącznie wyroby, które zostały dopuszczone do obrotu i używania zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1565 t. j. z dnia 2021.08.26) - deklaracja zgodności z CE lub wpis do rejestru wyrobów medycznych. Pisaki laboratoryjne w zadaniu 2 nie są wyrobem medycznym. Dla produktów nie kwalifikowanych jako produkty medyczne (w rozumieniu Ustawy o wyrobach medycznych z dn. 20.05.2010r.) polski ustawodawca nałożył 23 % stawkę VAT. Nie dyskwalifikuje to jednak w/w produktów do stosowania w placówkach lecznictwa.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 20

Pakiet 1,2, 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny jednostkowej za 1 szt. wyrobów z dokładnością do 3 lub 4 miejsc po przecinku, bądź dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza podanie cen jednostkowych z dokładnością do 3 miejsc po przecinku.

Pytanie:21

Zadanie 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin przydatności produktów do pakietu 1 wynosił 12 m-cy od daty dostawy? W związku z tym iż umowa zawierana jest z wykonawcy na okres 12 m-cy a zamówienia Zamawiający będzie składał sukcesywnie, nie widzimy podstaw dostawy towaru z terminem ważności wynoszącym 1,5roku od daty dostawy, bowiem zgodnie z zapisem Umowy

Zamawiający będzie dokonywał zamówień w miarę potrzeb, zatem nie ma niebezpieczeństwa, iż Zamawiający zakupi towar, którego nie zdąży zużyć w terminie jego ważności.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na 12 miesięczny termin przydatności.

Pytanie 22

Zadanie 1

Czy Zamawiający dopuszcza inna wielkość opakowania z zachowaniem ilości w szt.?

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza.

Pytanie 23

Zadanie 1

Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 5 wymazówka plastikowa bez węgla z podłożem transportowym Amies, sterylna?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 24

Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 15 eza bakteriologiczna z nikel-chrome, niekalibrowana, o średnicy oczka 4 mm 1op.=25szt?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 25

Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 16 eza bakteriologiczna z nikel-chrome, niekalibrowana, o średnicy oczka 2 mm 1op.=25szt?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.