

Nr sprawy: ZOZ.V.010/DZP/85/21

Sucha Beskidzka, dnia 29.09.2021r.

Dotyczy: Postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę rękawic (ZOZ.V.010/DZP/85/21).

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchoj Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytanie:

Pakiet 1 poz. 1-2, 4

1.Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu dotyczącego przebadania rękawicy według normy ASTM F 1670 i dostarczenia raportu badań nie starszego niż 2016r. Wprowadzenie tego wymogu jest ograniczeniem zasady konkurencyjności postępowania. Oferowane przez nas rękawice są przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z normą ASTM F 1671, która to jest metodą powszechnie stosowaną i bardziej precyzyjną i dokładną a jej spełnienie zapewnia większe bezpieczeństwo użytkownikowi rękawic.

2.Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu przedstawienia badań na zgodność z normą ASTM F 1671 nie starszych niż 2016r. Pragniemy nadmienić, że producent ma obowiązek przeprowadzenia badań na zgodność z normą EN 455 dla każdej serii wyprodukowanych rękawic. Natomiast w odniesieniu do badań na przenikalność substancji chemicznych, cytostatyków, wirusów itp. z uwagi na wysokie koszty badań są one wykonywane dla konkretnej marki, nie dla każdej serii rękawic – dlatego też rękawice dłużej funkcjonujące na rynku posiadają starsze badania, których wyniki są nadal aktualne. W związku z powyższym prosimy o przychylenie się do prośby i dopuszczenie badań na przenikanie wirusów wg ASTM F 1671 starszych niż 2014 roku dla pozycji 1, nie starszych niż z 2011 roku dla pozycji 2.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet 1 poz.3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic ginekologicznych o poziomie protein poniżej 20µg/g.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet 1 poz.4

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic diagnostycznych, nitrylowych mikroteksturowanych z dodatkową teksturą na końcach palców, grubość ścianki palca 0,12mm. AQL 1.0. oraz odstąpienie od odporności na izopropanol 70% z czasem przenikania min.60min a dopuszczenie rękawic odpornych na min.2 gotowe preparaty dezynfekcyjne zawierające w swoim składzie izopropanol lub etanol zgodnie z EN 16523-1, potwierdzone raportem z badań?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet 1 poz. 5

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic ochronnych do przeznaczonych do minimalnego ryzyka, wykonanych z nitrylu w kolorze niebieskim, flokowanych o długości min. 300mm, grubość 0,30mm +/- 0,03mm, w rozmiarach S-XL. Dopuszczone do kontaktu z żywnością potwierdzone piktogramem na opakowaniu.

1.Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tej pozycji z pakietu.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet 2 poz.1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic diagnostycznych z lateksu, pudrowane, poziom AQL 1.0, grubość na palcu 0,12mm, produkt środek ochrony osobistej kat.III, pozostałe parametry zgodne?

Odp. Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymagania zgodnie z SWZ

Pakiet 2 poz.2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic diagnostycznych z lateksu, bezpudrowych, poziom AQL 1.0, grubość na palcu 0,14mm, pozostałe parametry zgodne?

Odp. Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymagania zgodnie z SWZ

Pakiet 2 poz.3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic diagnostycznych winylowych, bezpudrowych, grubość na palcu 0,10mm, długość rękawicy min.240mm, produkt środek ochrony osobistej kat.III typ C, pozostałe parametry zgodne?

Odp. Zamawiający dopuszcza dł. min. 240 mm, pozostałe wymagania zgodnie z SWZ

Pakiet 1, 2

Czy Zamawiający dopuszcza wyniki raportu z badania wykonanego w laboratorium niezależnym od producenta z jednoznacznym podaniem numeru raportu jednostki badającej oraz daty wykonania badania dla przenikania wirusów wg ASTM F 1671?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet 5

Czy Zamawiający dopuszcza wyniki z raportu badania wykonanego w laboratorium niezależnym od producenta dla przenikania leków do chemioterapii zgodnie z normą ASTM D 6978?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytania do wzoru umowy

Wnosimy o wykreślenie § 3 ust. 2 -6 projektu umowy. UZASADNIENIE Zamawiający, jako podmiot uprawniony do właściwie jednostronnego kształtowania treści umowy o zamówienie publiczne, nie może swego prawa podmiotowego nadużywać. Kształtując treść umowy, musi mieć na uwadze ograniczenia wynikające z art. 3531 KC, a także zasady prawa cywilnego, wynikające z art. 5 KC, zgodnie z którą nie można czynić ze swego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub zasadami współżycia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony. (Zobacz wyrok z dnia 27 marca 2014 r. KIO 487/14 podobnie KIO 897/15 oraz Wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 20 sierpnia 2014 sygn. II Ca 450/14).

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

2. Wnosimy o modyfikację § 6 projektu umowy poprzez dodanie ust. 4 o treści: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.” UZASADNIENIE: Zmiana zaproponowana przez Wykonawcę jest odpowiedzią na czynniki niezależne od Wykonawcy, a mające realny wpływ na cenę wyrobów dostarczanych w ramach umowy przetargowej. Należy podkreślić, że Wykonawca nie powinien być w całości i samodzielnie obciążony ryzykiem zmiany stosunków gospodarczych, a tym samym zobowiązany do realizowania umowy po rażąco niskich cenach.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

z poważaniem:

Z-ca Dyrektora
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Suchym Białej
mgr Jacek Szewski

Kierownik
Działu Zamówień Publicznych
mgr Sabina Steczek