



SZPITAL SPECJALISTYCZNY
w PILE
im. Stanisława Staszica
64-920 Piła, ul. Rydygiera 1



System
zarządzania
ISO 9001:2015
ISO 27001:2013

www.tuv.com
ID 9108628147

Dyrektor (067) 210 62 00
Centrala (067) 210 66 66
Fax (067) 212 40 85
e-mail: wspila@pi.onet.pl
www.szpitalpila.pl

Piła, dn. 13.09.2021 roku

FZP.III-241/92/21/ZO

Wszyscy uczestnicy postępowania

dotyczy: postępowania pod hasłem: „**PRZYRZĄD DO TRANSFERU LEKU CYTOSTATYCZNEGO**”

Szpital Specjalistyczny w Pile informuje, że w do wyżej wymienionego postępowania wpłynęły następujące pytania:

1) Pytanie

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na:

Przyrząd do transferu leków z fiołki typu spike. Z kolcem o długości całkowitej 6.4 cm; długość igły 1,8cm, objętość wypełnienia 0,1ml, z odpowietrzeniem z filtrem hydrofobowym 0,2um. Pakowany jałowo, indywidualnie. Nie zawierający DEHP, PCV, lateksu. Apirogenny.

Ilość aktywacji 200 lub 7 dni

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.