



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU

AL. LEGIONÓW 10, 41902 BYTOM
NIP: 626-25-10-567, REGON: 000296271



32 281 02 71
32 396 51 00



32 396 45 09



SZPITAL@SZPITAL4.BYTOM.PL

Bytom, dnia 03.09.2024 r.

DZP-36/2024

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn. Dostawa materiałów do hemodializ oraz wyrobów medycznych

Zamawiający informuje, iż w toku prowadzonego postępowania wpłynęły pytania dotyczące przedmiotowego postępowania, których treść wraz z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego zamieszczamy poniżej.

Pytanie nr 1 – dot. Pakietu nr 5, poz. 2

Czy zamawiający dopuści serwetę ochronną na stół operacyjny o wymiarach 102 cm x 152 cm z warstwą chłonną o wymiarach 51 cm x 129 cm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2 - dot. Pakietu nr 10

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie końcówek do noża harmonicznego z branszą aktywną wykonaną w technologii minimalizującej przywieranie tkanki, nie wymagającej czarnej powłoki ?

Odp.: Zgodnie nie wyraża zgody.

Pytanie nr 3 - dot. Pakietu nr 9

Czy Zamawiający dopuści jednorazowe ewakuatory laparoskopowe na narządy o wymaganych pojemnościach a dł. ok. 25 cm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4 - dot. Pakietu nr 9

Czy Zamawiający może określić w przybliżeniu ile sztuk ewakuatorów o poj.1500ml będzie potrzebował, bo one są znacznie droższe w zakupie i jeśli nie są w osobnej pozycji to cena pozostałych pojemności jako średnia wzrośnie.

Odp.: Zamawiający będzie potrzebował około 10 sztuk.

Pytanie nr 5 - dot. projektowanych postanowień umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podpisanie umowy w trybie elektronicznym?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 6 - dot. Pakietu nr 5 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie podkładu którego wkład chłonny ma rozmiar 55 x78 (+-2,5cm)?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo
Śląskie

Pytanie nr 7 - dot. Pakietu nr 5 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie przepuszczającego powietrze, jednorazowego podkładu do ochrony łóżek i kozetek w rozmiarze 100 x 220cm. Nadaje się do użycia w ambulansach, oddziałach ratunkowych, oddziałach intensywnej terapii i salach operacyjnych. Dolna warstwa przepuszczająca powietrze zmniejsza ryzyko podrażnienia skóry i pomaga regulować temperaturę ciała, jest wyjątkowo mocny, został przebadany pod kątem obciążenia do 150 kg przez maksymalnie 1 minutę?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 8 - dot. Pakietu nr 4 poz. 2 oraz 4

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania asortymentu spełniającego definicje MDR i ustawy o wyrobach medycznych w tym przepisów dotyczących systemów lub zestawów zabiegowych zgodne z artykułem 2 ust.10 oraz artykułem 22 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych (MDR) z późniejszymi zmianami oraz ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych z późniejszymi zmianami w tym artykułem 2 ust. 37.

Odp.: Tak, Zamawiający wymaga.

Pytanie nr 9 - dot. Pakietu nr 4 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu, w którym serwety w miejscach wzmocnień mają gramaturę min. 104 g/m² oraz odporność na przenikanie płynów min. 145cmH₂O? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 10 - dot. Pakietu nr 4 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu, posiadającego w swoim składzie opatrunek pooperacyjny włókninowy 2-warstwowy (zamiast kompresu z włókniny)? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Podpisał:
DYREKTOR
Wojciech Michalik

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo
Śląskie