

Wałbrzych, dnia 21.10.2019r.

DZPZ-530-Zp/49/PN-47/19

**Wykonawcy – wszyscy**

*Dotyczy: Dostawy materiałów medycznych - Zp/49/PN-47/19.*

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawców w przedmiotowym postępowaniu.

**Pytanie 1, dot. pakietu nr 6 poz. 1, 2**

Czy Zamawiający oczekuje, aby sondy posiadały mandryn nylonowy lub metalowy do wyboru przez Zamawiającego?

**Odp. Zamawiający oczekuje, aby sondy posiadały mandryn metalowy.**

**Pytanie 2, dot. pakietu nr 6 poz. 1, 2**

Czy Zamawiający oczekuje aby cewniki wykonane były z wysokiej jakości materiału termoplastycznego Neoplex, skalowane co 1cm?

**Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Pytanie 3, dot. pakietu nr 6 poz. 1, 2**


Czy Zamawiający oczekuje aby cewniki z metalowym mandrynem były innego koloru niż cewniki z nylonowym mandrynem (żółty, szary), dla odróżnienia przy wykonywaniu zabiegów w dwóch nerkach jednocześnie?

**Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Pytanie 4, dot. pakietu nr 6 poz. 3**

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania cewników Pezzer o łagodnie zaoblonych krawędziach?

**Odp. Tak, Zamawiający oczekuje cewników Pezzer o łagodnie zaoblonych krawędziach.**



SPECJALISTYCZNY SZPITAL  
**im. dra Alfreda Sokołowskiego**  
w Wałbrzychu



---

**Pytanie 5, dot. pakietu nr 6 poz. 3**

Czy Zamawiający oczekuje, aby cewnik Pezzer posiadał 4 otwory drenujące o średnicy nie większej niż 5 mm?

**Odp. Tak, Zamawiający oczekuje, aby cewnik Pezzer posiadał 4 otwory drenujące o średnicy nie większej niż 5 mm.**

Sporządziła: Małgorzata Słomiana  
nr tel.: 74/6489700



**DOLNY  
ŚLĄSK**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego  
ul. Alfreda Sokołowskiego 4  
58-309 Wałbrzych  
[www.zdrowe.walbrzych.pl](http://www.zdrowe.walbrzych.pl)  
[szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl](mailto:szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl)

sekretariat	74 64 89 600
faks	74 64 89 746
centrala	74 64 89 742