



EZ.272.044.2024

Wrocław, dnia 29.11.2024r.

EZ/1027/24

**Dotyczy:** odpowiedzi na pytania, zmiana SWZ do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów szewnych (sygnatura sprawy: **EZ/1062/404/24**)

Dyrekcja Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej, informuje, że do ww. postępowania zostały złożone pytania. W związku z powyższym zgodnie z art. 135 i 137 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami i zmianami treści SWZ.

**Pytanie 1**

Dotyczy Zadania 6 poz.1

„Czy Zamawiający dopuści długość nici 13 cm?”

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, lecz nie czyni wymogu.**

**Pytanie 2**

Dotyczy Zadania 7 poz.2

„Czy Zamawiający dopuści długość nici 75 cm?”

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, lecz nie czyni wymogu.**

**Pytanie 3**

Dotyczy Zadania 7 poz.2

„Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 6 mm oraz długość nici 60 cm?”

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, lecz nie czyni wymogu.**

**Pytanie 4**

Dotyczy Zadania 9 poz.5

„Czy Zamawiający dopuści długość nici 90 cm?”

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, lecz nie czyni wymogu.**

**Pytanie 5**

Dotyczy Zadania 9 poz.7

„Czy Zamawiający dopuści długość nici 100 cm?”

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, lecz nie czyni wymogu.**

**Pytanie 6**

Dotyczy Zadania 11

„Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, monofilamentowy, wchłaniający się po 180-210 dniach od zaimplantowania i o zdolności podtrzymywania tkankowego po 14 dniach 75%, po 28 dniach 65-70%, po 43 dniach 55-60%, po 57 dniach 40%?”

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, lecz nie czyni wymogu.**

**Pytanie 7**

Dotyczy Zadania 12

„Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, monofilamentowy, z poliglekaprolu (kopolimer kwasu glikolowego i kaprolaktonu), wchłaniający się między 90-120 dniem od zaimplantowania i o zdolności podtrzymywania tkankowego po 7 dniach 70%, po 14 dniach 40%, po 21 dniach 15%, po 28 dniach 5%?”

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, lecz nie czyni wymogu.**

**Pytanie 8**

Dotyczy Zadania 14 poz.1

„Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem typu micro-point?”

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, lecz nie czyni wymogu.**

Sporządziła: Ewa Kupis

Sprawdziła: Zofia Dombrowska

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny

im. T. Marciniaka –

Centrum Medycyny Ratunkowej

ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2,54-049 Wrocław

e-mail: sekretariat@szpital-marciniak.wroclaw.pl

www.szpital-marciniak.wroclaw.pl





Dolnośląski Szpital Specjalistyczny  
im. T. Marciniaka  
Centrum Medycyny Ratunkowej

**Pytanie 9**

Dotyczy Zadania 16 poz.1

„Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem typu micro-point?”

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, lecz nie czyni wymogu.**

**Pytanie 10**

Dotyczy Zadania 18 poz.1-5

„Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem typu micro-point?”

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, lecz nie czyni wymogu.**

**Pytanie 11**

Dotyczy Zadania 18 poz.1-5

„Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną?”

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, lecz nie czyni wymogu.**

**Pytanie 12**

Dotyczy Zadania 19

„Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, bezbarwny, monofilamentowy, z poliglekaprolu (kopolimer kwasu glikolowego i kaprolaktonu), wchłaniający się między 90-120 dniem od zaimplantowania i o zdolności podtrzymywania tkankowego po 7 dniach 70%, po 14 dniach 40%, po 21 dniach 15%, po 28 dniach 5%?”

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, lecz nie czyni wymogu.**

**Pytanie 13**

Dotyczy Zadania 23 poz.1

„Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem typu micro-point?”

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, lecz nie czyni wymogu.**

**Pytanie 14**

Dotyczy Zadania 24

„Czy Zamawiający dopuści szwy bez powleczenia antybakteryjnego?”

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 15**

„Prosimy o wskazanie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia postanowienia projektu umowy ustalającego karę umowną za opóźnienie w dostawie na karę umowną za zwłokę (co oznaczałoby zmianę słowa „opóźnienie” na „zwłokę” we właściwym postanowieniu umownym).

Zgodnie z art. 433 pkt 1) PZP projektowane postanowienia umowy nie mogą przewidywać odpowiedzialności wykonawcy za opóźnienie, chyba że jest to uzasadnione okolicznościami lub zakresem zamówienia. Z uwagi na powyższe wnioskujemy o zmianę postanowienia jak wyżej opisano.”

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w Zał. nr 3 Wzór umowy w § 15 zostały określone kary umowne z zastosowaniem słowa „zwłoka”.**

**Pytanie 16**

„Prosimy o wskazanie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia § 15 ust. 1 pkt. 3 projektu umowy poprzez nadanie mu następującego brzmienie:

3)w wysokości 20 zł za każdy dzień zwłoki w wykonaniu zobowiązań wynikających z § 4 ust. 3 umowy, począwszy od dnia następującego po upływie terminu do wykonania zobowiązania do dnia wykonania zobowiązania;

Pragniemy nadmienić, że kara umowna w głównej mierze powinna realizować funkcję stymulacyjną i prewencyjną. Należy jednak pamiętać, żeby Zamawiający nie nadużył środka motywującego wykonawcę, bowiem jak stwierdziła KIO w wyroku z dnia 19 lutego 2010 r., sygn. akt: 1839/09: „Z karą rażąco wygórowaną mamy do czynienia, gdy jej wysokość przekracza granice motywacji wykonawcy do realizacji zamówienia i stanowi przyczynek dla zamawiającego do wzbogacenia się.”

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.**

**Pytanie 17**

„Prosimy o wskazanie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wskazanie, że termin na złożenie dokumentacji wyrobów medycznych nie będzie krótszy niż 7 dni ze względu na koszt dostawy dokumentów.”

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający modyfikuje zapis paragrafu 4 ust. 3, który otrzymuje brzmienie „Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć, na każde pisemne żądanie Zamawiającego, w terminie wyznaczonym w żądaniu nie krótszym niż 7 dni, dokumenty dopuszczające do obrotu i stosowania na terenie Polski wyroby me-**

Sporządziła: Ewa Kupis

Sprawdziła: Zofia Dombrowska

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny

im. T. Marciniaka –

Centrum Medycyny Ratunkowej

ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2,54-049 Wrocław

e-mail: sekretariat@szpital-marciniak.wroclaw.pl

www.szpital-marciniak.wroclaw.pl



**DOLNY  
ŚLĄSK**



Dolnośląski Szpital Specjalistyczny  
im. T. Marciniaka  
Centrum Medycyny Ratunkowej

*dyczne wykazane w załączniku nr 1 do umowy w rozumieniu przepisów ustawy o wyrobach medycznych.”. Zmieni-  
ny wzór umowy –ZMIANA 1 w załączeniu.*

**Pytanie 18**

„Pakiet nr 25 poz. 8

*Czy zamawiający dopuści szew 26 mm ½ koła, okrągłą rozwarstwiającą wzmocnioną , grubość nici 0, długość szwu 70cm.”*

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, lecz nie czyni wymogu.**

Ponadto Dyrekcja Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej w oparciu o art. 135 i art. 137 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, dokonuje modyfikacji treści SWZ, a mianowicie w związku z pytaniami zadanymi do ww. postępowania **przedłuża termin składania i otwarcia ofert do dnia 12.12.2024r.** miejsce i godziny pozostają bez zmian. Jednocześnie **zmianie ulega termin związania ofertą do dnia 11.03.2025r.** Wobec powyższego zmianie ulega pkt. 1 Rozdziałów XIV, XVII, XVIII Specyfikacji Warunków Zamówienia w zakresie zmiany ww. terminów.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w wyniku dokonanych zmian dokonał zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.



**DOLNY  
ŚLĄSK**

Sporządziła: Ewa Kupis  
Sprawdziła: Zofia Dombrowska  
Dolnośląski Szpital Specjalistyczny  
im. T. Marciniaka –  
Centrum Medycyny Ratunkowej  
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2,54-049 Wrocław  
e-mail: sekretariat@szpital-marciniak.wroclaw.pl  
www.szpital-marciniak.wroclaw.pl