

Pakiet nr 4 - Test do kontroli mycia

Załącznik nr 1.4

L.p.	Nazwa artykułu	J.m	Ilość	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka VAT [%]	Wartość brutto [zł]	Producent	Numer katalogowy
1	Test kontroli mycia i dezynfekcji wykonany z tworzywa, ułożenie substancji wskaźnikowej w czterech płaszczyznach, zgodny z poniższymi parametrami: -Test przeznaczony do kontroli mycia mechanicznego w myjniach automatycznych i ultradźwiękowych -substancja wskaźnikowa zawierająca m in. dwa rodzaje białek, lipidy i polisacharydy, koloru ciemnoczerwonego, symulujące pozostałości zaschniętej krwi. -Test z informacjami w języku polskim o normach, kolorze referencyjnym, nazwie produktu i numerze LOT -opakowanie strunowe ułatwiające przechowywanie, nie przepuszczające światła, zapewniające wielokrotne otwieranie oraz zamykanie. a'100	op.	1	190,00 zł	190,00 zł	23%	233,70	Informer Med.	WCS-100
RAZEM					190,00 zł		233,70		

Formularz podpisano podpisem elektronicznym