



# SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów  
ul. Topolowa 16

Sekretariat  
☎ 32 624 70 29  
☎ 32 623 94 28

Centrala  
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Znak: SZP 443/09/2023

Chrzanów, 11.09.2023r.

## Wykonawcy

Dotyczy: odpowiedzi na zapytania do postępowania na: **Dostawa sprzętu jednorazowego cz. II dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie – sprawa nr 88/2023.**

**1. Pakiet 1 Poz. 7** Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania aparatu do podawania płynów infuzyjnych pompą perystaltyczną **AP31 ASCOR**, długość 230 cm -wkładka silikonowa 22 cm czy aparatu do podawania płynów infuzyjnych pompą perystaltyczną **AP31P ASCOR**, długość 230 cm z wkładką silikonową 13cm?

**Odp.: Zamawiający oczekuje do pompy AP31 ASCOR, długość 230 cm – wkładka silikonowa 22cm.**

**2. Pakiet 1 Poz. 9** Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy nie zaszła oczywista omyłka pisarska i Zamawiający oczekuje zaoferowania przedłużacza do pomp infuzyjnych z drenem wykonanym z medycznego PCV bez DEHP. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

**Odp.: Tak, Zamawiający potwierdza z PCV.**

**3. Pakiet 8 Poz. 1-4** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek spełniających normy EN-20594 lub Normy PN-EN ISO 80369-7:2017-08 W ZAKRESIE STOŻKA - końcówka Luer TIP (6%), co jest potwierdzone w dokumentach dopuszczających i materiałach producenta . Wymóg oznaczenia ww. zgodności z normami na opakowaniu jednostkowym nie ma uzasadnienia medycznego i praktycznego. Każda strzykawka dwuczęściowa dopuszczona do obrotu musi spełniać wymogi wskazanych norm, by mogła być kompatybilna z innymi wyrobami medycznymi – np. igłami iniekcyjnymi. Dopuszczenie takiego rozwiązania pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty szerszemu gronu wykonawców.

**Odp.: Nie, zgodnie z zapisami swz.**



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108

Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



# SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów  
ul. Topolowa 16

Sekretariat  
☎ 32 624 70 29  
☎ 32 623 94 28

Centrala  
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

**4. Pakiet 37 Pozycja 1** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie koszulki dostępu moczowodu o parametrach: Koszulka dostępu moczowodowego pokryta hydrożelem wewnątrz i na zewnątrz kanału roboczego oraz na powierzchni dystalnego rozszerzadła, umieszczona w specjalnym aplikatorze ułatwiającym nawilżenie przed użyciem bez uszkodzenia powłoki hydrofilnej, z możliwością wprowadzenia przy użyciu techniki Rapid Release (szybkiego zwalniania) co eliminuje potrzebę stosowania drugiego przewodnika. Przewodnik utrzymuje stały dostęp do nerki a jednocześnie nie zajmuje kanału roboczego koszulki. Możliwość klasycznego zakładania koaksjalnego. Na końcu koszulki znajduje się pierścień widoczny w RTG – ułatwiający lokalizację koszulki. Wewnątrz mandrynu koszulki znajdują się 2 kanały w tym jeden zakończony w części dystalnej 3 otworami, umożliwiającymi podanie kontrastu z pozostawieniem przewodnicy w miejscu. Rozmiary 10-12CH, 12-14CH długości 28-45cm.

**Odp.: Nie, zgodnie z zapisami swz.**

**5. Pakiet 37 Pozycja 2** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie systemu irygacyjnego o parametrach: Jednorazowy system zamknięty do ręcznej irygacji podczas zabiegów ureteroskopii z pompką o kształcie poduszeczki, zapewniający możliwość pracy przy wykorzystaniu dwóch przepływów: ciągły regulowany przez ciśnienie hydrostatyczne oraz wymuszony siłą przyłożoną. Linia posiada dwie zastawki antyzwrotny oraz przełącznik InLine Flow zapewniający pełną kontrolę irygacji. Maksymalna objętość bolusa 2,5-5 ml. Dostarczany w zestawie z dodatkową linią Luer Lock o dł. 60cm. Produkt sterylny.

**Odp.: Nie, zgodnie z zapisami swz.**

**6. Pakiet 37 Pozycja 3** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przewodnika o parametrach: Przewodnica czarna z rdzeniem nitinolowym i powłoką hydrofilową na całej długości, odporna na zgięcia i złamania, ułatwiająca przejście przez trudne odcinki moczowodu. Zakończenie proste, giętka bezpieczna końcówka o dł. 3cm. Długość 150cm, średnica 0.035". Produkt sterylny.

**Odp.: Nie, zgodnie z zapisami swz.**

**7. Pakiet 38** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do założenia nefrostomii przezskórnej o składzie: igła punkcyjna typu Chiba 2 częściowa o średnicy 1.3 mm i długości 200mm, skalowana co 1 cm, widoczna w USG;



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108

Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



# SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów  
ul. Topolowa 16

Sekretariat  
☎ 32 624 70 29  
☎ 32 623 94 28

Centrala  
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

cewnik drenażowy wykonany z miękkiego poliuretanu o wysokiej widoczności w RTG, 6 otworów drenażowych na pigtailu, powłoka hydrofilowa na 90mm na końcu do-nerkowym, z nacięciami dla bezpiecznego zamocowania. Cewnik z usztywniającym mandrynem oraz pomarańczową rozrywalną koszulką; prowadnica typu Lunderquist z miękkim bezpiecznym końcem typu J o średnicy 0.035" długość 85 cm; kranik do podłączenia worka na mocz, skalpel oraz adapter. Rozmiary cewnika CH8 i CH9.

**Odp.: Nie, zgodnie z zapisami swz.**

**8. Pakiet 23 Poz. 1-4** Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy strzykawki trzyczęściowe Luer Lock z zawartością roztworu NaCl o stężeniu 0,9 % mają być gotowe do użycia bez konieczności odblokowywania tłoka (potwierdzone w instrukcji obsługi).

**Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**9. Pakiet 23 Poz. 1-4** Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy opakowanie strzykawek trzyczęściowych Luer Lock z zawartością roztworu NaCl o stężeniu 0,9 % ma mieć wyraźnie zaznaczone miejsce otwarcia (optyczne i wyczuwalne).

**Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**10. Pakiet 23 Poz. 1-4** Prosimy zamawiającego o wyjaśnienie czy opakowanie strzykawek trzyczęściowych Luer Lock z zawartością roztworu NaCl o stężeniu 0,9 % ma mieć zaznaczone miejsce uchwytu w celu otwarcia bez ryzyka skażenia znajdującej się wewnątrz strzykawki.

**Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**11. Pakiet 23 Poz. 1-4** Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania strzykawek napełnionych NaCl, nie powodujących opisywanych w literaturze medycznej działań niepożądanych w postaci zaburzeń węchu i w odczuwaniu smaku

**Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**12. Pakiet 23 Poz. 1-4** Czy zamawiający dopuszcza strzykawki z roztworem NaCl o klasie Iib? Klasyfikacja wyrobu jest decyzją producenta oraz jest





# SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów  
ul. Topolowa 16

Sekretariat  
☎ 32 624 70 29  
☎ 32 623 94 28

Centrala  
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

zatwierdzana w Europie przez jednostkę notyfikowaną a w USA przez FDA, co gwarantuje bezpieczeństwo wyrobu medycznego

**Odp.: Nie, zgodnie z zapisami swz.**

**13. Pakiet 23 Poz. 1-4:** Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy strzykawki napełnione fabrycznie jałowym izotonicznym roztworem chlorku sodu 0,9% do przepłukiwania dostępów naczyniowych mają być przeznaczone do stosowania w procedurach jałowych i niejaołowych, to znaczy mają być sterylne wewnątrz i na zewnątrz? Zwracamy uwagę, że u pacjentów onkologicznych, zwłaszcza w fazie zaniku odporności własnej zaleca się zachowanie najwyższego reżimu klinicznego

**Odp.: Zgodnie z zapisami swz.**

**14. Pakiet 23 Poz. 5,6,7:** Prosimy zamawiającego o wyłączenie poz.5,6,7 do osobnego pakietu co pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty szerszemu gron wykonawców

**Odp.: Nie, zgodnie z zapisami swz.**

**15. Pakiet 23 Poz. 8,9,10,11:** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek spełniających normy EN-20594 lub Normy PN-EN ISO 80369-7:2017-08 W ZAKRESIE STOŻKA - końcówka Luer TIP (6%), co jest potwierdzone w dokumentach dopuszczających i materiałach producenta. Wymóg oznaczenia ww. zgodności z normami na opakowaniu jednostkowym nie ma uzasadnienia medycznego i praktycznego. Każda strzykawka dwuczęściowa dopuszczona do obrotu musi spełniać wymogi wskazanych norm, by mogła być kompatybilna z innymi wyrobami medycznymi – np. igłami iniekcijnymi. Dopuszczenie takiego rozwiązania pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty szerszemu gronu wykonawców.

**Odp.: Nie, zgodnie z zapisami swz.**

**Z poważaniem**

