



SPECJALISTYCZNY SZPITAL

im. E. Szczeklika w Tarnowie

Znak: AE/ZP-27-69/20

Tarnów, 2020-10-23

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 EURO na dostawę aparatu EKG z wydrukiem badania na formacie A4 3 sztuki oraz aparatów EKG 4 sztuki.

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści:

1. **Dotyczy Załącznika Nr 6.1 pkt. 8** - Czy Zamawiający uzna za spełnienie aparat wykonujący 150 jednokartkowych zapisów EKG spoczynkowego lub 6 godzin (wartość typowa) ciągłego monitorowania bez drukowania (minimum)?
2. **Dotyczy Załącznika Nr 6.1 pkt. 9** - Czy Zamawiający dopuści aparat, który jest w pełni gotowy do wykonywania badań po ok. 45-50 sekundach po włączeniu aparatu?
3. **Dotyczy Załącznika Nr 6.1 pkt. 12** - Czy Zamawiający dopuści aparat o czułości 2,5; 5; 10; 20; 40 mm/mv?
4. **Dotyczy Załącznika Nr 6.1 pkt. 13** - Czy Zamawiający dopuści prędkość zapisu 5; 12,5; 25 lub 50 mm/s?
5. **Dotyczy Załącznika Nr 6.1 pkt.22** - Czy Zamawiający dopuści aparat z możliwością transmisji danych za pomocą sieci LAN lub Wi-Fi do urządzeń zewnętrznych, bez możliwości bezpośredniego wydruku na zewnętrznej drukarce?
6. **Dotyczy Załącznika Nr 6.1 pkt. 24** - Czy Zamawiający dopuści aparat z pamięcią 200 badań EKG?
7. **Dotyczy Załącznika Nr 6.2 pkt. 8** - Czy Zamawiający uzna za spełnienie aparat wykonujący 150 jednokartkowych zapisów EKG spoczynkowego lub 6 godzin (wartość typowa) ciągłego monitorowania bez drukowania (minimum)?
8. **Dotyczy Załącznika Nr 6.2 pkt. 9** - Czy Zamawiający dopuści aparat, który jest w pełni gotowy do wykonywania badań po ok. 45-50 sekundach po włączeniu aparatu?
9. **Dotyczy Załącznika Nr 6.2 pkt. 10** - Czy Zamawiający dopuści aparat wykorzystujący papier o szerokości 210 mm?
10. **Dotyczy Załącznika Nr 6.2 pkt. 12** - Czy Zamawiający dopuści aparat o czułości 2,5; 5; 10; 20; 40 mm/mv?
11. **Dotyczy Załącznika Nr 6.2 pkt. 13** - Czy Zamawiający dopuści prędkość zapisu 5; 12,5; 25 lub 50 mm/s?
12. **Dotyczy Załącznika Nr 6.2 pkt. 21** - Czy Zamawiający dopuści aparat wykorzystujący aparat typu składanka i zrezygnuje z wymogu dostarczenia papieru typu rolka?
13. **Dotyczy Załącznika Nr 6.2 pkt. 22** - Czy Zamawiający dopuści aparat z możliwością transmisji danych za pomocą sieci LAN lub Wi-Fi do urządzeń zewnętrznych, bez możliwości bezpośredniego wydruku na zewnętrznej drukarce?
14. **Dotyczy Załącznika Nr 6.2 pkt. 24** - Czy Zamawiający dopuści aparat z pamięcią 200 badań EKG?
15. **Dotyczy pkt.XVI ppkt. 9 i 10 SIWZ - Ogólne warunki umowy** - Mając na względzie fakt, iż rękojmia jest instytucją niedostosowaną do specyfiki urządzeń medycznych i w związku z tym standardem staje się ograniczanie lub wyłączenie rękojmi w zamian za udzielenie Zamawiającym gwarancji trwającej co najmniej tyle, ile okres rękojmi, na lepszych i dogodniejszych dla Zamawiających warunkach wykonywania uprawnień z gwarancji, proponujemy dodanie zdania i wskazanie, że uprawnienia do odstąpienia od umowy w ramach realizacji uprawnień z tytułu rękojmi zostaje wyłączone:
„(...) Strony zgodnie wyłączają prawo do odstąpienia od umowy w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi”.
Wykonawca wskazuje, że Zamawiającemu przysługują szerokie uprawnienia gwarancyjnych na



zasadach określonych umową, gwarantujące zapewnienie Zamawiającego należytej opieki serwisowej w przypadku wystąpienia awarii sprzętu, a wręcz zapewnia naprawę wszelkich usterek i nieprawidłowości w działaniu sprzętu na dogodnych dla Zamawiającego warunkach. Możliwość jednoczesnej realizacji uprawnień z tytułu rękojmi wiąże się z ryzykiem możliwości odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, co jest rozwiązaniem niecelowym przede wszystkim z punktu widzenia Zamawiającego i zapewnienia ciągłości należytej pracy szpitala. W związku z tym, w ocenie Wykonawcy, zasadne jest wyłączenie prawa do odstąpienia na podstawie rękojmi, które stanowi dodatkowe ryzyko dla Wykonawcy, a rezygnacja z którego dla Zamawiającego nie będzie stanowiła istotnego zmniejszenia jego praw wynikających z Umowy.

16. **Dotyczy pkt.XVI ppkt. 15 SIWZ - Ogólne warunki umowy** - Brak górnego limitu naliczenia kary umownej w praktyce może powodować, iż jej celem nie będzie zagwarantowanie Zamawiającemu sprawiedliwej rekompensaty czy zdyscyplinowanie wykonawcy, ale umożliwienie Zamawiającemu wzbogacenie się, co jest sprzeczne z naturą kary umownej. Wobec powyższego czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy punktu:
Maksymalny limit kar umownych, jakie Zamawiający może naliczyć Wykonawcy, wynosi 10% wartości wynagrodzenia brutto umowy
17. **Dotyczy pkt.XVI ppkt. 15 b) SIWZ - Ogólne warunki umowy** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej w przypadku dostawy niezgodnej z wymaganymi określonymi w Załączniku do umowy parametrami technicznymi oraz uchybień w zakresie jakości do: 2,5% wartości brutto przedmiotu umowy?
18. **Dotyczy pkt.XVI ppkt. 15 d) SIWZ - Ogólne warunki umowy** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację ostatniego zdania w/w punktu na: „naliczanie kar umownych, o których mowa w pkt. b) poprzedzone będzie propozycją Zamawiającego wymiany wadliwego towaru na towar pozbawiony wad w terminie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia”?
19. **Dotyczy pkt.XVI ppkt. 20 SIWZ - Ogólne warunki umowy** - Wnioskujemy o wykreślenie tego punktu z umowy. Środkiem dyscyplinującym Wykonawcę do należytego wykonania umowy są m.in. kary umowne z tytułu zwłoki w dostawie lub odstąpienia od umowy. Zamawiający nie ma podstaw, aby dokonać zakupu towaru od innych Wykonawców na koszt Wykonawcy związanego z Zamawiającym umową.
20. **Dotyczy pkt.XVI ppkt. 22 SIWZ - Ogólne warunki umowy** - Odstąpienie od umowy jest czynnością radykalną i nie powinno zaskakiwać żadnej ze stron, w związku z czym prosimy Zamawiającego o dodanie do punktu następującego zastrzeżenia: Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia naruszenia pod rygorem odstąpienia od umowy, wyznaczając mu dodatkowy, odpowiedni termin nie krótszy niż 7 dniowy.
21. **Dotyczy pkt.XVI SIWZ - Ogólne warunki umowy** - W związku z aktualną sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wskutek czego na podstawie §1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 491), na terenie Polski został wprowadzony stan epidemii, wymagający zastosowania się do licznych ograniczeń wprowadzonych w/w Rozporządzeniem oraz wobec trudnego do przewidzenia dalszego rozwoju epidemii zarówno w Polsce, jak i w Europie i na całym świecie, który może mieć istotny wpływ na realizację Umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania, zwracamy się z prośbą o wprowadzenie treści klauzuli o sile wyższej (rozumianej m.in. jako stan epidemii). Propozycja tej klauzuli zakłada współpracę Stron w przypadku zaistnienia okoliczności utrudniających realizację umowy, a związanych z siłą wyższą (szczególnie epidemią). Rozwiązanie to pozwoli na bieżącą reakcję Stron w przypadku utrudnień z realizacją kontraktu ze względu na dynamicznie rozwijającą się sytuację z COVID-19 oraz wspólne ustalenie dalszych działań w dobrej wierze tak, aby interesy obu stron były realizowane pomimo utrudnień wynikających z siły wyższej (w szczególności wynikającej z epidemii COVID-19). Tym samym zapewniona będzie realizacja interesów obu stron – tak Zamawiającego, jak i Wykonawcy – przy jednoczesnej konieczności dostosowania realizacji kontraktu do dynamicznie rozwijającej się sytuacji związanej z COVID-19 i restrykcjami wprowadzanymi przez rząd i inne organy władzy. Wobec tego, proponujemy dodatnie Paragrafu o treści:

- 1) Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, spowodowanych siłą wyższą, tj. przez okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, lub też niemożliwe do uniknięcia mimo możliwości ich przewidzenia, w szczególności: klęski żywiołowe, katastrofy, strajki, zamieszki, embarga, stany zagrożenia epidemicznego, stany epidemii, stany nadzwyczajne, w tym stany klęski żywiołowej, decyzje, zarządzenia organów państwa itp.
 - 2) Terminy wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, w tym czasu reakcji, ulegają przedłużeniu o czas trwania siły wyższej.
 - 3) W przypadku zaistnienia zdarzenia siły wyższej, Strona, która na skutek siły wyższej nie może należycie wykonać zobowiązań wynikających z Umowy, zawiadomi niezwłocznie drugą Stronę o zaistnieniu siły wyższej, jednocześnie określając jej wpływ na wykonanie zobowiązań. Po zawiadomieniu, Strony będą współdziałać w dobrej wierze w celu wywiązania się ze zobowiązań w stopniu, w jakim jest to praktycznie możliwe oraz będzie poszukiwać wszelkich sensownych alternatywnych środków działania, możliwych mimo zaistnienia okoliczności siły wyższej.
 - 4) Praktyką w przypadku gwarancji udzielanej na urządzenia medyczne jest wyłączenie tych wad i awarii aparatów, które wynikają z nieprawidłowego użycia (niezgodnego z instrukcją lub przeznaczeniem) aparatu przez Zamawiającego lub też spowodowane są okolicznościami o charakterze siły wyższej.
22. **Dotyczy Załącznika Nr 6.2 pkt. 10** - Czy Zamawiający dopuści aparat EKG wyposażony w wysokiej jakości wbudowaną drukarkę termiczną, obsługującą papier dowolnego producenta ze znacznikiem lub bez, o szerokości 210 oraz 215 mm? Wydruk 12 kanałowego EKG na papierze o szerokości 110 lub 112 mm jest zdecydowanie mniej czytelny niż na papierze o szerokości 210 lub 215 mm.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad.1

Zgodnie z wymogiem określonym w pkt.8 Załącznika Nr 6.1 do SIWZ Zamawiający dopuszcza zaoferowanie możliwości ciągłej rejestracji EKG 6h na w pełni naładowanym akumulatorze.

Ad.2

Zamawiający dopuści również zaoferowanie aparatu, który jest w pełni gotowy do wykonywania badań po ok. 45-50 sekundach po włączeniu aparatu.

Ad.3

Zamawiający dopuści również zaoferowanie aparatu, który posiada czułości 2,5; 5; 10; 20; 40 mm/mv.

Ad.4

Zamawiający dopuści również zaoferowanie aparatu, który posiada prędkość zapisu 5; 12,5; 25 lub 50 mm/s.

Ad.5

Zamawiający dopuści również zaoferowanie aparatu, który posiada możliwość transmisji danych za pomocą sieci LAN lub Wi-Fi do urządzeń zewnętrznych, bez możliwości bezpośredniego wydruku na zewnętrznej drukarce.

Ad.6

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad.7

Zgodnie z wymogiem określonym w pkt.8 Załącznika Nr 6.2 do SIWZ Zamawiający dopuszcza zaoferowanie możliwości ciągłej rejestracji EKG 6h na w pełni naładowanym akumulatorze.

Ad.8

Zamawiający dopuści również zaoferowanie aparatu, który jest w pełni gotowy do wykonywania badań po ok. 45-50 sekundach po włączeniu aparatu.

Ad.9

Zamawiający dopuści również zaoferowanie aparatu, który wykorzystuje papier o szerokości 210 mm.

Ad.10

Zamawiający dopuści również zaoferowanie aparatu, który posiada czułości 2,5; 5; 10; 20; 40 mm/mv.



Ad.11

Zamawiający dopuści również zaoferowanie aparatu, który posiada prędkość zapisu 5; 12,5; 25 lub 50 mm/s.

Ad.12

Zamawiający dopuści również zaoferowanie aparatu, który wykorzystuje papier typu składanka zamiast papieru typu rolka, pod warunkiem zaoferowania przez Wykonawcę wraz z aparatem 3 składek papieru typu składanka.

Ad.13

Zamawiający dopuści również zaoferowanie aparatu, który posiada możliwość transmisji danych za pomocą sieci LAN lub Wi-Fi do urządzeń zewnętrznych, bez możliwości bezpośredniego wydruku na zewnętrznej drukarce.

Ad.14

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad.15

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach pkt.XVI SIWZ – „Ogólne warunki umowy”.

Ad.16

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz.1843 z póź. zm.) wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/ w pkt.XVI ppkt.15 SIWZ – Ogólne warunki umowy dodaje **zapis o treści:**

„Maksymalny limit kar umownych, jakie Zamawiający może naliczyć Wykonawcy wynosi 20% wartości umowy brutto.”

Ad.17

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz.1843 z póź. zm.) wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/ w pkt.XVI ppkt.15 b) SIWZ – Ogólne warunki umowy **zapis o treści:**

„ b) 5 % wartości brutto przedmiotu umowy - w przypadku dostawy niezgodnej z wymaganymi i określonymi w Załączniku do umowy parametrami technicznymi oraz uchybień w zakresie jakości,”

zmienia na zapis o treści:

„b) 2,5% wartości brutto przedmiotu umowy - w przypadku dostawy niezgodnej z wymaganymi określonymi w Załączniku do umowy parametrami technicznymi oraz uchybień w zakresie jakości,”

Ad.18

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz.1843 z póź. zm.) wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/ w pkt.XVI ppkt.15 SIWZ – Ogólne warunki umowy **zapis o treści:**

„Naliczanie kar umownych, o których mowa w pkt. b) poprzedzone będzie propozycją Zamawiającego wymiany wadliwego towaru na towar pozbawiony wad w terminie 5 dni od daty zgłoszenia.”

zmienia na zapis o treści:

„Naliczanie kar umownych, o których mowa w pkt. b) poprzedzone będzie propozycją Zamawiającego wymiany wadliwego towaru na towar pozbawiony wad w terminie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia.”

Ad.19

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach pkt.XVI SIWZ – „Ogólne warunki umowy”.

Ad.20

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz.1843 z póź. zm.) wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/ w pkt.XVI ppkt.22 SIWZ – Ogólne warunki umowy **zapis o treści:**

„22. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od powzięcia przez Zamawiającego wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie od umowy w następujących sytuacjach:



- a) jeżeli opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy, o wymaganych i oferowanych parametrach oraz właściwej jakości przekroczy 5 dni od upływu terminu wyznaczonego na realizację umowy,
- b) gdy Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z wymaganiami SIWZ, umową lub wymaganiami Zamawiającego, bez konieczności jego wezwania przez Zamawiającego do należytego realizowania umowy,
- c) jeżeli Wykonawca nie jest w stanie usunąć lub nie zdoła usunąć braków, wad przedstawionego do odbioru przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.”

zmienia na zapis o treści:

„22. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od powzięcia przez Zamawiającego wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie od umowy w następujących sytuacjach:

- a) jeżeli opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy, o wymaganych i oferowanych parametrach oraz właściwej jakości przekroczy 5 dni od upływu terminu wyznaczonego na realizację umowy,
- b) gdy Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z wymaganiami SIWZ, umową lub wymaganiami Zamawiającego, bez konieczności jego wezwania przez Zamawiającego do należytego realizowania umowy,
- c) jeżeli Wykonawca nie jest w stanie usunąć lub nie zdoła usunąć braków, wad przedstawionego do odbioru przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia naruszenia pod rygorem odstąpienia od umowy, wyznaczając mu dodatkowy, odpowiedni termin nie krótszy niż 7 dniowy.”

Ad.21

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach pkt.XVI SIWZ – „Ogólne warunki umowy”.

Ad.22

Zamawiający dopuści również zaoferowanie aparatu wyposażonego w wysokiej jakości wbudowaną drukarkę termiczną, obsługującą papier dowolnego producenta ze znacznikiem lub bez, o szerokości 210 oraz 215 mm.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania
2. Platforma Zamawiającego
3. a/a

DYREKTOR
Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika
w Tarnowie
Marcin Kuta

