

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Dotyczy: postępowania pn. „**Artroskop z oprzyrządowaniem**” – sprawa nr **62/PN/2022/ZS**

Zamawiający, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie, informuje, iż wpłynęły pytania od Wykonawców, na które Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sytemu o poniższej charakterystyce bez zachowania pierwotnych warunków opisu przedmiotu zamówienia ? :

Nazwa/opis produktu	Ilość
4K MONITOR 32IN Monitor medyczny 32" 4K - rozdzielczość 4K - kontrast 1300:1 - jasność 400 cd/m2 - zamknięta obudowa aluminiowa	1
4K 3-IN-1 CONTROL UNIT Sterownik 3in1 - zintegrowane w jednej obudowie: kamera 4K UHD, źródło światła LED, archiwizacja - ekran dotykowy 7" - 802.11n Wi-Fi Kamera: - sygnał cyfrowy 4K UHD - wyjścia sygnałowe: 3G-SDI i DVI - programy procedur operacyjnych Źródło światła: - LED - temperatura barwowa 5700K - żywotność 30 000h - 4 wejścia ACMI, Storz, Wolf, Olympus Archiwizacja: - 6x złącze USB (2x USB 3.0) - wbudowany HDD 256GB - jednoczesne nagrywanie dwóch, niezależnych sygnałów video	1

4K CAMERA HEAD Głowica kamery 4K UHD - 3x CMOS UHD - 4 programowalne przyciski - autoklawowalna głowica - zintegrowany obiektyw	1
SCOPE 4.0MM 30 DEG 4K Optyka 4K 4mm 30 stopni autoklawowalna	2
6.5MM High Flow SHEATH TWO STPCK 4.0 Płaszcz artroskopowy 6,5mm High Flow	2
OBTURATOR BLUNT FOR 6,5MM SHEATH Obturator do płaszcz 6,5mm	2
LIGHTCABLE 3.0M 4.8MM W/ ADAPT Światłowód	2
Instrument case Kasetka sterylizacyjna na optykę, światłowód i płaszcz artroskopowy	1
SHAVER CONSOLE Sterownik shavera	1
HANDPIECE W/ CONTROLS ALU Rękojeść shavera sterowanie ręczne	1
CLEANING ADAPTER SHAVER HP Adaptor do czyszczenia shavera	1
BRUSH SHAVER HP 300MM Szczotka czyszcząca	1
ROUND BURR SHORT 35 Frez shavera jednorazowy	1
TRICERA Końcówka 3w1 - funkcja frezu kostnego - funkcja frezu tkanki miękkiej - funkcja ablacji - opakowanie 4 szt	1
MULTI-USE PUMP Pompa artroskopowa jednorolkowa	1

TUBE SET IRRIGATION Dren do pompy artroskopowej jednorazowy	1
TRICERA Kaseta dreny ssąco-płuczące - dreny umieszczone w sterylnej kasecie - kolorowe oznaczenie części drenów pracującej w polu operacyjnym - perystaltyczna praca części podającej oraz odbierającej płyn - opakowanie 6 szt	1
RF CONTROL UNIT Sterownik waporyzatora RF - 7 " dotykowy ekran - częstotliwość pracy 333kHz - 250W	1
RF FOOTSWITCH SET Przełącznik nożny waporyzatora RF	1
VAPOR ELCTRD INS SUC 45 DEG Elektroda do waporyzacji	1
CONNECTION CABLE W/ PNCL SCTN Uchwyt elektrody wielorazowy	1
CART 32IN PRO Wózek aparaturowy artroskopowy - wysokość 1466cm - 5 regulowanych pótek - szuflada na klawiaturę - szuflada na akcesoria - wysięgnik do monitora 32" - izolacyjny transformator medyczny 2kW - instalacja uziemiająca podłączane urządzenia / system wyrównania potencjałów	1
Bite Punch 15 Up Tip Kleszczyki artroskopowe - punch, końcówka szerokości 1,7mm, zagięte 15 stopni w lewo	2
Bite Punch, StrightTip Kleszczyki artroskopowe - punch, końcówka prosta szerokości 2,6 mm	2
Haczyk artroskopowy	2

Nożyczki artroskopowe zagięte w prawo	2
Kaseta na narzędzia artroskopowe	2

Odpowiedź: Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 2

dotyczy Projektu umowy § 4 ust 6.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na serwisowanie urządzenia poza granicami kraju przy zaoferowaniu urządzenia zastępczego na czas naprawy ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3

Dot. Załącznik nr 2

Czy Zamawiający dopuści do oceny w części Medyczny monitor 4K poz. 1?

Rozdzielczość ekranu: 3840x2160px

Odpowiedź: ZGODNIE Z SWZ.

Pytanie nr 4

Dot. Załącznik nr 2

Czy Zamawiający dopuści do oceny w części Medyczny monitor 4K poz. 2?

Podświetlenie LED, matryca IPS w ochronnym szkłe - przyklejone szkło ochronne, co oznacza, że nie ma ryzyka zaparowania monitora w wilgotnych warunkach

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5

Dot. Załącznik nr 2

Czy Zamawiający dopuści do oceny w części Medyczny monitor 4K poz. 3?

Przekątna ekranu 31.5", ekran panoramiczny

Odpowiedź: Zamawiający DOPUSZCZA.

Pytanie nr 6

Dot. Załącznik nr 2

Czy Zamawiający dopuści do oceny w części Medyczny monitor 4K poz. 5?

Jasność 800cd/m² standard

Odpowiedź: DOPUSZCZA.

Pytanie nr 7

Dot. Załącznik nr 2

Czy Zamawiający dopuści do oceny w części Medyczny monitor 4K poz. 6?

Współczynnik kontrastu 1000:1 standard

Odpowiedź: ZGODNIE Z SWZ

Pytanie nr 8

Dot. Załącznik nr 2

Czy Zamawiający dopuści do oceny w części Medyczny monitor 4K poz. 8?

Funkcja PIP (obraz w obrazie), PBP (obraz przy obrazie), odbicie lustrzane i funkcja rotacji obrazu.

Odpowiedź: DOPUSZCZA.

Pytanie nr 9

Dot. Załącznik nr 2

Czy Zamawiający dopuści do oceny w części Medyczny monitor 4K poz. 12?
Sterowanie za pomocą dotykowej klawiatury z włącznikiem.

Odpowiedź: **ZGODNIE Z SWZ**

Pytanie nr 10

Dot. Załącznik nr 2

Czy Zamawiający dopuści do oceny w części Medyczny monitor 4K poz. 13?
Wejścia wideo: 1x DP 1.2, 1xDVI, 1x3G-SDI, 1x HDMI 2.0

Odpowiedź: **DOPUSZCZA**

Pytanie nr 11

Dot. Załącznik nr 2

Czy Zamawiający dopuści do oceny w części Medyczny monitor 4K poz. 14?
Format obrazu 16:9

Wyjście wideo: DP 1.2, 1x 3G-SDI, 1 x DVI

Odpowiedź: **DOPUSZCZA.**

Pytanie nr 12

Dot. Załącznik nr 2

Czy Zamawiający w części Medyczny monitor 4K poz. 4, 7, 9, 10, 11, 15, 16, 18, 19, 20, 21
zrezygnuje z opisanego wymogu celem zwiększenia konkurencyjności ofert.

Odpowiedź: **ZGODNIE Z SWZ.**

Pytanie nr 13

Dot. Załącznik nr 2

Czy Zamawiający dopuści do oceny w części Medyczny monitor 4K poz. 17?
Eliminacja migotania obrazu na wszystkich poziomach jasności (Flicker Safe)

Odpowiedź: **DOPUSZCZA.**

Pytanie nr 14

Dot. załącznik nr 2

Czy Zamawiający dopuści do oceny w części Medyczny monitor 4K poz 22?

Waga monitora 12.4kg

Odpowiedź: **DOPUSZCZA.**

Pytanie nr 15

Dot. Załącznik nr 2

Czy Zamawiający dopuści do oceny w części GŁOWICA i KONSOLA KAMERY O WYSOKIEJ
ROZDZIELCZOŚCI poz. 1?

Głowica kamery wyposażona w minimum trzy przetworniki 1/3" wysokiej rozdzielczości chip
typu CMOS

Odpowiedź: **ZGODNIE Z SWZ.**

Pytanie nr 16

Dot. załącznik nr 2

Czy Zamawiający dopuści do oceny w części GŁOWICA i KONSOLA KAMERY O WYSOKIEJ
ROZDZIELCZOŚCI poz. 2?

Dwa przyciski programowalne obsługujących 14 funkcji kamery, archiwizatora i źródła światła,

Odpowiedź: **ZGODNIE Z SWZ.**

Pytanie nr 17

Dot. Załącznik nr 2

Czy Zamawiający dopuści do oceny w części GŁOWICA i KONSOLA KAMERY O WYSOKIEJ ROZDZIELCZOŚCI poz. 3?

Możliwość śródoperacyjnej zmiany parametrów z poziomu tabletu: funkcje przycisków głowicy kamery, jasność, zoom, ustawienia kolorów, kontrast, okno automatycznej ekspozycji, balans bieli, PIP, ustawienia drukowania

Odpowiedź: ZGODNIE Z SWZ

Pytanie nr 18

Dot. Załącznik nr 2

Czy Zamawiający dopuści do oceny w części GŁOWICA i KONSOLA KAMERY O WYSOKIEJ ROZDZIELCZOŚCI poz. 5?

Rozdzielczość sterownika kamery 4K UHD

Odpowiedź: ZGODNIE Z SWZ

Pytanie nr 19

Dot. Załącznik nr 2

Czy Zamawiający dopuści do oceny w części GŁOWICA i KONSOLA KAMERY O WYSOKIEJ ROZDZIELCZOŚCI poz. 7?

6-stopniowa skala wzmocnienia obrazu

Odpowiedź: ZGODNIE Z SWZ

Pytanie nr 20

Dot. Załącznik nr 2

Czy Zamawiający dopuści do oceny w części GŁOWICA i KONSOLA KAMERY O WYSOKIEJ ROZDZIELCZOŚCI poz. 17?

Obsługa w języku polskim wyświetlane na tablecie

Odpowiedź: ZGODNIE Z SWZ

Pytanie nr 21

Dot. załącznik nr 2

Czy Zamawiający dopuści do oceny w części GŁOWICA i KONSOLA KAMERY O WYSOKIEJ ROZDZIELCZOŚCI poz. 18?

Głowica kamery z możliwością sterowania źródło światła i medyczny rejestrator obrazu.

Odpowiedź: ZGODNIE Z SWZ

Pytanie nr 22

Dot. Załącznik nr 2

Czy Zamawiający dopuści do oceny w części GŁOWICA i KONSOLA KAMERY O WYSOKIEJ ROZDZIELCZOŚCI poz. 19?

Źródło światła w technologii LED wbudowane w jedną konsolę 3w1 w pełni zintegrowane.

Odpowiedź: ZGODNIE Z SWZ

Pytanie nr 23

Dot. Załącznik nr 2

Czy Zamawiający dopuści do oceny w części GŁOWICA i KONSOLA KAMERY O WYSOKIEJ ROZDZIELCZOŚCI poz. 14?

Wyjścia video:

- 2 x DVI,

- 4x 3G-SDI,

- 2x Display Port 1.1/1.2(MST)

Pytanie nr 24

Dot. Załącznik nr 2

Czy Zamawiający dopuści do oceny w części GŁOWICA i KONSOLA KAMERY O WYSOKIEJ ROZDZIELCZOŚCI poz. 21?

Przewód głowicy kamery - długość 3m

Odpowiedź: **DOPUSZCZA**

Pytanie nr 25

Dot. Załącznik nr 2

Czy Zamawiający w części GŁOWICA i KONSOLA KAMERY O WYSOKIEJ ROZDZIELCZOŚCI poz. 4, 6, 8-13, 15, 16, 20 zrezygnuje z opisanego wymogu celem zwiększenia konkurencyjności ofert.

Odpowiedź: **ZGODNIE Z SWZ**

Pytanie nr 26

Dot. Załącznik nr 2

Czy Zamawiający dopuści do oceny w części ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED poz. 1?

Strumień świetlny odpowiadający mocy źródła Xenon 380W

Odpowiedź: **ZGODNIE Z SWZ**

Pytanie nr 27

Dot. Załącznik nr 2

Czy Zamawiający dopuści do oceny w części ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED poz. 2?

Żywotność 30000 godz.

Odpowiedź: **ZGODNIE Z SWZ**

Pytanie nr 28

Dot. Załącznik nr 2

Czy Zamawiający dopuści do oceny w części ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED poz. 3?

Tablet cyfrowy sterujący: zintegrowany z zestawem endoskopowym na osobnym wysięgniku z możliwością sterowania pompą i shaverem.

Odpowiedź: **ZGODNIE Z SWZ**

Pytanie nr 29

Dot. Załącznik nr 2

Czy Zamawiający dopuści do oceny w części ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED poz. 5?

Przycisk źródła światła "On/Standby" (gotowy do użycia w <1 sek.)

Odpowiedź: **DOPUSZCZA**

Pytanie nr 30

Załącznik nr 2

Czy Zamawiający dopuści do oceny w części ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED poz. 6?

Menu urządzenia w języku polskim

Odpowiedź: **ZGODNIE Z SWZ**

Pytanie nr 31

Dot. Załącznik nr 2

Czy Zamawiający dopuści do oceny w części ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED poz. 8?

Głowica obrotowa światłowodu do podłączenia światłowodów różnych producentów typu: ACMI, Storz, Wolf, Olympus

Odpowiedź: ZGODNIE Z SWZ

Pytanie nr 32

Dot. Załącznik nr 2

Czy Zamawiający dopuści do oceny w części ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED poz. 10?

2x mini-jack (gniazda sterujące pozwalające na sterowanie konsolą za pomocą przełącznika nożnego lub urządzenia zewnętrznego, oraz sterowanie przez zespół sterujący kamery urządzeniami zewnętrznymi za pomocą przycisków na głowicy kamery)

Odpowiedź: ZGODNIE Z SWZ

Pytanie nr 33

Dot. Załącznik nr 2

Czy Zamawiający w części ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED poz. 4, 7, 9, 12 zrezygnuje z opisanego wymogu celem zwiększenia konkurencyjności ofert.

Odpowiedź: ZGODNIE Z SWZ

Pytanie nr 34

Dot. Załącznik nr 2

Czy zamawiający dopuści do oceny w części ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED - sterowanie ze zintegrowanego, oddzielnego tabletu?

W związku z tym, iż parametry w części KONSOLA SHAVERA dotyczą również Waporyzatora czy Zamawiający dopuści osobne konsole - KONSOLA SHAVERA oraz Konsola Waporyzatora bipolarnego sterowana za pomocą ekranu dotykowego.

Odpowiedź: ZGODNIE Z SWZ

Pytanie nr 35

Dot. Załącznik nr 2

Czy Zamawiający dopuści do oceny w części KONSOLA SHAVERA poz. 5?

3 tryby pracy oscylacyjnej wybierane na ekranie dotykowym: standardowy, efektywny, agresywny.

Odpowiedź: ZGODNIE Z SWZ

Pytanie nr 36

Dot. Załącznik nr 2

Czy Zamawiający dopuści do oceny w części KONSOLA SHAVERA poz. 6?

Możliwość wyświetlenia parametrów pracy Waporyzatora w czasie rzeczywistym na ekranie monitora endoskopowego.

Odpowiedź: DOPUSZCZA

Pytanie nr 37

Dot. Załącznik nr 2

Czy Zamawiający dopuści do oceny w części KONSOLA SHAVERA poz. 8?

Końcówka z funkcją detekcji optyki w pobliżu części dystalnej, automatycznie zmniejszająca moc, zabezpieczając optykę przed uszkodzeniem.

Odpowiedź: ZGODNIE Z SWZ

Pytanie nr 38

Dot. Załącznik nr 2

Czy Zamawiający dopuści do oceny w części KONSOLA SHAVERA poz. 9?

Sterowanie ręczne możliwe także z podłączonym przełącznikiem nożnym, automatyczne rozpoznawanie końcówki roboczej.

Odpowiedź: ZGODNIE Z SWZ

Pytanie nr 39

Dot. Załącznik nr 2

Czy Zamawiający dopuści do oceny w części KONSOLA SHAVERA poz. 10?
Automatyczne rozpoznawanie końcówki roboczej.

Odpowiedź: [ZGODNIE Z SWZ](#)

Pytanie nr 40

Dot. Załącznik nr 2

Czy Zamawiający dopuści do oceny w części KONSOLA SHAVERA poz. 11?
Automatyczne rozpoznawanie końcówki roboczej.

Odpowiedź: [ZGODNIE Z SWZ](#)

Pytanie nr 41

Dot. Załącznika nr 2

Czy Zamawiający dopuści do oceny w części KONSOLA SHAVERA poz. 12?
Możliwość podłączenia i sterowania jednym i dwoma pedałami jednocześnie

Odpowiedź: [DOPUSZCZA](#)

Pytanie nr 42

Dot. Załącznika nr 2

Czy Zamawiający dopuści do oceny w części KONSOLA SHAVERA poz. 13?
Możliwość wyświetlania parametrów pracy shavera na ekranie endoskopowym

Odpowiedź: [DOPUSZCZA](#)

Pytanie nr 43

Dot. Załącznika nr 2

Czy Zamawiający dopuści do oceny w części KONSOLA SHAVERA poz. 16?
Możliwość pracy w systemie zintegrowanej sali operacyjnej.

Odpowiedź: [ZGODNIE Z SWZ](#)

Pytanie nr 44

Dot. Załącznika nr 2

Czy Zamawiający dopuści do oceny w części KONSOLA SHAVERA poz. 17?
3 tryby pracy oscylacyjnej wybierane na ekranie dotykowym: standardowy, efektywny, agresywny.

Odpowiedź: [ZGODNIE Z SWZ](#)

Pytanie nr 45

Dot. Załącznika nr 2

Czy Zamawiający dopuści do oceny w części KONSOLA SHAVERA poz. 19?
Możliwość wyświetlania parametrów pracy shavera na ekranie endoskopowym.

Odpowiedź: [DOPUSZCZA](#)

Pytanie nr 46

Dot. Załącznika nr 2

Czy Zamawiający w części KONSOLA SHAVERA poz. 1, 2, 3, 4, 7, 14, 15, 18 zrezygnuje z opisanego wymogu celem zwiększenia konkurencyjności ofert.

Odpowiedź: [ZGODNIE Z SWZ](#)

Pytanie nr 47

Dot. Załącznika nr 2

Czy Zamawiający dopuści do oceny w części RĘKOJEŚĆ SHAVERA poz. 1?

Wyposażona w przewód do połączenia z dedykowaną konsolą oraz kanał ssący z możliwością podłączenia do drenu ssaka.

Odpowiedź: **ZGODNIE Z SWZ**

Pytanie nr 48

Dot. załącznika nr 2

Czy Zamawiający dopuści do oceny w części RĘKOJEŚĆ SHAVERA poz. 2?

Możliwość indywidualnego doboru parametrów pracy w trybie oscylacji w zakresie ustawień: praca w trybie standard; praca w trybie efektywnym; praca w trybie agresywnym,

Odpowiedź: **ZGODNIE Z SWZ**

Pytanie nr 49

Dot. Załącznika nr 2

Czy Zamawiający dopuści do oceny w części RĘKOJEŚĆ SHAVERA poz. 3?

Sterowanie przełącznikiem nożnym bądź w rękojeści z zintegrowanym przewodem sterująco-zasilającym.

Odpowiedź: **DOPUSZCZA**

Pytanie nr 50

Dot. Załącznika nr 2

Czy Zamawiający dopuści do oceny w części RĘKOJEŚĆ SHAVERA poz. 4?

Regulacja ssania od 0 do 100%.

Odpowiedź: **ZGODNIE Z SWZ**

Pytanie nr 51

Dot. Załącznika nr 2

Czy Zamawiający dopuści do oceny w części RĘKOJEŚĆ SHAVERA poz. 7?

Rękojeść autoklawowalna pokryta materiałem PEEK.

Odpowiedź: **DOPUSZCZA**

Pytanie nr 52

Dot. Załącznika nr 2

Czy Zamawiający w części RĘKOJEŚĆ SHAVERA poz. 5, 6 zrezygnuje z opisanego wymogu celem zwiększenia konkurencyjności ofert.

Odpowiedź: **ZGODNIE Z SWZ**

Pytanie nr 53

Dot. Załącznik nr 2

Czy Zamawiający dopuści do oceny w części POMPA ARTROSKOPOWA poz. 1?

Pompa dwurołkowa, rolki napływu i odpływu ukryte wewnątrz urządzenia, zabezpieczone przed przypadkowym uszkodzeniem.

Odpowiedź: **ZGODNIE Z SWZ**

Pytanie nr 54

Dot. Załącznika nr 2

Czy Zamawiający dopuści do oceny w części POMPA ARTROSKOPOWA poz. 3?

Możliwość zaprogramowania reakcji pompy na pracę shavera i waporyzatora w trybie jedno i dwurołkowym.

Odpowiedź: **ZGODNIE Z SWZ**

Pytanie nr 55

Dot. Załącznika nr 2

Czy Zamawiający dopuści do oceny w części POMPA ARTROSKOPOWA poz. 4?

Możliwość stosowania całodobowych drenów głównych z drenami pacjenta oraz drenów jednorazowych.

Odpowiedź: ZGODNIE Z SWZ

Pytanie nr 56

Dot. Załącznika nr 2

Czy Zamawiający dopuści do oceny w części POMPA ARTROSKOPOWA poz. 6?

Współpraca z konsolą shavera i waporyzátorem poprzez dedykowany kabel, możliwość zaprogramowania reakcji pompy na pracę shavera i waporyzátora w trybie jedno- i dwurołkowym.

Odpowiedź: ZGODNIE Z SWZ

Pytanie nr 57

Dot. Załącznika nr 2

Czy Zamawiający dopuści do oceny w części POMPA ARTROSKOPOWA poz. 7?

Możliwość stosowania całodobowych drenów głównych z drenami pacjenta.

Odpowiedź: ZGODNIE Z SWZ

Pytanie nr 58

Dot. Załącznika nr 2

Czy Zamawiający dopuści do oceny w części POMPA ARTROSKOPOWA poz. 8?

Dotykowy ekran do wprowadzania parametrów pracy urządzenia.

Odpowiedź: ZGODNIE Z SWZ

Pytanie nr 59

Dot. Załącznika nr 2

Czy Zamawiający dopuści do oceny w części POMPA ARTROSKOPOWA poz. 9?

Możliwość sterowania za pomocą przełącznika nożnego lub autoklawowalnego pilota przewodowego.

Odpowiedź: DOPUSZCZA

Pytanie nr 60

Dot. Załącznika nr 2

Czy Zamawiający dopuści do oceny w części POMPA ARTROSKOPOWA poz. 10?

Możliwość indywidualnej zmiany/zaprogramowania ustawień predefiniowanych.

Odpowiedź: ZGODNIE Z SWZ

Pytanie nr 61

Dot. Załącznika nr 2

Czy Zamawiający dopuści do oceny w części POMPA ARTROSKOPOWA poz. 11?

Predefiniowane ustawienia dla artroskopii kolana, stawu ramiennego, biodra i małych stawów.

Odpowiedź: ZGODNIE Z SWZ

Pytanie nr 62

Dot. Załącznika nr 2

Czy Zamawiający dopuści do oceny w części POMPA ARTROSKOPOWA poz. 14?

Regulacja ciśnienia w zakresie 10-120 mmHg ze skokiem co 5 mmHg.

Odpowiedź: ZGODNIE Z SWZ

Pytanie nr 63

Dot. Załącznika nr 2

Czy Zamawiający dopuści do oceny w części POMPA ARTROSKOPOWA poz. 16?

Współpraca z konsolą Synergy HD3, Synergy UHD4 oraz w systemie zintegrowanej Sali operacyjnej.

Odpowiedź: ZGODNIE Z SWZ

Pytanie nr 64

Dot. Załącznika nr 2

Czy Zamawiający dopuści do oceny w części POMPA ARTROSKOPOWA poz. 17?

Współpraca z konsolą shavera poprzez automatyczny wzrost ciśnienia podczas użycia shavera w zakresie od 0 do 50% skokowo co 10%.

Odpowiedź: ZGODNIE Z SWZ

Pytanie nr 65

Dot. Załącznika nr 2

Czy Zamawiający dopuści do oceny w części POMPA ARTROSKOPOWA poz. 18?

Funkcja bezpieczeństwa przy zbyt dużym ciśnieniu w stawie.

Odpowiedź: DOPUSZCZA

Pytanie nr 66

Dot. Załącznika nr 2

Czy Zamawiający w części POMPA ARTROSKOPOWA poz. 2, 5, 12, 13, 15, 19 zrezygnuje z opisanego wymogu celem zwiększenia konkurencyjności ofert.

Odpowiedź: ZGODNIE Z SWZ

Pytanie nr 67

Dot. Załącznik nr 2

Czy Zamawiający dopuści do oceny w części MEDYCZNY WÓZEK APARATUROWY poz. 1?

Wózek aparaturowy zarejestrowany jako wyrób medyczny.

Odpowiedź: ZGODNIE Z SWZ

Pytanie nr 68

Dot. Załącznik nr 2

Czy Zamawiający dopuści do oceny w części MEDYCZNY WÓZEK APARATUROWY poz. 2?

Wózek jezdny z możliwością blokady ruchu.

Odpowiedź: DOPUSZCZA

Pytanie nr 69

Dot. Załącznika nr 2

Czy Zamawiający dopuści do oceny w części MEDYCZNY WÓZEK APARATUROWY poz. 3?

5 półek w tym min. 1 półka wysuwana, oraz 1x szuflada.

Odpowiedź: DOPUSZCZA

Pytanie nr 70

Dot. Załącznik nr 2

Czy Zamawiający dopuści do oceny w części MEDYCZNY WÓZEK APARATUROWY poz. 4?

Wózek wyposażony łącznie w 15 dostępnych złącz typu IEC (8 złącz ukrytych w ramie wózka oraz 7 dostępnych złącz umiejscowionych poniżej dolnej płaszczyzny wózka)

Odpowiedź: DOPUSZCZA

Pytanie nr 71

Dot. Załącznik nr 2

Czy Zamawiający dopuści do oceny w części MEDYCZNY WÓZEK APARATUROWY poz. 5?

W komplecie/zestawie:

- uchwyt do mocowania soli fizjologicznej
- uchwyt na kamerę, oraz przełącznik nożny
- zacisk do bezpiecznego chwytania drenów dobowych
- ruchome ramię pod tablet sterujący.

Odpowiedź: ZGODNIE Z SWZ

Pytanie nr 72

Dot. Załącznik nr 2

Czy Zamawiający dopuści do oceny w części MEDYCZNY WÓZEK APARATUROWY poz. 6?

Ukryta w ramie listwa zasilająca z kablami indywidualnymi o zróżnicowanej długości służącymi do zasilania urządzeń peryferyjnych.

Odpowiedź: DOPUSZCZA

Pytanie nr 73

Dot. Załącznik nr 2

Czy Zamawiający dopuści do oceny w części MEDYCZNY WÓZEK APARATUROWY poz. 10?

wbudowany system przepięciowy z transformatorem izolującym z możliwością wykonania testu za pomocą dedykowanego przycisku.

Odpowiedź: DOPUSZCZA

Pytanie nr 74

Dot. Załącznik nr 2

Czy Zamawiający w części MEDYCZNY WÓZEK APARATUROWY poz. 7, 8, 9 zrezygnuje z opisanego wymogu celem zwiększenia konkurencyjności ofert.

Odpowiedź: ZGODNIE Z SWZ

Pytanie nr 75

Dot. Załącznik nr 2

Czy Zamawiający dopuści do oceny w części OPTYKA ARTROSKOPOWA poz. 3?

Długość robocza 152,5mm

Odpowiedź : ZGODNIE Z SWZ

Pytanie nr 76

Dot. Załącznik nr 2

Czy Zamawiający w części OPTYKA ARTROSKOPOWA poz. 4-9 zrezygnuje z opisanego wymogu celem zwiększenia konkurencyjności ofert.

Odpowiedź: ZGODNIE Z SWZ

Pytanie nr 77

Dot. Załącznik nr 2

Czy Zamawiający dopuści do oceny w części ŚWIATŁOWÓD poz. 2?

W przezroczystej osłonie, dającej możliwość oceny stanu uszkodzeń włókien światłowodowych

Odpowiedź: ZGODNIE Z SWZ

Pytanie nr 78

Dot. Załącznik nr 2

Czy Zamawiający dopuści do oceny w części ŚWIATŁOWÓD poz. 3?

Końcówka światłowodu wychodząca z konsoli źródła światła wzmocniona i zagięta kątowno

Odpowiedź: [DOPUSZCZA](#)

Pytanie nr 79

Dot. Załącznik nr 2

Czy Zamawiający dopuści do oceny w części ŚWIATŁOWÓD poz. 4?

Wymiary światłowodu: 5mm x 4m.

Odpowiedź: [DOPUSZCZA](#)

Pytanie nr 80

Dot. Załącznik nr 2

Czy Zamawiający w części ŚWIATŁOWÓD poz. 1 zrezygnuje z opisanego wymogu celem zwiększenia konkurencyjności ofert.

Odpowiedź: [ZGODNIE Z SWZ](#)

Pytanie nr 81

Dot. Załącznika nr 2

Czy Zamawiający dopuści do oceny w części KANIULA ARTROSKOPOWA I OBTURATOR poz. 1?

Obturator ołówkowy, konikalny z uchwytem do płaszcz artroskopowego do optyki o średnicy 4mm. Autoklawowalny.

Odpowiedź: [ZGODNIE Z SWZ](#)

Pytanie nr 82

Dot. Załącznika nr 2

Czy Zamawiający dopuści do oceny w części KANIULA ARTROSKOPOWA I OBTURATOR poz. 2?

Płaszcz artroskopowy z dwoma zaworami obrotowymi dla optyki o średnicy 4.0 mm. Autoklawowalny.

Odpowiedź: [ZGODNIE Z SWZ](#)

Pytanie nr 83

Dot. Załącznika nr 2

Czy Zamawiający dopuści do oceny w części KANIULA ARTROSKOPOWA I OBTURATOR poz., 3?

Płaszcz artroskopowy z dwoma zaworami obrotowymi dla optyki o średnicy 4.0 mm. Autoklawowalny.

Odpowiedź: [ZGODNIE Z SWZ](#)

Pytanie nr 84

Dot. Załącznika nr 2

Czy Zamawiający dopuści do oceny w części KASETA DO STERYLIZACJI OPTYK ARTROSKOPOWYCH poz. 1?

Metalowy dwupiętrowy kosz do sterylizacji narzędzi o wymiarach: 317x241x139 mm. Dodatkowo na wyposażeniu mata zabezpieczająca oraz pokrywa.

Odpowiedź: [ZGODNIE Z SWZ](#)

Pytanie nr 85

Dot. Załącznika nr 2

Czy Zamawiający dopuści do oceny w części KASETA DO STERYLIZACJI RĘKOJEŚCI SHAVERA poz. 1?

Metalowy dwupiętrowy kosz do sterylizacji narzędzi o wymiarach: 317x241x139 mm. Dodatkowo na wyposażeniu mata zabezpieczająca oraz pokrywa.
Odpowiedź: **ZODNIE Z SWZ**

Pytanie nr 86

Dot. Załącznika nr 2

Czy Zamawiający dopuści do oceny w części NARZĘDZIA DO ARTROSKOPII poz. 1?

Nożyczki artroskopowe zagięte w prawo. Nożyczki artroskopowe zagięte w lewo. Sztanca o średnicy 3,4 mm.

Odpowiedź: **DOPUSZCZA**

Pytanie nr 87

Dot. Załącznika nr 2

Czy Zamawiający dopuści do oceny w części NARZĘDZIA DO ARTROSKOPII poz. 2?

Narzędzie artroskopowe autoklawowalne typu nożyczki artroskopowe, szczeka prosta o średnicy 3,4 mm.

Odpowiedź: **DOPUSZCZA**

Pytanie nr 88

Dot. Załącznik nr 2

Czy Zamawiający dopuści do oceny w części NARZĘDZIA DO ARTROSKOPII poz. 3?

Chwytnak/kleszcze artroskopowe proste, średnica sztancy 3,4 mm.

Odpowiedź: **DOPUSZCZA**

Pytanie nr m 89

Dot. Załącznik nr 2

Czy Zamawiający dopuści do oceny w części NARZĘDZIA DO ARTROSKOPII poz. 4?

Chwytnak/ kleszcze artroskopowe proste. Średnica sztancy 3,4 mm. Narzędzie z blokowanym uchwytem tkanki.

Odpowiedź: **DOPUSZCZA**

Pytanie nr 90

Dot. Załącznik nr 2

Czy Zamawiający dopuści do oceny w części NARZĘDZIA DO ARTROSKOPII poz. 5?

Narzędzie artroskopowe autoklawowalne typu haczyk z oznaczeniem co 0,5 mm do 3,5 cm. Wymiary: trzon 155 mm, końcówka 3,4 mm.

Odpowiedź: **ZGODNIE Z SWZ**

Pytanie nr 91

Dot. Załącznik nr 2

Załącznik nr 2, Tabela – „Fotel zabiegowy operatora” - Czy Zamawiający odstąpi od części Fotel zabiegowy operatora celem zwiększenia konkurencyjności ofert?

Odpowiedź: **ZGODNIE Z SWZ**

Pytanie nr 92

Dot. Załącznik nr 2

Załącznik nr 2, Tabela – „Fotel zabiegowy operatora” – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie asortymentu „Fotel zabiegowy operatora” do osobnego pakietu, lub wyrazi zgodę na wykreślenie tego elementu i tym samym odstąpienie od jego wyceny celem zwiększenia konkurencyjności.

Odpowiedź: **ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY.**

Pytanie nr 93

Pytanie do SWZ, rozdział V. Termin wykonania przedmiotu zamówienia – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia do 4 tygodni od daty podpisania umowy?

Odpowiedź: **ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY.**

Pytanie nr 94

Załącznik nr 3, §2 ust. 6 pkt. c) - Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu dot. dostarczenia skróconej instrukcji i BHP w zamian za przedłożenie dokumentacji zawierającej rekomendacje/instrukcje określające sposób użytkowania sprzętu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa obowiązek sporządzenia stanowiskowej instrukcji BHP spoczywa na Zamawiającym tj. na osobie odpowiadającej za organizację pracy i bezpieczeństwo pracowników w jednostce.

Odpowiedź: **ZAMAWIAJĄCY WYRAŻA ZGODĘ.**

Pytanie nr 95

Załącznik nr 3, § 4 ust. 3 – Zwracamy się z prośbą o wykreślenie następującego zapisu z ust. 3 tj. "(...) okres gwarancji biegnie ponownie od momentu naprawy lub/i wymiany danego elementu."

Odpowiedź: **Zamawiający pozostaje przy dotychczasowych zapisach projektu umowy w tym zakresie.**

Pytanie nr 96

Załącznik nr 3, § 4 ust. 6 pkt. 1) – Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu przystąpienia do naprawy z 48h do 72h od momentu zgłoszenia

Odpowiedź: **ZAMAWIAJĄCY WYRAŻA ZGODĘ.**

Pytanie nr 97

Załącznik nr 3, § 4 ust. 6 pkt. 2) – Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu naprawy gwarancyjnej urządzeń z 7 dni roboczych do 30 dni roboczych od momentu zgłoszenia.

Odpowiedź: **ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY.**

Pytanie nr 98

Załącznik nr 3, § 4 ust. 6 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie. Czy wstawienie sprzętu zastępczego możemy rozumieć jak moment, który wstrzymuje bieg wyznaczony na dokonanie naprawy wskazany w ww. paragrafie?

Powyższa czynność umożliwia ciągłość pracy Zamawiającemu, a Wykonawcy daje komfort, w postaci dodatkowego czasu, na dokonanie niezbędnych napraw/konserwacji aparatu czy sprowadzenia niezbędnych części z zagranicy.

Odpowiedź: **Wstawienie sprzętu zastępczego nie wstrzymuje biegu wyznaczonego na dokonanie naprawy wskazanego w paragrafie 4.**

Pytanie nr 99

Załącznik nr 3, § 4 ust. 11 – Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu rozpatrywania reklamacji do 7 dni roboczych.

Odpowiedź: **ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY.**

Zamawiający informuje, że udzielone odpowiedzi są integralną częścią SWZ dla przedmiotowego postępowania i są wiążące dla wszystkich Wykonawców od dnia ich udostępnienia (przekazania).