

Czarnków, dnia 15.12.2022r.

ZP/TP/14/2022

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na *Sukcesywne dostawy materiałów medycznych II* opublikowanego w BZP nr 2022/ BZP 00483588/01 w dniu 08.12.2022r. Zamieszczono na stronie internetowej : [www.platformazakupowa.pl](http://www.platformazakupowa.pl)

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej jako ustawa) Zamawiający informuje, że w terminie, o którym mowa w art. 284 ust. 2 ustawy wpłynęły zapytania do treści SWZ. W związku z tym poniżej Zamawiający przedstawia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

**Pytanie 1.** Pakiet I poz. 1. Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia w tej pozycji maski krtaniowej o poniższych parametrach : Maska krtaniowa jednorazowego użytku, mankiet gwarantujący utrzymanie szczelności przy wartości ciśnienia do 20cm H<sub>2</sub>O w drogach oddechowych. Kanał oddechowy wyposażony w uźebrowanie chroniące przed możliwością wklonowania nagłośni. Kanał wypełnienia mankieta na całej długości poprowadzony swobodnie poza szafem kanału oddechowego umożliwiając odsunięcie go od zgryzu pacjenta, zakończony manometrem z trójkolorową podziałką i ruchomym wskaźnikiem poziomu ciśnienia. Rozmiar nr 1. Produkt sterylny, wyposażony w plastikową osłonę mankieta, materiał: silikon mankiet, PVC korpus.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na powyższe rozwiązanie.

**Pytanie 2.** Pakiet I poz. 2. Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia w tej pozycji maski krtaniowej o poniższych parametrach : Maska krtaniowa jednorazowego użytku, mankiet gwarantujący utrzymanie szczelności przy wartości ciśnienia do 20cm H<sub>2</sub>O w drogach oddechowych. Kanał oddechowy wyposażony w uźebrowanie chroniące przed możliwością wklonowania nagłośni. Kanał wypełnienia mankieta na całej długości poprowadzony swobodnie poza szafem kanału oddechowego umożliwiając odsunięcie go od zgryzu pacjenta, zakończony manometrem z trójkolorową podziałką i ruchomym wskaźnikiem poziomu ciśnienia. Rozmiar nr 2. Produkt sterylny, wyposażony w plastikową osłonę mankieta, materiał: silikon mankiet, PVC korpus.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na powyższe rozwiązanie.

**Pytanie 3.** Pakiet I poz. 3. Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia w tej pozycji maski krtaniowej o poniższych parametrach : Maska krtaniowa jednorazowego użytku, mankiet gwarantujący utrzymanie szczelności przy wartości ciśnienia do 20cm H<sub>2</sub>O w drogach oddechowych. Kanał oddechowy wyposażony w uźebrowanie chroniące przed możliwością wklonowania nagłośni. Kanał wypełnienia mankieta na całej długości poprowadzony swobodnie poza szafem kanału oddechowego umożliwiając odsunięcie go od zgryzu pacjenta, zakończony manometrem z trójkolorową podziałką i ruchomym wskaźnikiem poziomu ciśnienia. Rozmiar nr 3. Produkt sterylny, wyposażony w plastikową osłonę mankieta, materiał: silikon mankiet, PVC korpus.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na powyższe rozwiązanie.

**Pytanie 4.** Pakiet I poz. 4. Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia w tej pozycji maski krtaniowej o poniższych parametrach : Maska krtaniowa jednorazowego użytku, mankiet gwarantujący utrzymanie szczelności przy wartości ciśnienia do 20cm H<sub>2</sub>O w drogach oddechowych. Kanał oddechowy wyposażony w uźebrowanie chroniące przed możliwością wklonowania nagłośni. Kanał wypełnienia mankieta na całej długości poprowadzony swobodnie poza szafem kanału oddechowego umożliwiając odsunięcie go od zgryzu pacjenta, zakończony manometrem z trójkolorową podziałką i ruchomym wskaźnikiem poziomu ciśnienia. Rozmiar nr 4. Produkt sterylny, wyposażony w plastikową osłonę mankieta, materiał: silikon mankiet, PVC korpus.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na powyższe rozwiązanie.

**Pytanie 5.** Pakiet I poz. 5. Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia w tej pozycji maski krtaniowej o poniższych parametrach : Maska krtaniowa jednorazowego użytku, mankiet gwarantujący utrzymanie szczelności



ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ  
64-700 CZARNKÓW, ul. Kościuszki 96  
tel. 67 352 81 70, tel./fax 67 352 81 71

WWW.SZPITAL.CZARNKOW.PL  
mail: sekretariat@zozzczarnkow.x.pl  
NIP 763-17-48-697 REGON 000308525

przy wartości ciśnienia do 20cm H<sub>2</sub>O w drogach oddechowych. Kanał oddechowy wyposażony w uźebrowanie chroniące przed możliwością wklonowania nagłośni. Kanał wypełnienia mankietu na całej długości poprowadzony swobodnie poza szafem kanału oddechowego umożliwiając odsunięcie go od zgryzu pacjenta, zakończony manometrem z trójkolorową podziałką i ruchomym wskaźnikiem poziomu ciśnienia. Rozmiar nr 5. Produkt sterylny, wyposażony w plastikową osłonę mankietu, materiał: silikon mankiet, PVC korpus.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na powyższe rozwiązanie.

**Pytanie 7.** Pakiet I poz. 11. Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia w tej pozycji drenu o długości 1,8m.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

**Pytanie 8.** Pakiet I poz. 12. Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia w tej pozycji zestawów do cewnikowania żył centralnych o poniższych parametrach : Zestaw do kaniulizacji dużych naczyń metodą Seldingera 3-światłowy 16cm lub 20 cm (do wyboru Zamawiającego) /7FR/18,18,16Ga. Cewnik widoczny w RTG , przewodnik z końcówką prostą i J / 0,032 ,rozszerzadło , strzykawka 5 ml, igła punkcyjna 18Ga/6,35 cm . Na opakowaniu podane szybkości przepływów oraz pojemność kanałów.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na powyższe rozwiązanie.

**Pytanie 9.** Pakiet I poz. 16. Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia w tej pozycji filtrów z przestrzenią martwą wynoszącą 74 ml, przy zachowaniu pozostałych parametrów?

**Odpowiedź.** Zamawiający wyraża zgodę na powyższe rozwiązanie.

W związku z powyższymi odpowiedziami na pytania zostaje zmieniona data składania i otwarcia ofert – nowe terminy zawarto w ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia z dnia 14.12.2022 nr 2020/BZP 0049395801.

W składanych ofertach prosimy o uwzględnienie treści odpowiedzi.

Kierownik ds. logistyki  
i zamówień publicznych  
mgr Barbara Wicher