




**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Kielcach im. św. Jana Pawła II**

25-375 Kielce ul. Wojska Polskiego 51

☎ 41 260 42 00 Fax. 41 260 42 05

NIP:657-18-13-314 REGON: 290391139

zoz@zozmswiakielce.pl



www.zozmswiakielce.pl

Kielce, dnia 27 lutego 2024 r.

Znak postępowania: **02/ZO/2024**

WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia o wartości poniżej 130 tys. zł wg instrukcji na „zakup i sukcesywną dostawę odczynników i kontroli do hematologii wraz z dzierżawą analizatora dla SP ZOZ MSWiA w Kielcach im. św. Jana Pawła II

SP ZOZ MSWiA w Kielcach im. św. Jana Pawła II działając na podstawie rozdz. 8 ust. 13 ZAPYTANIA OFERTOWEGO, udziela wyjaśnień na pytania, zadane do wyżej wymienionego postępowania.

Pytanie 1

Dotyczy Załącznika nr 1 do Zapytania ofertowego, Formularza Ofertowego Tabela Parametry wymagane pkt 14: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie czasu reakcji serwisu na zgłoszenie awarii poprzez dodanie zapisu „w dni robocze”.

Odpowiedź:

Zamawiający doprecyzowuje zapis Formularza Ofertowego Tabela Parametry wymagane pkt 14: czasu reakcji serwisu na zgłoszenie awarii poprzez dodanie zapisu „w dni robocze”.

Pytanie 2

Dotyczy Umowy: Czy Zamawiający dopuści możliwość podpisania umowy w formie elektronicznej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę umocowaną (na podstawie pełnomocnictwa) przez osoby uprawnione?

Odpowiedź:

Nie, zamawiający podpisuje umowę w formie papierowej, z możliwością przekazania listem poleconym pocztą tradycyjną.

Pytanie 3

Dotyczy Załącznika nr 2 do Zapytania ofertowego, Wzór umowy §2 ust. 9: Uprzejmie prosimy o zastąpienie wyrażenia „Zgłoszenie awarii analizatora można dokonywać przez 24 godziny w na numer tel. Wykonawcy.” na zapis w brzmieniu „Zgłoszenia awarii analizatora można dokonywać przez 24 godziny na adres e-mail..... Wykonawca zapewnia ponadto możliwość telefonicznego zgłoszenia awarii analizatora w dni robocze, w godzinach 8.00 – 17.00 na numer tel. W weekendy, święta oraz dni ustawowo wole od pracy dostępny jest dyżur telefoniczny w godzinach 9.00 – 14.00”. Wykonawca motywuje swoją prośbę względami organizacyjnymi

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapis projektowanych postanowień umowy w §2 ust. 9 na:

„Zgłoszenia awarii analizatora można dokonywać przez 24 godziny na adres e-mail..... Wykonawca zapewnia ponadto możliwość telefonicznego zgłoszenia awarii analizatora w dni robocze, w godzinach na numer tel. W weekendy, święta oraz dni ustawowo wole od pracy dostępny jest dyżur telefoniczny w godzinach”.

Pytanie 4

Dotyczy Załącznika nr 2 do Zapytania ofertowego, Wzór umowy §2 ust. 10: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie po zwrocie „W przypadku braku możliwości naprawy aparatu w ciągu 48 godzin” wyrażenia „w dni robocze”?

Odpowiedź:

Zamawiający doprecyzowuje zapis umowy §2 ust. 10, dopisując po zwrocie „W przypadku braku możliwości naprawy aparatu w ciągu 48 godzin” wyrażenia „w dni robocze”

Pytanie 5

Dotyczy Załącznika nr 2 do Zapytania ofertowego, Wzór umowy §4a ust. 3 pkt 1): Wykonawca wskazuje, iż długotrwały okres obowiązywania umowy zawartej w wyniku udzielenia przedmiotowego zamówienia, czyni umowę szczególnie podatną na oddziaływanie czynników cenotwórczych. Prosimy zatem o uzupełnienie zapisu w §4a ust. 3 pkt 1) poprzez dodanie zapisu w brzmieniu: „W przypadku zmiany przepisów dotyczących wysokości podatku VAT ceny brutto ulegną zmianie stosownie do tych przepisów, natomiast ceny netto pozostają nie zmienione. Zmiana ta nie wymaga dokonywania zmian w treści niniejszej umowy w formie aneksu”

Uprzejmie prosimy też o dodanie w §4a ust. 4 pkt 1) zastrzeżenia „za wyjątkiem zmiany stawki podatku VAT”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści Umowy.

Wyjaśniamy, iż proponowane zmiany do umowy nie są konieczne, gdyż sens proponowanych zapisów ma już swoje odzwierciedlenie w obecnym projekcie umowy. Z treści obecnie obowiązującej umowy wynika, iż zmiana ceny w przypadku zmiany obowiązującej wysokości podatku VAT, zmiana ta będzie dotyczyć wyłącznie wartości podatku, tym samym będzie dotyczyć wyłącznie ceny brutto a nie netto. W § 4a ust. 3 pkt 3 Umowy wskazano: *Ceny określone w ofercie Wykonawcy mogą ulec zmianie w przypadku zmiany: 1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, jednakże zmiana dotyczy wyłącznie wartości podatku od dnia obowiązywania nowej stawki.* Nadto w umowie wskazano, które przypadki wymagają aneksu do umowy, w przypadkach tych nie wymieniono zmiany podatku VAT, stąd jej zmiana nie wymaga aneksu. W § 4a ust.4 Umowy wskazano bowiem: 4. *W przypadku gdy w okresie obowiązywania niniejszej Umowy nastąpi zmiana określona w ust. 3 pkt 2-4 w zakresie: wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie właściwych przepisów, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych oraz gdy zmiana ta lub zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę – zastosowanie mają zasady wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy: 1) Zmiana wysokości wynagrodzenia wymaga zmiany Umowy w drodze pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności.*

Pytanie 6

Dotyczy Załącznika nr 2 do Zapytania ofertowego, Załącznika nr 3 do Wzoru Umowy – Umowa powierzenia danych osobowych: Uprzejmie prosimy o dołączenie do umowy głównej - umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Odpowiedź:

Zamawiający dodaje załącznik 2a - Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Z-GA DYREKTORA
ds. administracyjnych - gospodarczych
SP ZOZ IMIENIA W Kielcach
im. św. Jana Pawła II
.....Szymon Mazurkiewicz.....
(podpis osoby upoważnionej)