

K-dzpz/23-ZO/2022

Tarnów, 10.08.2022 r.

**Do wszystkich Wykonawców
uczestniczących w zapytaniu ofertowym**

Dotyczy: Zapytania ofertowego nr K-dzpz/23-ZO/2022 z dnia 02.08.2022 r. na „**Dostawę odczynników chemicznych oraz szkła i sprzętu laboratoryjnego dla ANS w Tarnowie**” - część 3.

Pytanie nr 1:

Cz.III sprzęt laboratoryjny pkt 18.

Pytanie: Czy wskazana wirówka ma być bez wirnika jak wskazuje nr kat.? Wirników jest kilka do wyboru.

Odpowiedź ANS w Tarnowie do pytania nr 1:

Wskazana wirówka ma być z wirnikiem kątowym 6x15/10 [ml], komplet z pojemnikami 13080 (Ø17x100/120[mm]) – kąt 30°, pasująca do probówek stożkowych o wymiarach średnica 15mm, wysokość 100mm, plus wkładka redukcyjna jeśli jest konieczna do tej wielkości probówek.

Rektor ANS w Tarnowie
dr hab. Małgorzata Kołpa