



Dyrekcja
Rozbudowy
Miasta Gdańska

DKD/ /2020/MW

Gdańsk, dnia 05.05.2020r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NR (3)

Dotyczy: Dostawa wyposażenia pomieszczeń Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Gdańsku w ramach zadania Gdańsk Miastem Zawodowców – Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych - wyposażenie sali środowiskowej i chemicznej.

W związku z zapytaniami, jakie wpłynęły w sprawie zamówienia publicznego sygnatura akt 60/BZP-U.500.32/2020/MK Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska w trybie art. 38 ust. 1 i 2 przekazuje, poniższe wyjaśnienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 5

Sala Środowiskowa: poz. 7. Młynek hydrometryczny F1 i M1

Czy Zamawiający wymaga dla młynka typ M1 śmigiełka pokrywającego zakres 2,5 – 5 m/s? Standardowo młynek dostarczany jest ze śmigiełkiem śred. 50 mm, skok 250 mm (zakres pomiarowy 0,025 - 2,5 m/s).

Odpowiedź 5

Zakres pomiarowy może być od 0,025m/s, ale górna granica powinna wynosić 5 do 10 m/s.

Pytanie 6

Sala Chemiczna: poz. 2. Wiskozymetr VT6, Lepkościomierz Englera

Czy zamawiający zaakceptuje wiskozymetr o parametrach.

Zakres pomiarowy: 0,5-10⁵ mPas (cP)

Zakres temperatury: -20...120°C

Powtarzalność: 0,5%

Kąt nachylenia 80°

W dostawie kompletny, gotowy do pracy lepkościomierz z kompletem 6 kul pomiarowych:

- Nr 1: 0.6...10 mPas
- Nr 2: 7...130 mPas
- Nr 3: 30...700 mPas
- Nr 4: 200...4800 mPas



Dyrekcja
Rozbudowy
Miasta Gdańska

- Nr 5: 1500...45000 mPas
- Nr 6: >7500 mPas

termometrem o rozdzielczości 0.1°C i zakresie -1...+26°C, narzędziami do czyszczenia oraz instrukcją obsługi.

Ze względu na zmianę polityki cenowej producenta wymagamy model ze zmiennym kątem nachylenia kosztuje obecnie ok. 28 000 zł netto.

Odpowiedź 6

Tak akceptuje

Pytanie 7

Sala chemiczna: poz. 19. Stacja pogodowa

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie stacji pogodowej z 3 zegarami o średnicy z zakresu 95 do 115 mm i o podstawie z drewna o innym kształcie niż owalny oraz innym kolorze niż dąb?

Odpowiedź 7

Tak

Włodzimierz Bartosiewicz

Dyrektor

Podpisano elektronicznie: 13-05-2020