



**Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu**
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec
NIP: 615-17-06-942, REGON: 231161448
tel. 571 334 858
www.spzoz.zgorzelec.pl
Misja Szpitala: „Bezpieczeństwo przez rozwój”

Zgorzelec, dnia 17.06.2021r.

DZP/ 195 /2021

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: dostawy sprzętu jednorazowego do badań koronarograficznych i zabiegów angioplastyki - zakup oraz depozyt (z opcją kupna na potrzeby własne).

Wielospecjalistyczny Szpital – Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu, działając zgodnie z art. 253 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.) informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w w/wym. postępowaniu przetargowym oraz na podst. art. 260 ust. 1 pzp - informuje o unieważnieniu postępowania w Pakietach: 5 i 6.

PAKIET NR 1

I. OFERTA NAJKORZYSTNIEJSZA:

SMT Polonia Sp. z o.o.

Al. Zwycięstwa 13A, 80-219 Gdańsk

Wartość brutto oferty: 103 464,00 zł

UZASADNIENIE WYBORU:

Wykonawca, którego oferta została wybrana złożył najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu przetargowym, nie podlegającą odrzuceniu i spełniającą wszystkie wymogi formalne i merytoryczne, szczegółowo określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Uzyskał liczbę 100,00 punktów, zgodnie z kryteriami poniżej.

II. WYKONAWCY, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY:

1. **Balton Sp. z o.o. ul. Nowy Świat 7/14 00-496 Warszawa**
2. **SMT Polonia Sp. z o.o. Al. Zwycięstwa 13A, 80-219 Gdańsk**

III. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNIANIA ZŁOŻONYCH OFERT:

Nr oferty	NAZWA WYKONAWCY	CENA (zł)	Liczba pkt w kryterium CENA	Parametry techniczne - pkt	Liczba punktów w kryterium parametry techn.	Razem
8	SMT Polonia Sp. z o.o.	103 464,00	60	19	40	100

IV. WYKONAWCY, KTÓRZY ZOSTALI WYKLUCZENI Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

V. WYKONAWCY, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE:

ODRZUCONO OFERTĘ FIRMY: Balton Sp. z o.o. ul. Nowy Świat 7/14 00-496 Warszawa - na podst. 226 ust. 1 pkt. 5) pzp - tj. treść oferty jest niezgodna z warunkami zamówienia. Zamawiający wymagał zaoferowania stentów kobaltowo - chromowych, uwalniających lek, montowanych na balonie - o minimum 8 długościach: od 8 do 48mm (przedział); Wykonawca zaoferował 12 długości sprzętu - jednak bez wymaganej długości 48 mm.

VI. TERMIN ZAWARCIA UMOWY

1. Termin po upływie którego umowa może być zawarta: **28.06.2021.** – (art. 264 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.).
2. Planowany termin zawarcia umowy – **29.06.2021r.**

VII. ZAMAWIAJĄCY NIE USTANOWIŁ DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW

PAKIET NR 2

I. OFERTA NAJKORZYSTNIEJSZA:

Medtronic Poland Sp. z o.o. ul. Polna 11, 00-633 Warszawa

Wartość brutto oferty: 115 830,00 zł

UZASADNIENIE WYBORU:

Wykonawca, którego oferta została wybrana złożył jedyną i najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu przetargowym, nie podlegającą odrzuceniu i spełniającą wszystkie wymogi formalne i merytoryczne, szczegółowo określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Uzyskał liczbę 100,00 punktów, zgodnie z kryteriami poniżej.

II. WYKONAWCY, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY:

Medtronic Poland Sp. z o.o. ul. Polna 11, 00-633 Warszawa

III. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNIANIA ZŁOŻONYCH OFERT:

Nr oferty	NAZWA WYKONAWCY	CENA (zł)	Liczba pkt w kryterium CENA	Parametry techniczne - pkt	Liczba punktów w kryterium parametry techn.	Razem
4	Medtronic Poland Sp. z o.o.	115 830,00	60	155	40	100

IV. WYKONAWCY, KTÓRZY ZOSTALI WYKLUCZENI Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

V. WYKONAWCY, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE:

Nie odrzucono żadnej oferty

VI. TERMIN ZAWARCIA UMOWY

1. Termin po upływie którego umowa może być zawarta: **17.06.2021.** – (art. 264 ust. 2 pkt.1a) ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.).

2. Planowany termin zawarcia umowy – **18.06.2021r.**

VII. ZAMAWIAJĄCY NIE USTANOWIŁ DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW

PAKIET NR 3

I. OFERTA NAJKORZYSTNIEJSZA:

Teleflex Polska Sp. z o.o. ul. Żwirki I Wigury 16A, 02-092 Warszawa

Wartość brutto oferty: 55 296,00 zł

UZASADNIENIE WYBORU:

Wykonawca, którego oferta została wybrana złożył najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu przetargowym, nie podlegającą odrzuceniu i spełniającą wszystkie wymogi formalne i merytoryczne, szczegółowo określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Uzyskał liczbę 100,00 punktów, zgodnie z kryteriami poniżej.

II. WYKONAWCY, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY:

1. Teleflex Polska Sp. z o.o. ul. Żwirki I Wigury 16A, 02-092 Warszawa

2. Urtica Sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław

3. ASPIRONIX POLSKA Sp. z o.o. Ul. Różyckiego 3, 31-324 Kraków

III. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNIANIA ZŁOŻONYCH OFERT:

Nr oferty	NAZWA WYKONAWCY	CENA (zł)	Liczba pkt w kryterium CENA	Parametry techniczne - pkt	Liczba punktów w kryterium parametry techn.	Razem
2	Teleflex Polska Sp. z o.o.	55 296,00	60	6	40	100

IV. WYKONAWCY, KTÓRZY ZOSTALI WYKLUCZENI Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

V. WYKONAWCY, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE:

ODRZUCONO OFERTĘ FIRM:

- 1) Urtica Sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław - na podst. 226 ust. 1 pkt. 5) pzp - tj. treść oferty jest niezgodna z warunkami zamówienia. Zamawiający wymagał zaofiarowania cewnika przedłużającego cewnik prowadzący „o średnicy wewnętrznej minimum 0,045” dla 5F; 0,050” dla 5,5F; 0,055” dla 6F; 0,060” dla 7F i 0,070” dla 8F” ; Wykonawca zaofiarował sprzęt - o niedopuszczonej przez Zamawiającego - średnicy wewnętrznej 0,041” - dla 5F.
- 2) ASPIRONIX POLSKA Sp. z o.o. Ul. Różyckiego 3, 31-324 Kraków- na podst. 226 ust.1 pkt. 5) pzp - tj. treść oferty jest niezgodna z warunkami zamówienia. Zamawiający wymagał zaofiarowania cewnika przedłużającego cewnik prowadzący „o średnicy wewnętrznej minimum 0,045” dla 5F; 0,050” dla 5,5F; 0,055” dla 6F; 0,060” dla 7F i 0,070” dla 8F” ; Wykonawca zaofiarował sprzęt - o niedopuszczonej przez Zamawiającego - średnicy wewnętrznej 0,041” - dla 5F.

VI. TERMIN ZAWARCIA UMOWY

1. Termin po upływie którego umowa może być zawarta: **28.06.2021.** – (art. 264 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.).
2. Planowany termin zawarcia umowy – **29.06.2021r.**

VII. ZAMAWIAJĄCY NIE USTANOWIŁ DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW

PAKIET NR 4

I. OFERTA NAJKORZYSTNIEJSZA:

ProCardia Medical Sp.z o.o. ul. W.Pileckiego 63, 02-781 Warszawa

Wartość brutto oferty: 83 916,00 zł

UZASADNIENIE WYBORU:

Wykonawca, którego oferta została wybrana złożył jedyną i najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu przetargowym, nie podlegającą odrzuceniu i spełniającą wszystkie wymogi formalne i merytoryczne, szczegółowo określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Uzyskał liczbę 100,00 punktów, zgodnie z kryteriami poniżej.

II. WYKONAWCY, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY:

ProCardia Medical Sp.z o.o. ul. W.Pileckiego 63, 02-781 Warszawa

III. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNIANIA ZŁOŻONYCH OFERT:

Nr oferty	NAZWA WYKONAWCY	CENA (zł)	Liczba pkt w kryterium CENA	Parametry techniczne - pkt	Liczba punktów w kryterium parametry techn.	Razem
5	ProCardia Medical Sp.z o.o.	83 916,00	60	380	40	100

IV. WYKONAWCY, KTÓRZY ZOSTALI WYKLUCZENI Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

V. WYKONAWCY, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE:

Nie odrzucono żadnej oferty

VI. TERMIN ZAWARCIA UMOWY

1. Termin po upływie którego umowa może być zawarta: **17.06.2021.** – (art. 264 ust. 2 pkt.1a) ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.).
2. Planowany termin zawarcia umowy – **18.06.2021r.**

VII. ZAMAWIAJĄCY NIE USTANOWIŁ DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW

PAKIET NR 5

Zamawiający działając zgodnie z art. 255 pkt. 6) ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.) unieważnił w dniu **19.05.2021r** postępowanie w pakiecie j/w - z uwagi na fakt, iż **postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.**

Zamawiający w Załączniku nr 3 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia - zastosował dwa kryteria punktowe: cenę - (najniższa - 60 pkt.) oraz parametry techniczne (najlepsze - 40 pkt.), przyznawane za przekroczenie minimum określonych wymogów technicznych. **W Pakiecie 5 - Zamawiający omyłkowo nie podał parametrów podlegających ocenie technicznej i tym samym uniemożliwił zastosowanie kryterium „parametrów technicznych”.**

PAKIET NR 6

Zamawiający działając zgodnie z art. 255 pkt. 2) ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.) unieważnia postępowanie w Pakiecie j/w.- z uwagi na fakt, iż „**wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu**”.

I. WYKONAWCY, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY:

Terumo Poland Sp. z o.o. ul. 1 Sierpnia 6, 02-134 Warszawa

II. WYKONAWCY, KTÓRZY ZOSTALI WYKLUCZENI Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

III. WYKONAWCY, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE:

ODRZUCONO OFERTĘ FIRMY: Terumo Poland Sp. z o.o. ul. 1 Sierpnia 6, 02-134 Warszawa

- na podst. 226 ust.1 pkt. 5) pzp - tj. treść oferty jest niezgodna z warunkami zamówienia.

Zamawiający wymagał w poz.5.) des kobaltowo-chromowy: w pkt. 14) „zakres długości - wymagane: 9 ,12, 15, 18, 24, 28, 30, (wszystkie wymagane = 0 pkt.) każda oferowana długość poza wymaganymi – dodaje się 5 pkt.)”.

W toku badania ofert Wykonawca potwierdził, iż nie może zaoferować wymaganej długości - tj. 30 mm.

Dziękując za złożenie ofert w przedmiotowym postępowaniu, zapraszamy do udziału w kolejnych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.

Z poważaniem

DYREKTOR
Wielospecjalistycznego Szpitala
- Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu
Zofia Barczyk

Otrzymują:

- 1) Wykonawca
- 2) Platforma Zakupowa
- 3) a/a

PROSZĘ O POTWIERDZENIE OTRZYMANIA NINIEJSZEGO PISMA NA E-MAIL zam.publ@spzoz.zgorzelec.pl

Sprawę prowadzi: Aneta Mrygoń, tel. 571 334 858