

## Wszyscy Wykonawcy

Na podstawie Art. 284 ust. 2 Prawa Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r w nawiązaniu do SWZ dotyczącej postępowania w trybie podstawowym na dostawę Videobronhofiberoskopu z osprzętem dla ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie. nr sprawy: EK-ZZ/ZP.261.23.D.2022, odpowiadamy na pytania Wykonawców:

**Pytanie 1. Dotyczy warunków gwarancji i rękojmi.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę by okres obowiązywania gwarancji oraz rękojmi wynosił 24 mce.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody

**Pytanie 2: Dotyczy warunków gwarancji .** Czy Zamawiający wyrazi zgodę by okres dostępności części zamiennych wynosił 8 lat.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody

**Pytanie 3: Dotyczy warunków reklamacji – załącznik nr 2, tabela pkt I.2.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu zgodnie z poniższym: „Naprawa bądź wymiana zareklamowanego przedmiotu umowy w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od chwili uznania reklamacji za zasadną.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody

**Pytanie 4: Dotyczy warunków serwisu pogwarancyjnego – załącznik nr 2, tabela pkt IV.1.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następującą zmianę istniejącego zapisu: „Czas naprawy od chwili dostarczenia urządzenia do serwisu”.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody

**Pytanie 5: Dotyczy warunków gwarancji – załącznik nr 1, tabela pkt III.10.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następującą zmianę istniejącego zapisu: „Zakres gwarancji: Naprawa w ciągu max. 5 dni roboczych od chwili dostarczenia urządzenia do serwisu. Jakikolwiek nieuzasadnione wydłużenie czasu trwania naprawy gwarancyjnej powyżej 48 godzin z winy Wykonawcy, powoduje przedłużenie okresu gwarancji o pełny okres niesprawności przedmiotu umowy. Wstawienie aparatu zastępczego na czas trwania naprawy.”.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody

**Pytanie 6: Dotyczy warunków gwarancji – załącznik nr 1, tabela pkt III.12.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następujące doprecyzowanie istniejącego zapisu: „Wymiana części na nową po 3 naprawach gwarancyjnych tego samego istotnego elementu/podzespołu w przypadku dalszego wadliwego działania (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika)”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody

**Pytanie 7: Dotyczy warunków umowy § 3 ust. 2.** Prosimy o doprecyzowanie zapisu w następujący sposób: „Cena netto obejmuje m.in.: -koszty transportu do bezpośredniego odbiorcy; -koszty ubezpieczenia dostawy w transporcie i w czasie rozładunku, -koszty instalacji i uruchomienia przedmiotu Umowy oraz przeszkolenia personelu Zamawiającego. -koszty serwisu i napraw gwarancyjnych zgodnie z ofertą Wykonawcy”

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę

**Pytanie 8: Dotyczy warunków umowy § 6 ust. 1.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 2% do 1% ?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody

**Pytanie 9: Dotyczy załącznika nr1 do SWZ-PROCESOR OBRAZU ZE ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA- 1 szt- pkt. 12** Prosimy zamawiającego o dopuszczenie rozwiązania równoważnego w postaci na stałe dołączonego dysku ssd do procesora.

**Odpowiedź:** Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia

**Pytanie 10: Dotyczy załącznika nr1 do SWZ-PROCESOR OBRAZU ZE ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA- 1**

**szt- ptk. 17.** Czy zamawiający dopuści obrazowanie w wąskich pasmach światła cyfrowe albo optyczne?

**Odpowiedź:** NIE

**Pytanie 11: Dotyczy załącznika nr1 do SWZ-PROCESOR OBRAZU ZE ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA- 1**

**szt- ptk. 18.** Czy zamawiający dopuści inne, równoważne rozwiązanie jakie oferuje nasz procesor wizualizacja obszarów chorobowo zmienionych dzięki kolorowej prezentacji obszarów o niskiej gęstości.

**Odpowiedź:** NIE

**Pytanie 12: .Dotyczy załącznika nr1 do SWZ-PROCESOR OBRAZU ZE ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA- 1**

**szt- ptk. 19.** Czy zamawiający dopuści inne rozwiązanie równoważne wspomagające obrazowanie i diagnostykę pacjenta?Uzasadnienie funkcjonalności; Medical i-scan zapewnia cyfrową endoskopię wzbogaconą o obraz (IEE). i-scan zapewnia wirtualną chromoendoskopię w czasie rzeczywistym w celu uzyskania szczegółowego obrazu wzorców błon śluzowych i naczyń z trzema różnymi opcjami

**Odpowiedź:** Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia

**Pytanie 13: Dotyczy załącznika nr1 do SWZ-PROCESOR OBRAZU ZE ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA- 1**

**szt- ptk. 24.** Czy zamawiający zrezygnuje z tego zapisu ponieważ konektorowość jest cechą charakterystyczną i wynika z przestarzałej konstrukcji samego endoskopu podłączanego do procesora. Zamawiający nie posiada takich aparatów i zapewne nie będzie chciał kiedykolwiek zakupić. Rozwiązanie które proponujemy opiera się na aparatach z jednym konektorem zapewniające większy komfort pracy i minimalizuje możliwość uszkodzenia endoskopu.

**Odpowiedź:** Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia

**Pytanie 14: Dotyczy załącznika nr1 do SWZ-PROCESOR OBRAZU ZE ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA- 1**

**szt- ptk. 25.** Czy zamawiający dopuści inne równoważne rozwiązanie,," Możliwość podłączenia aparatów z zoom optyczny min x 135" na możliwość podłączenia aparatów znajdujących się w pracowni endoskopii?

**Odpowiedź:** TAK

**Pytanie 15: Dotyczy załącznika nr1 do SWZ-PROCESOR OBRAZU ZE ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA- 1**

**szt- ptk. 27** Czy zamawiający dopuści źródło światła ksenonowe tradycyjne? Uzasadnienie; Lepsze współczynnik oddawania barw CRI, ułatwione serwisowanie źródła światła w przyszłości.

**Odpowiedź:** TAK

**Pytanie 16:Dotyczy załącznika nr1 do SWZ-PROCESOR OBRAZU ZE ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA- 1 szt-**

**ptk. 28** Prosimy o rezygnację z zapisu.. Zaproponowane rozwiązanie w pytaniu 7, determinuje brak potrzeby zastosowania diod LED.

**Odpowiedź:**

**Pytanie 17: Dotyczy załącznika nr1 do SWZ-PROCESOR OBRAZU ZE ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA- 1**

**szt- ptk. 29.** Czy zamawiający dopuści inne rozwiązanie wymaganego parametru w postaci dostarczenia z procesorem w komplecie dwóch lamp zapasowych pozwalających na długą żywotność całego systemu?

**Odpowiedź:** Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia

**Pytanie 18: Dotyczy załącznika nr1 do SWZ-PROCESOR OBRAZU ZE ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA- 1**

**szt- ptk. 30 .** Prosimy o dopuszczenie rozwiązania innego, manualna regulacja jasności oświetlenia +/- 5 stopni

**Odpowiedź:** Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia

**Pytanie 19: Dotyczy załącznika nr1 do SWZ-VIDEOPROSCOP-1 szt.- ptk.5.** Prosimy

o dopuszczenie Głębokości ostrości 2-100 +/- 1mm

**Odpowiedź:** TAK

**Pytanie 20: Dotyczy załącznika nr1 do SWZ-VIDEOPROSCOP-1 szt.- ptk.11.** Prosimy

o dopuszczenie „Długość całkowita max. 870 mm” +/- 5mm

**Odpowiedź:** Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia

**Pytanie 21:** Prosimy o dopuszczenie videoproskopa z 4 przyciskami i możliwości programowania na nich funkcji procesora.

**Odpowiedź:** Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia

Z poważaniem