

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego numer 2/2021.

Przedmiot postępowania: Dostawa analizatora mocy wraz z wyposażeniem -1szt.

**Zamawiający:**

**Sieć Badawcza Łukasiewicz- Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL  
Al. Roździeńskiego 188  
40-203 Katowice**

### **Wyjaśnienia do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia**

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym  
bez negocjacji (art. 275 pkt.1)

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 z późn.zm.) - dalej: ustawa Pzp, tj. w dniu 8.10.2021 r., Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

#### Pytanie 1

*Czy zamawiający wymaga aby urządzenie było dostarczone z twardą walizką transportową umożliwiającą transport miernika wraz z akcesoriami?*

Odp.: Walizka transportowa nie jest wymagana.

#### Pytanie 2.

*Czy zamawiający wymaga aby analizator rozpoznawał automatycznie rodzaj dedykowanych cęgów, co ułatwia konfigurację i pracę?*

Odp.: Tak, wymaga się, aby analizator automatycznie rozpoznawał rodzaj podłączonych dedykowanych przetworników prądowych, w tym cęgów.

#### Pytanie 3.

*Czy zamawiający wymaga dostarczenia licencji aplikacji do obsługi analizatora na nieograniczoną liczbę stanowisk?*

Odp.: Tak, wymaga się, aby licencja dostarczonej aplikacji do obsługi analizatora nie była ograniczona liczbą stanowisk.