



Znak: AE/ZP-27-79/23

Tarnów, 2023-10-19

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości nie przekraczającej progów unijnych (poniżej 215.000 EURO) na dostawę platformy hemodynamicznej 1 szt.

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawcy o następującej treści:

- 1. Dotyczy Załącznika Nr 3 do SWZ poz. 16-20 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie po 1 szt czujników opisanych w załączniku nr 3, w pkt od 16-20?**

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający, działając na podstawie art.286 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1605), zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/w Załączniku Nr 3 do SWZ w kolumnie „Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne.” w poz.16 **zapis o treści:**

„Czujnik rzutu serca minimum 5 sztuk“

zmienia na zapis o treści:

„Czujnik rzutu serca minimum 1 sztuka“

2/w Załączniku Nr 3 do SWZ w kolumnie „Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne.” w poz.17 **zapis o treści:**

„Czujnik rzutu serca z możliwością wykrywania hipotensji minimum 5 sztuk“

zmienia na zapis o treści:

„Czujnik rzutu serca z możliwością wykrywania hipotensji minimum 1 sztuka“

3/w Załączniku Nr 3 do SWZ w kolumnie „Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne.” w poz.18 **zapis o treści:**

„Elektroda do oksymetrii tkankowej minimum 10 szt.“

zmienia na zapis o treści:

„Elektroda do oksymetrii tkankowej minimum 1 szt.“

4/w Załączniku Nr 3 do SWZ w kolumnie „Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne.” w poz.19 **zapis o treści:**

„Czujnik do pomiaru ciśnienia metodą bezpośrednią minimum 10 sztuk.“

zmienia na zapis o treści:

„Czujnik do pomiaru ciśnienia metodą bezpośrednią minimum 1 sztuka”

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy w poz. 20 w Załączniku Nr 3 do SWZ, w zakresie wymaganej ilości cewnika do pomiaru rzutu metodą termodylucji - minimum 1 sztuka.

W związku z odpowiedzią udzieloną w Ad.1 działając na podstawie art.286 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605), Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert na:

- składanie ofert do dnia **26.10.2023 r. godz. 09:00,**

- otwarcie ofert w dniu **26.10.2023r. godz. 10:00,**

W związku z przedłużonym terminem składania ofert Wykonawca jest związany ofertą do dnia 24.11.2023r.



W związku z powyższym Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w punkcie 16.1., 17.1., 18.1., Załączniku Nr 3 oraz działając na podstawie art.286 ust.6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r. poz.1605) zmienia treść ogłoszenia o zamówieniu.

W załączeniu Załącznik Nr 3 do SWZ po dokonanej zmianie treści SWZ.

Otrzymują:
Platforma Zamawiającego
a/a

Zastępca Dyrektora
mgr Danuta Nosek

