

Bielsko-Biała dn. 06.11.2024r.

DZP.271.59.2024 - u...

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu do diagnostyki patomorfologicznej w ramach realizowanego programu wieloletniego „Narodowa Strategia Onkologiczna” w zakresie zadania „Zakup sprzętu do diagnostyki patomorfologicznej” w 2024r. realizowanego w Beskidzkim Centrum Onkologii – Szpitalu Miejskim im. Jana Pawła II w Bielsku – Białej (znak sprawy: DZP.271.59.2024)

Zamawiający informuje, że wpłynęło niżej wymienione zapytanie do SWZ, na które Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

ZAPYTANIE NR 1:

1. W związku z tym iż zgodnie art. 431 ustawy PZP zarówno wykonawca jak i Zamawiający obowiązani są współdziałać przy wykonywaniu umowy w celu należytej realizacji zamówienia Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie zapisów projektu umowy w § 5, mając na względzie zgodną z prawem i równorzędną relację łączącą Zamawiającego z Wykonawcą o poniższej treści:

Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za: odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, w wysokości 10 % wartości netto umowy.

Wskazany zapis jest istotny dla należytej realizacji zamówienia publicznego oraz współpracy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. W stosunkach cywilnoprawnych bardzo ważna jest równowaga pomiędzy obiema stronami umowy oraz wzajemne kształtowanie jej postanowień w granicach zasady swobody umów (art. 3531 KC), pozwalające na uznanie wykonawcy za partnera, szanujące jego podstawowe prawa i pozwalające na zrównoważone i partnerskie relacje między zamawiającym i wykonawcą.

Odpowiedź Zamawiającego:

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający zmienia treść wzoru umowy:

Paragraf 5 umowy:

W miejsce istniejącego § 5 ust. 5 wprowadza się treść:

“5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonywaniem przez Zamawiającego umowy w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia netto określonego w § 2 ust.1 umowy.”

Dotychczasowy ust. 5 oznaczony zostaje jako ust. 6

Paragraf 7 ust. 1 oraz ust. 6 umowy otrzymuje brzmienie :

“1. Zamawiający może odstąpić od umowy bez skutków o których mowa w § 5 ust. 5 w przypadku, gdy:

- 1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu;
- 2) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
 - a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 pzp,
 - b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 pzp,

- c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciąży na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

"6. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od Umowy oraz odmowy zapłaty w przypadku sytuacji opisanej w § 4 ust 5 niniejszej umowy bez skutków o których mowa w § 5 ust. 5 niniejszej Umowy. Prawo to Zamawiający może zrealizować w terminie 3 miesięcy od dnia planowanego dostarczenia, instalacji i uruchomienia przedmiotu Umowy.

2. Wnosimy o wprowadzenie wymogu złożenia wraz z ofertą przedmiotowego środka dowodowego w postaci kart katalogowych/ulotek/materiałów reklamowych/opisów na potwierdzenie zgodności oferowanego sprzętu z wymogami SWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie takiego zapisu.

ZAPYTANIE NR 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie wskazanego w §4 ust. 12 lit. b projektu umowy (w zakresie zadania nr 2 i 3) czasu na usunięcie awarii w ramach gwarancji z 3 dni roboczych na 5 dni roboczych, a w przypadku konieczności dostarczenia nowych części z 7 dni roboczych na 15 dni roboczych? Wydłużenie przez Zamawiającego wskazanego powyżej czasu na usunięcie awarii pozwoli Wykonawcy na realne wykonanie przedmiotowego obowiązku wynikającego z umowy.

Odpowiedź Zamawiającego:

W zakresie zadania nr 2 (Mikrotom typ 1) Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie czasu na usunięcie awarii w ramach gwarancji z 3 dni roboczych na 5 dni roboczych, a w przypadku konieczności dostarczenia nowych części z 7 dni roboczych na 15 dni roboczych.

W zakresie zadania nr 2 (Mikrotom typ 2) Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie wskazanego czasu na usunięcie awarii.

W zakresie zadania nr 3 (Barwiarka i Nakrywarka) Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie wskazanego czasu na usunięcie awarii.

W związku z powyższym Zamawiający zmienia zapisy paragrafu 4 ust.12 pkt b) projektu umowy i dodaje pkt c) o treści poniżej:

„Serwis:

b) w zakresie zadanie/części nr 2, czas reakcji serwisu w dni robocze od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego będzie nie dłuższy niż 24 godziny w dni robocze, natomiast maksymalny czas usunięcia awarii w ramach gwarancji nie może przekroczyć 3 dni roboczych (w przypadku mikrotomu typ 2) oraz 5 dni roboczych (w przypadku mikrotomu typ 1) a w przypadku konieczności dostarczenia nowych części 7 dni roboczych (w przypadku mikrotomu typ 2) oraz 15 dni roboczych (w przypadku mikrotomu typ 1). W przypadku przedłużenia czasu naprawy powyżej 7 dni roboczych (w przypadku mikrotomu typ 2) oraz powyżej 15 dni roboczych (w przypadku mikrotomu typ 1) konieczność wstawienia aparatu zastępczego tej samej klasy do 5 dni roboczych.”

c) w zakresie zadanie/części nr 3, czas reakcji serwisu w dni robocze od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego będzie nie dłuższy niż 24 godziny w dni robocze, natomiast maksymalny czas usunięcia awarii w ramach gwarancji nie może przekroczyć 3 dni roboczych a w przypadku konieczności dostarczenia nowych części 7 dni roboczych. W przypadku przedłużenia czasu naprawy powyżej 7 dni roboczych konieczność wstawienia aparatu zastępczego tej samej klasy do 5 dni roboczych.



ZAPYTANIE NR 3:

Prosimy Zamawiającego o wydłużenie czasu reakcji serwisu do 48 godzin z wyłączeniem dni wolnych od pracy. Wiele usterek może wymagać dokładnej analizy i diagnostyki, co może zająć więcej czasu. Wydłużenie terminu pozwoli na dokładne zidentyfikowanie problemu i zaproponowanie najlepszego rozwiązania. Dodatkowo w przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy, Wykonawca chce mieć pewność, że części te są dostępne i dotrą na czas. Wydłużenie terminu może pomóc również w lepszym zarządzaniu zasobami serwisowymi u Wykonawcy jak również u Zamawiającego, co pozwoli na bardziej efektywne zaplanowanie pracy nie powodujące zakłóceń i zachowujące ciągłość pracy szpitala.

Odpowiedź Zamawiającego do zadania nr 3:

W zakresie zadania nr 1 (Procesor tkankowy) Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie czasu reakcji serwisu do 48 godzin.

W związku z powyższym Zamawiający zmienia zapisy paragrafu 4 ust.12 pkt a) projektu umowy na następujący:

„Serwis:

- a) w zakresie zadanie/części nr 1, czas reakcji serwisu w dni robocze od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego będzie nie dłuższy niż 48 godzin w dni robocze, natomiast maksymalny czas usunięcia awarii w ramach gwarancji nie może przekroczyć 5 dni roboczych a w przypadku konieczności dostarczenia nowych części 10 dni roboczych.”

Z poważaniem

Z-CA DYREKTORA
ds. Technicznych
Beskidzkiego Centrum Onkologii Szpitala Miejskiego
im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej
mgr inż. Grzegorz Kubica