



**„Pro-Medica” w Elku Sp. z o.o.**

19-300 Elk, ul. Baranki 24,

tel. 87 620-95-71 wew. 51 - Automatyczna Centrala

tel. 87 621-96-20 - Sekretariat, Zarząd Spółki

Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych

tel. 87 620-95-93

tel. 87 620-95-76

tel. 87 620-96-26

e-mail: [zaopatrzenie-pm@elk.com.pl](mailto:zaopatrzenie-pm@elk.com.pl)

e-mail: [przetargi@promedica.elk.pl](mailto:przetargi@promedica.elk.pl)

[www.promedica.elk.com.pl](http://www.promedica.elk.com.pl)

**Odpowiedź na Zapytanie 27**

**Wszyscy uczestnicy postępowania**

**Znak: P-M/DZZP/ 1729 / 2881 / 24**

**Data: 20.08.2024 r.**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na **dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku na potrzeby „Pro-Medica” w Elku Sp. z o.o. Znak Sprawy 2133/2024.**

Na podstawie art. 135 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

***PYTANIE nr 1 dot. Pakietu 24 - Załącznik Nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy***

Wnosimy o dopuszczenie w Pakiecie nr 24 dostarczanego do Zamawiającego na podstawie poprzednich umów przetargowych zestawu o poniższych parametrach:

- zestaw do drenażu opłucnej:- sucha zastawka z funkcją wychyłową informująca o prawidłowym mieszczeniu cewnika- płynna regulacja siły ssania za pomocą pokrętkła w zakresie od 0 do 45 cm H<sub>2</sub>O z dodatkowym wskaźnikiem informującym o rzeczywistej sile ssania (wydolności zewnętrznego źródła próżni)- wyskalowana komora na wydzielinę o pojemności 1000 ml z zaworem spustowym z możliwością podłączenia worka o pojemności 1000 ml - automatyczne zawory bezpieczeństwa ciśnienia dodatniego oraz wysokiego ujemnego,- gruszka informująca o stanie rozprężenia płuca i umożliwiająca dodatkową ewakuację płynu,- monitor przecieku powietrza od 1 do 7- port bezigłowy w komorze kolekcyjnej do pobierania próbek- przystosowany do zawieszenia na łóżku- zestaw sterylny, jednorazowego użytku.

***Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.***

***PYTANIE nr 2 dot. Pakietu 84 poz. 13 - Załącznik Nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy***

Wnosimy o dopuszczenie w Pakiecie nr 84 poz. nr 13 wkładów do ssaka typu Medela, bez żelu, o pojemności 1 i 2l, do wyboru przez Zamawiającego w chwili składania zamówienia takich jak obecnie dostarczane do Zamawiającego na podstawie umowy przetargowej.

***Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający dokonał modyfikacji nr 1 z dnia 13.08.2024r. Załącznika nr 3 do SWZ - Formularza Asortymentowo-Cenowego w zakresie Pakietu 84 poz. 13.***

***Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia w ofercie treści udzielonych odpowiedzi i dokonanych zmian, stanowią one bowiem integralną część SWZ.***

***Z poważaniem***

