

Nr sprawy **50/2024/TP**

Bydgoszcz 29.11.2024 r.

**strona internetowa prowadzonego postępowania**

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn.: **DOSTAWA ULTRADŹWIĘKOWEGO ASPIRATORA TKANEK Z WYPOSAŻENIEM**

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (*Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 – dalej „Pzp”*) w odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

### **Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający w punkcie 5, załącznika nr. 2 specyfikacji technicznej, mając na uwadze praktyczny aspekt i komfort pracy z aspiratorem, dopuści aspirator z przełącznikiem nożnym bezprzewodowym ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuści aspirator z nożnym przełącznikiem bezprzewodowym.**

### **Pytanie nr 2**

Czy Zamawiający w punkcie 10, załącznika nr. 2 specyfikacji technicznej dopuści jałowy dren oraz jałową końcówkę do rękojeści, w jednym zestawie?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jedynie jednorazowy dren do głowicy ultradźwiękowej.**

### **Pytanie nr 3**

Czy Zamawiający w punkcie 12 oraz 13, załącznika nr. 2 specyfikacji technicznej mając na uwadze praktyczny aspekt i komfort pracy z aspiratorem, dopuści funkcję selektywności rozdrabniania tkanek, automatycznie dopasowaną przez system do danej tkanki i zabiegu?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści funkcji selektywności rozdrabniania tkanek, automatycznie dopasowanej przez system do danej tkanki i zabiegu. Operator powinien mieć możliwość wyboru poziomu selektywności dla dowolnej amplitudy drgań końcówki.**

### **Pytanie nr 4**

Czy Zamawiający w punkcie 15, załącznika nr. 2 specyfikacji technicznej dopuści aspirator z menu urządzenia oraz wyświetlanych funkcjach w języku angielskim?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści aspiratora posiadającego menu i wyświetlane funkcje w języku angielskim.**

**Pytanie nr 5**

Czy Zamawiający w punkcie 16, 17 oraz 27, załącznika nr. 2 do w specyfikacji technicznej dopuści aspirator o rękojeści roboczej pracującej na częstotliwości z zakresu 23-25 [kHz]?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści aspiratora o rękojeści roboczej pracującej na częstotliwościach z zakresu 23-25 kHz.**

**Pytanie nr 6**

Czy Zamawiający w punkcie 22, 23, załącznika nr. 2 do w specyfikacji technicznej dopuści aspirator, w którym zasysanie, irygacja i amplituda drgań końcówki są dostarczane do rękojeści na poziomie ustawionym na ekranie dotykowym, po aktywacji pedału bezprzewodowego?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści aspiratora o w/w właściwościach. Zamawiający wymaga, aby funkcje aspiratora były dostarczane do rękojeści w dwojaki sposób do wyboru przez operatora, tj. przy pomocy ekranu dotykowego lub przez użycie pedału nożnego.**

**Pytanie nr 7**

Czy Zamawiający w punkcie 28, załącznika nr. 2 do w specyfikacji technicznej dopuści końcówkę jednorazową do uchwytu 23-25 kHz , prosta o długości 7,60 cm i średnicy wewnętrznej 1,9 mm – 2 szt.?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza żadnych końcówek jednorazowych. Końcówki wielorazowego użytku wiążą się z niższym kosztem eksploatacji urządzenia.**

**Pytanie nr 8**

Czy Zamawiający w punkcie 29, 30 i 31, załącznika nr. 2 do w specyfikacji technicznej dopuści końcówkę jednorazową do uchwytu 23-25 kHz , końcówkę roboczą do głowicy 23-25 kHz , zagięta o średnicy wewnętrznej 1,6 mm i długości 17,78 cm, – 2 szt.?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza żadnych końcówek jednorazowych. Końcówki wielorazowego użytku wiążą się z niższym kosztem eksploatacji urządzenia.**

**Pytanie nr 9**

Czy Zamawiający w punkcie 32, załącznika nr. 2 do w specyfikacji technicznej dopuści końcówkę jednorazową do głowicy 23 kHz do kości, o długości 17,14 cm i średnicy wewnętrznej 1,8 mmx 1,3 mm – 5 szt.?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza żadnych końcówek jednorazowych. Końcówki wielorazowego użytku wiążą się z niższym kosztem eksploatacji urządzenia.**

**Pytanie nr 10**

Czy Zamawiający w punkcie 34, załącznika nr. 2 do w specyfikacji technicznej dopuści kasetę do sterylizacji do uchwytu 23-25 kHz?



**Odpowiedź: Zamawiający w związku z niedopuszczeniem rękojeści roboczej o zbyt niskiej częstotliwości (dot. odpowiedzi na pytanie nr 5), nie dopuszcza kasety do sterylizacji do uchwytu 23-25 kHz.**

**Pytanie nr 11**

Czy Zamawiający w punkcie 36, załącznika nr. 2 do w specyfikacji technicznej dopuści podstawkę do zmiany końcówek do uchwytu 23-25 kHz – 1 szt.?

**Odpowiedź: Zamawiający w związku z niedopuszczeniem rękojeści roboczej o zbyt niskiej częstotliwości (dot. odpowiedzi na pytanie nr 5), nie dopuszcza kasety do sterylizacji do uchwytu 23-25 kHz.**

**Pytanie nr 12**

Czy Zamawiający w punkcie 37, załącznika nr. 2 do w specyfikacji technicznej dopuści sterylne klucze do zmiany końcówek uchwytu 23-25 kHz – 5 szt.?

**Odpowiedź: Zamawiający w związku z niedopuszczeniem rękojeści roboczej o zbyt niskiej częstotliwości (dot. odpowiedzi na pytanie nr 5), nie dopuszcza kasety do sterylizacji do uchwytu 23-25 kHz.**

**Pytanie nr 13**

Czy Zamawiający w punkcie 39, załącznika nr. 2 do w specyfikacji technicznej dopuści jednorazowy dren oraz jednorazową końcówkę w jednym sterylnym zestawie, do poszczególnych zabiegów?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jedynie jednorazowy dren do głowicy ultradźwiękowej.**

---

Powyższe odpowiedzi są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego Zamówienia.

Niniejsze pismo stanowi integralną część :

- 1) Specyfikacji Warunków Zamówienia dot. powyższego zamówienia;
- 2) Ogłoszenia o zamówieniu nr 2024/BZP 00611854/01 z dnia 22.11.2024r.

Termin oraz godzina składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie:

**03.12.2024 r.**

godz. **09:00** – składanie ofert

godz. **09:15** – otwarcie ofert.

**z up. Dyrektora**  
**Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego**  
**im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy**  
**Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zakupów**  
**Agata Walencykowska**

**Sprawę prowadzi:**

Magdalena Błaszek

Dział Zamówień Publicznych

Tel. 52 32 62 104, e-mail [zamowienia-pub@wsd.org.pl](mailto:zamowienia-pub@wsd.org.pl)

