

E.ZP.261.5.2023

### **Do Wykonawców**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia **na dostawę akcesoriów do sprzętu i aparatury medycznej.**

Zamawiający udziela następujących odpowiedzi na zapytania do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

#### **Pytanie 1**

Zwracamy się z wnioskiem o zmianę treści SWZ poprzez zmodyfikowanie zapisu dot. § 8 ust.1 wzoru Umowy. Zamawiający w § 8 ust. 1 wskazał: 1. W przypadku zwłoki w terminach dostaw podanych w umowie z winy Wykonawcy i niezgodnionych z Zamawiającym lub ich zaprzestania z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% ceny brutto każdej części opóźnionej lub niezrealizowanej dostawy za każdy dzień zwłoki. Kary będą naliczane do czasu realizacji prawidłowej dostawy lub wymiany towaru lub do czasu nabycia zastępczego. W ocenie Wykonawcy zaproponowana wysokość kary umownej za nieterminową dostawę jest niewspółmierna do ewentualnego uchybienia w sposobie realizacji świadczenia, do którego jest on zobowiązany w ramach Umowy, wysokość kary umownej na poziomie 0,5% za każdy dzień uchybienia terminowi, nie ma żadnego związku z funkcją jaką mają pełnić kary umowne, a może jedynie prowadzić do wzbogacenia Zamawiającego, co tym samym w sposób jednoznaczny narusza zasadę równości stron umowy. Zdaniem Wykonawcy postanowienie Umowy o wskazanej treści daleko wykracza poza cel, dla którego zastrzegana jest kara umowna, która ma kompensować negatywne dla wierzyciela konsekwencje wynikające ze stanu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania i stanowić swego rodzaju zryczałtowane odszkodowanie. Odszkodowanie zaś powinno być adekwatne do szkody jaką może ponieść Zamawiający. Natomiast kara umowna w wysokości 0,5% za jeden dzień opóźnienia, w żaden sposób nie może odpowiadać ewentualnej szkodzie jaką może ponieść Zamawiający. W kwestii rażąco wygórowanych kar umownych KIO zajęło stanowisko w wyroku z dnia 30 listopada 2017 r., Sygn. akt: KIO 2219/17, KIO 2228/17, KIO 2232/17, KIO 2234/17, gdzie stwierdziła, że „W sytuacji, gdy kara umowna równa się bądź zbliżona jest do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania, w związku z którym ją zastrzeżono, można ją uważać za rażąco wygórowaną” W konsekwencji powyższych rozważań Wykonawca wnosi o zmianę treści SWZ poprzez zmianę postanowienia zawartego w § 8 ust 1 wzoru Umowy i obniżenie kary umownej do 0,25% wartości.

#### **Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektu umowy.**

#### **Pytanie 2**

Pakiet 2 – Akcesoria do spirometrów: Master Screen Body - Master Screen PFT, Master Screen IOS i Master Scope firmy Viasys Jaeger, VyntusAPS, VyntusONE

Czy Zamawiający z w/w pakietu wydzieli poz.1 i pozwoli złożyć ofertę na pkt.1 Pakietu nr 2. Pkt. 2 pakietu zawiera wielorazowy element urządzenia, natomiast pakiet głównie dotyczy akcesoriów jednorazowego użytku. Pozostawienie pakietu w dotychczasowej formie, ogranicza konkurencyjność tylko do 1 firmy, która jest dostawcą wielorazowych części ( pkt.2) do posiadanych przez Zamawiającego urządzeń.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie wydzielił pozycji 1 z Pakietu 2.

### **Pytanie 3 :**

Pakiet 2 – Akcesoria do spirometrów: Master Screen Body - Master Screen PFT, Master Screen IOS i Master Scope firmy Viasys Jaeger, VyntusAPS, VyntusONE

Czy Zamawiający pozwoli zaoferować filtry renomowanego producenta Vitalograph o następujących parametrach:

- wyrób zaklasyfikowany przez producenta jako wyrób medyczny i spełniający wymagania dla wyrobu medycznego
- filtr o średnicy wewnętrznej zapewniającej połączenie ze spirometrem bez dodatkowych adapterów , średnica wewnętrzna 29,1
- filtr z ustnikiem (ustnik połączony z filtrem w całość lub będący częścią całości)
- długość ustnika od strony pacjenta min. 4 [cm]
- - filtr pakowany pojedynczo - opakowanie jednostkowe oznaczone: numerem REF, numerem LOT, datą przydatności do użytku
- przestrzeń martwa filtra max. 60 [ml] – potwierdzona dokumentem producenta (np. katalog producenta)
- materiał filtra wykonany z termoplastycznego elastomeru, co daje niższą o 54 % niższą masę w porównaniu ze standardowym plastikiem
- skuteczności filtracji dla wirusów i bakterii > 99,999% – potwierdzona dokumentem producenta
- opór (impedancja przepływu) filtra poniżej maksymalnej wartości rezystancji zalecanej przez międzynarodowe standardy spirometrii ATS / ERS
- ustnik przezroczysty który umożliwia personelowi obserwację i ocenę skuteczności wykonywanego badania
- ustnik z wypustką zapobiegającą przesuwaniu się filtra podczas badania
- filtr do spirometru posiadający świadectwo skuteczności wydane przez Nelson Laboratories (Nelson laboratories)

### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia o proponowanym opisie.

### **Pytanie 4:**

**PAKIET 6:** Filtr jednorazowy antybakteryjny do respiratora Trilogy 100 i BIPAP A-40; CPV: 33157000-5 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgodny na zmianę parametru z: „Filtr jednorazowy, antybakteryjny, dwukierunkowy (łącznik męski średnica wew.15 mm/średnica zew. 22 mm, łącznik żeński średnica wew. 22 mm), biały, z pojedynczą cienką warstwą wewnętrzną, bez złączy kontowych, opór przy 0,5 l/s od 0,6 do 0,8 cmH<sub>2</sub>O (hPa)/l/s, przestrzeń martwa od 68 do 70 ml. Kompatybilny z respiratorem Trilogy i BIPAP A-40;,,

Produktu o poniższych parametrach: „Filtr jednorazowy, antybakteryjny, dwukierunkowy (łącznik męski średnica wew.15 mm/średnica zew. 22 mm, łącznik żeński średnica wew. 22 mm), przezroczysty, z cienką warstwą wewnętrzną, bez złączy kontowych, opór przy 30l/min. - 1,2cm H<sub>2</sub>O, 60l/min. - 2,9cm H<sub>2</sub>O, przestrzeń martwa max. 75 ml. Kompatybilny z respiratorem Trilogy i BIPAP A-40”



**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia o proponowanym opisie.

**Pytanie 5:**

Pakiet 24 pozycja 1:

Uprzejmie prosimy o udzielenie wyjaśnień, czy Zamawiający wymaga: Jednorazowa pułapka wodna do odseparowania wody, bakterii i wirusów od monitora. Zawierająca dwie hydrofobowe membrany. Kompatybilna ze stanowiskami do znieczulania firmy Drager. Potwierdzony maksymalny okres użytkowania wynosi 4 tygodnie. Niepodlegająca sterylizacji. Podczas kontaktu z wodą dwa samouszczelniające elementy filtrujące, zamykają się i zmieniają kolor na niebieski.

**Odpowiedź:**

Zamawiający, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Formularzu cenowym/Przedmiot zamówienia (załącznik nr 1-24 do SWZ), wyjaśnia, że wymaga: Jednorazowa pułapka wodna do odseparowania wody, bakterii i wirusów od monitora. Zawierająca dwie hydrofobowe membrany. Kompatybilna z posiadanym przez Zamawiającego aparatem do znieczulenia Primus IE.

**Pytanie 6:**

Pakiet 24 pozycja 1:

Uprzejmie informujemy, że dostarczane przez Producenta pułapki wodne są pakowane po 12 sztuk i nie ma możliwości ich podzielenia. Dlatego też prosimy o dopuszczenie realizacji dostaw w opakowaniach zbiorczych zawierających po 12 sztuk. Takie rozwiązanie pozwala realizować dostawy bezpośrednio tym samym, przekłada się to na niższe koszty dla Zamawiającego.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga realizacji dostaw w opakowaniu zbiorczym zawierającym 12 sztuk. Zamawiający nie określa wymaganej wielkości opakowania zbiorczego.

**Pytanie 7:**

Załącznik nr 7 do SWZ UMOWA DOSTAWY 12 Z PN 23

§ 6 ust. 2

Uprzejmie prosimy o udzielenie wyjaśnień, czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu płatności z 60 dni na 30 dni?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w projekcie umowy.

**Pytanie 8:**

Pytanie nr 4

Załącznik nr 7 do SWZ UMOWA DOSTAWY 12 Z PN 23

§ 8

Uprzejmie prosimy o udzielenie wyjaśnień, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych do:

- ust. 1: z 0,5% do 0,2%?

- ust. 2: z 0,5% do 0,2%?

- ust. 4: z 20 % do 10 %?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w projekcie umowy.

**Pytanie 9:**

Pakiet 9 Asortyment do polisomnografu Alice 6 . Na pozycji 9 i 10 w danym pakiecie wymagają Państwo czujników saturacji kompatybilnych z polisomnografem Alice 6 . Z uwagi na to że kompatybilność czujników zapewne oryginalny przewód/przyłącze prosimy o wyjaśnienie czy oczekują Państwo dostarczenia jedynie samych czujników czy także przyłącza?

**Odpowiedź:**

Zamawiający oczekuje w poz. 9 czujnika saturacji czl z końcówką kompatybilną z wejściem w głowicy Alice6 i jednocześnie możliwością podłączenia czujnika saturacji z końcówką – palec typu Flex ( poz.10).

**Pytanie 10:**

pakiet 9 asortyment do polisomnografu . Na pozycji 9 w danym pakiecie wymagają Państwo : "Czujnik saturacji lcz kompatybilny z polisomnografem Alice 6" Jest to element dostępny jedynie u producenta aparatury co praktycznie wyklucza możliwość zaoferowania kompatybilnych czujników innych producentów. Z uwagi na fakt iż w starym postępowaniu przetargowym 35 Z PN 22 nikt nie zaoferował Państwu tych czujników ponawiam wysłane wtedy zapytanie czy wykreślą Państwo z danego pakietu pozycje 9 ? Wykreślenie tego przyłącza pozwoli na zaoferowanie znacznie tańszego asortymentu kompatybilnego .

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie usunie / nie wydzieli pozycji 9 z Pakietu 9.

**UWAGA:**

*Wykonawca jest zobowiązany do naniesienia stosownych poprawek w złożonej dokumentacji ofertowej (Formularz cenowy/Przedmiot zamówienia), o ile zmiany wynikają z treści udzielonych przez Zamawiającego odpowiedzi, powodują konieczność wprowadzenia korekt niezbędnych dla prawidłowego przedstawienia (opisu) oferowanego przedmiotu zamówienia.*