

Dotyczy postępowania: Sprzęt jednorazowego użytku III

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

116 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opolu, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „Sprzęt jednorazowego użytku III”, nr postępowania ZP/13/2024, w związku z wpływem wniosków Wykonawców o wyjaśnienie treści SWZ, zgodnie z treścią art. 284 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), dalej „ustawy Pzp”, udziela następujących wyjaśnień i odpowiedzi:

Pytanie 1

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1, 5:

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę :

a) w przypadku zwłoki w wykonaniu dostawy, w wysokości 0,5% wartości brutto zwłoki dostawy, za każdy dzień zwłoki licząc od daty wyznaczonego terminu realizacji umowy do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego zamawianego towaru,

b) w przypadku zwłoki w usunięciu wady ujawnionej w okresie gwarancji, za każdy dzień zwłoki w wysokości 0,50 % wartości brutto wadliwej części przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki licząc od momentu wyznaczonego terminu do usunięcia wady.

5. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% niezrealizowanej ceny brutto umowy, o której mowa w §3 ust. 1 pkt. 2).

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy załącznik nr 5 do SWZ w zakresie § 7 ust. 1, 5.

Pytanie 2

Pakiet 1 Pozycja 25

Zwracam się z prośbą o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje igły Veressa w rozmiarze z zakresu 18-22G, a tym samym dopuści igłę wyłącznie w rozmiarze 18G x 120mm ?

Odpowiedź: Zgodnie z treścią SWZ zał. nr 2 Pakiet 1 poz. 25 Zamawiający wymaga igły Veressa w dowolnym rozmiarze z zakresu wymienionego w opisie przedmiotu zamówienia, tj. 1,8 -2,2

Pytanie 3

Pakiet 1 Pozycja 26

Zwracam się z prośbą o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje igły Veressa w rozmiarze z zakresu 18-22G, a tym samym dopuści igłę wyłącznie w rozmiarze 18G 150mm ?

Odpowiedź: Zgodnie z treścią SWZ zał. nr 2 Pakiet 1 poz. 26 Zamawiający wymaga igły Veressa w dowolnym rozmiarze z zakresu wymienionego w opisie przedmiotu zamówienia, tj. 1,8 -2,2

Pytanie 4

Pakiet 1 Pozycja 31

Czy Zamawiający dopuści wycenę kaniul dożylnych bezpiecznych za opakowanie a'50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza wycenę kaniul dożylnych bezpiecznych za opakowanie a'50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Pytanie 5

Pakiet 1 Pozycja 34

Czy Zamawiający dopuści wycenę koreczków luer-lock za opakowanie a'250 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza wycenę koreczków luer-lock za opakowanie a'250 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Pytanie 6

Pakiet 1 Pozycja 35

Czy Zamawiający dopuści wycenę kraników za opakowanie a'50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza wycenę kraników za opakowanie a'50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Pytanie 7

Pakiet 1 Pozycja 52

Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawek za opakowanie a'25 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza wycenę strzykawek za opakowanie a'25 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Pytanie 8

Pakiet 1 Pozycja 51, 53

Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawek za opakowanie a'60 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza wycenę strzykawek za opakowanie a'60 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Pytanie 9

Pakiet 1 Pozycja 56

Czy Zamawiający dopuści strzykawki 2ml z zakończeniem stożkowym umieszczonym centralnie?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza strzykawki 2ml z zakończeniem stożkowym umieszczonym centralnie.

Pytanie 10

Pakiet 1 Pozycja 62-63

Prosimy o dopuszczenie standardowego trzonka do ostrzy ze skalą numeryczną na odwrocie, logo producenta tłoczone na trzonku, produkt wielorazowego użytku, trzonek w całości wykonany ze stali nierdzewnej w rozmiarze 3 i 4 kompatybilne z ostrzami tożsamego producenta z pozycji 61?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę standardowego trzonka do ostrzy ze skalą numeryczną na odwrocie, logo producenta tłoczone na trzonku, produkt wielorazowego użytku, trzonek w całości wykonany ze stali nierdzewnej w rozmiarze 3 i 4 kompatybilne z ostrzami tożsamego producenta z pozycji 61.

Pytanie 11

Dotyczy Pakietu nr 2

Czy ze względu na specjalistyczny charakter zamówienia oraz fakt, że przedmiotem zamówienia w Pakiecie nr 2 nie są to leki ratujące życie a sprzęt, którego zakup można zaplanować z odpowiednim wyprzedzeniem, Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy dla pakietu nr 2 do 6 dni roboczych od złożenia zamówienia?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu dostawy dla Pakietu nr 2 do maksymalnie 6 dni roboczych.

Jednocześnie Zamawiający informuję, że zaoferowanie maksymalnego terminu dostawy dla Pakietu nr 2, tj. 6 dni roboczych, nie jest punktowane. Zaoferowanie terminu dłuższego niż 6 dni roboczych dla Pakietu nr 2 spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z SWZ (art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp).

Pytanie 12

Dot. wzoru umowy §2 ust.3

Czy ze względu na fakt, że przedmiotem zamówienia w Pakiecie nr 2 nie są to leki ratujące życie a sprzęt, którego zakup można zaplanować z odpowiednim wyprzedzeniem, Zamawiający zrezygnuje z dostaw w ciągu 24h dla pakietu nr 2?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy zał. nr 5 do SWZ w zakresie §2 ust. 3.

Pytanie 13

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie nr 2 prosimy o wyrażenie zgody, aby zamówienia w sytuacjach o których mowa we wzorze umowy §2 ust.3 realizowane były w terminie 3 dni roboczych? Wszystkie zamówienia są realizowane niezwłocznie, jednakże wymagają zorganizowania procesu logistycznego, tak by można było dotrzymać terminu dostawy wskazanego w umowie. Ponadto, przedmiotem zamówienia nie są leki ratujące życie, a sprzęt, którego zakup można zaplanować z odpowiednim wyprzedzeniem.

Odpowiedź: Zamawiający dla Pakietu nr 2 dopuszcza możliwość wydłużenie terminu realizowania dostawy w ciągu 3 dni roboczych od złożenia zamówienia w sytuacjach, o których mowa we wzorze umowy § 2 ust. 3.

Pytanie 14

Dot. terminu ważności „nie krótszy niż 12 miesięcy”

Biorąc pod uwagę termin obowiązywania przyszłej umowy a także sukcesywny charakter dostaw częściowych, czyli że Zamawiający nie przewiduje konieczności dłuższego przechowywania zamówionych produktów, prosimy o wyrażenie zgody na dostawę w pakiecie nr 2 wyrobów z terminem ważności nie krótszym niż 9 miesięcy licząc od daty dostawy?

Odpowiedź: Zamawiający w Pakiecie nr 2 dopuszcza możliwość dostawy wyrobów z terminem ważności nie krótszym niż 9 miesięcy licząc od daty dostawy.

Pytanie 15

Dot. SWZ rozdział IV pkt. 11 ppkt. 12 oraz wzoru umowy §3 ust.11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przekazywanie e-mailem elektronicznej wersji faktury w formacie PDF?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza przekazywanie e-mailem elektronicznej wersji faktury w formacie PDF.

Pytanie 16

Dot. wzoru umowy §7 ust. 1 pkt. a)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej za zwłokę w wykonaniu dostawy do 0,5% wartości brutto zwłoki dostawy za każdy dzień?

Określenie tak wysokich kar umownych (10%) w praktyce może powodować, iż jej celem nie będzie zagwarantowanie Zamawiającemu sprawiedliwej rekompensaty, czy zdyscyplinowanie wykonawcy, ale umożliwienie Zamawiającemu wzbogacenie się, co jest sprzeczne z naturą kary umownej. Powszechną praktyką w zamówieniach publicznych jest stosowanie kar umownych na poziomie 0,1-0,2% za każdy dzień zwłoki. Prosimy Zamawiającego o dokonanie stosownej zmiany w projekcie umowy.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy załącznik nr 5 do SWZ w zakresie § 7 ust. 1 pkt a)

Pytanie 17

Dot. wzoru umowy §7 ust. 5

Prosimy o zmianę sposobu naliczania kar umownych za odstąpienie od umowy w taki sposób aby kara była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy a nie od wartości całej umowy. Zamawiający nie może przewidzieć na jakim etapie realizacji umowy może dojść do jej wypowiedzenia. Może zaistnieć sytuacja w której część umowy została już zrealizowana i rozliczona a Wykonawca nie powinien ponosić kary od wartości dostaw które zostały wykonane należycie.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy załącznik nr 5 do SWZ w zakresie § 7 ust. 5.

Pytanie 18

Pakiet 1, poz. 30,34,47-48, 51-52

Czy zamawiający wydzieli poz. 30,34,47-48,51-52 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie do osobnego Pakietu przedmiotu zamówienia opisanego w Pakiecie nr 1 poz. 30,34,47-48, 51-52.

Pytanie 19

Pakiet 1, poz.30

Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrzędu do przetaczania bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

Odpowiedź: Zgodnie z treścią SWZ

Pytanie 20

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zacze pu na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

Odpowiedź: Zgodnie z treścią SWZ

Pytanie 21

Prosimy aby zamawiający dopuścił przyrządy bez nazwy występującej bezpośrednio na przyrządzie. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne przyrządu oraz poglądowa (obrazkowa) instrukcja użycia.

Odpowiedź: Zgodnie z treścią SWZ

Pytanie 22

Czy Zamawiający dopuści IS z komorą kroplową o standardowej elastyczności i twardości oraz klasycznej budowie, o wymiarach :całkowita długość 62 mm, długość części wykonanej z przezroczystego PVC 55 mm (w tym część całkowicie przezroczysta 42 mm), bez skrzydełek dociskowych?

Odpowiedź: Zgodnie z treścią SWZ

Pytanie 23

Czy zamawiający dopuści IS z standardowym koreczkiem na końcu drenu?

Odpowiedź: Zgodnie z treścią SWZ

Pytanie 24

Czy zamawiający wymaga opakowania papier-folia?

Odpowiedź: Zgodnie z treścią SWZ

Pytanie 25

Pakiet 1, poz.34

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Pytanie 26

Pakiet 1, poz.47

Czy zamawiający dopuści TS z standardowym koreczkiem na końcu drenu?

Odpowiedź: Zgodnie z treścią SWZ

Pytanie 27

Czy zamawiający wymaga opakowania papier-folia?

Odpowiedź: Zgodnie z treścią SWZ

Pytanie 28

Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

Prosimy aby zamawiający dopuścił przyrządy bez nazwy występującej bezpośrednio na przyrządzie. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne przyrządu oraz poglądowa (obrazkowa) instrukcja użycia.

Odpowiedź: Zgodnie z treścią SWZ

Pytanie 29

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi z zacze pem na zacisku rolkowym, bez miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

Odpowiedź: Zgodnie z treścią SWZ

Pytanie 30

Pakiet 1, poz.48

Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

Odpowiedź: Zgodnie z treścią SWZ

Pytanie 31

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zaczepu na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolekc igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

Odpowiedź: Zgodnie z treścią SWZ

Pytanie 32

Czy zamawiający wymaga opakowania papier-folia?

Odpowiedź: Zgodnie z treścią SWZ

Pytanie 33

Prosimy o dopuszczenie przyrządu IS bez dodatkowego portu/łącznika iniekcji, gdyż dodatkowy port prowadzi do przerwania ciągłości systemu zamkniętego a więc jest to dodatkowe i potencjalne źródło zakażenia. Dodatkowo podczas podawania gotowych roztworów płynów i leków może dojść do zmieszania substancji i powstania trudnych do przewidzenia reakcji chemicznych, ponadto podczas wprowadzania leku może dojść do jego niekontrolowanego rozcieńczenia.

Odpowiedź: Zgodnie z treścią SWZ

Pytanie 34

Czy Zamawiający dopuści IS z komorą kroplową o standardowej elastyczności i twardości oraz klasycznej budowie, o wymiarach :całkowita długość 62 mm, długość części wykonanej z przezroczystego PVC 55 mm (w tym część całkowicie przezroczysta 42 mm), bez dodatkowych skrzydełek dociskowych?

Odpowiedź: Zgodnie z treścią SWZ

Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia dokonanych zmian w treści oferty. W przypadku zaoferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowany a dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku wyjaśnień treści SWZ lub modyfikacji SWZ Wykonawca zobowiązany jest do zaznaczenia źródła tej zmiany (data wyjaśnień lub modyfikacji i nr pytania).

Ponadto Zamawiający informuje, iż powyższe zmiany stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia, są wiążące dla wszystkich Wykonawców od chwili ich upublicznienia (zamieszczenia) na stronie prowadzonego postępowania i należy je uwzględnić przy składaniu oferty.