



Abena Polska sp. z o.o. ul. Nowa 15, Łozienica; 72-100 Goleniów  
Tel: +48 91 419 43 20; Fax: +48 91 419 43 44, e –mail: biuro@abena.pl

Zarejestrowany i wpłacony kapitał zakładowy: 16 000 000 zł  
Rejestracja: Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy KRS  
Nr KRS: 0000236386; NIP: 955-212-87-19; Regon: 320054181

## Tłumaczenie Certyfikatu Badania Typu EU

**SATRA**  
TECHNOLOGY

Wystawiony dla:

**Abena A/S**  
**Egelund 35**  
**6200 Aabenraa**  
**Denmark**

Jednostka Notyfikująca: 2777

Nr. klienta SATRA: P1720

## Certyfikat Badania Typu EU

**Certyfikat numer: 2777/17447-02/E01-01**

Niniejszy Certyfikat Badania Typu EU dotyczy następujących grup(y) produktów wspartych badaniami wg odpowiednich standardów/specyfikacji technicznej oraz badaniem dokumentów technicznych:

Zgodnie z badaniem Typu EU ta grupa produktów wykazała że spełnia odpowiednie niezbędne wymagania zdrowia i bezpieczeństwa Aneksu II Rozporządzenia PPE (EU) 2016/425 jako produkt Kat. III.

### Referencje produktu:

1999902086-1999902090(XS-XL)  
1999905271-1999905275(XS-XL)

### Opis produktu:

Medyczne diagnostyczne rękawice nitrylowe  
Kolor: niebieskie

### Rozmiary

5-6XS

6-7S

7-8M

8-9L

9-10XL

### Klasyfikacja:

**EN ISO 374-1:2016+A1:2018/ Typ B**

(K) 40% Wodorotlenek Sodu  
(P) 30% Nadtlenek Wodoru  
(T) 37% Formaldehyd

**Poziom**

6

2

3

**EN 374-4:2019**

**Degradacja %**

-11,5

-9,5

7,4

### EN ISO 374-5:2016

Odporność na bakterie i grzyby  
Odporność na wirusy

**Poziom**

zaliczony

zaliczony

Zastosowane normy/specyfikacja techniczna:

**EN ISO 21420:2020; EN ISO 374-1:2016 + A1:2018, EN ISO 374-5:2016;**

Raporty techniczne/dokumenty zatwierdzające:

SATRA: CHT0291374/1944; CHM0291937/1946/JH; CHT0301241/2033

SGS: CH:TX:9420026599-1; CH:TH:9420026316-1; CH:TX:9420020333; CH:TX:9420029243

CTC: S200908976\_2

TUV: 721655656

Podpisano na rzecz SATRA:

*Podpis nieczytelny* Quincey Brown

**Data wydania: 07/12/2021**

**Data ważności: 15/07/2026**