



LAS-41/1-PN/17-2023.AN

Rybnik, dnia 05.06.2023 r.

Do Wykonawców uczestniczących
w postępowaniu o udzielenie zamówienia

WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1
W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:

dostawy wyrobów medycznych
(zamówienie nr **LAS-41-PN/17-2023.AN**)
ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
z dnia 15.05.2023 r., nr 2023/S 093-285543

W związku z wniesionymi zapytaniami, zamawiający udziela poniższych odpowiedzi. Ponadto zamawiający wprowadza niżej podane modyfikacje.

Pytanie 1: „Dot. pakiet 14 poz. 1

W związku z dopuszczeniem przez Zamawiającego możliwości zaoferowania produktu równoważnego prosimy o wskazanie jaki mikroskop posiada Zamawiający tj. typ/model, rozmiar soczewki.”

Odpowiedź 1: Zamawiający jest w posiadaniu modelu OPMI VARIO NC 33, obiektyw 65 mm.

Pytanie 2: „Dot. pakiet 14 poz. 2

W związku z dopuszczeniem przez Zamawiającego możliwości zaoferowania produktu równoważnego prosimy o wskazanie jaki mikroskop posiada Zamawiający tj. typ/model, rozmiar soczewki.”

Odpowiedź 2: Zamawiający jest w posiadaniu modelu OPMI ORL, obiektyw 65 mm.

Pytanie 3: „Dot. PPU §3 ust.5- załącznik nr 2 do SWZ

W związku z faktem, że na wymaganym dokumencie magazynowym, nie ma możliwości wykazania ceny jednostkowej sprzedaży towaru - może zawierać jedynie cenę jednostkową zakupu, która stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa - zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu zawarcia w dokumencie magazynowym ceny (netto i brutto) towaru będącego przedmiotem dostawy.”

Pytanie 4: „Dot. PPU §4 ust.6- załącznik nr 2 do SWZ

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów zawartych w §4, ust.6 PPU na następujące:

6.W przypadku zakupu interwencyjnego po cenach wyższych od cen zawartych w niniejszej umowie, Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu Zamawiającemu różnicy pomiędzy wartością zakupu interwencyjnego, a wartością wynikającą z niedostarczonego przedmiotu umowy. Przy czym różnica ta nie może przekroczyć 10% wartości zamówionego i nie dostarczonego przedmiotu umowy.”

Pytanie 5: „Dot. PPU §6 - załącznik nr 2 do SWZ

Czy zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w § 6 ust. 7 o następującej treści:

7.Żadna ze stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa. Do celów Umowy Siła Wyższa: oznacza

Telefony:

Kancelaria: 32 429-12-90

Główny Księgowy: 032 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 032 42-91-288

Sekretariat: 32 429-12-54

Dział Organizacyjny: 032 42-926-11

Fax: 032 42-28-272

BNP Paribas Bank Polska SA 38 1600 1055 1833 4024 4000 0001

zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powodzie, epidemie, akty administracji państwowej. W razie zaistnienia utrudnień w wykonaniu umowy na skutek działania Siły Wyższej w szczególności nie nalicza się przewidzianych kar umownych ani nie obciąża się drugiej strony umowy kosztami zakupów interwencyjnych.”

Odpowiedź 3-5: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do projektowanych postanowień umowy.

uwaga: pytania od nr 6 do nr 14 dotyczą pakietu nr 6

Pytanie 6: „Poz. 8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki o szczelnej konstrukcji, z konektorem umożliwiającym pobranie roztworu leku cytostatycznej z fiolki w systemie zamkniętym (system modułowy). Strzykawka zaopatrzona w szczelną gumową uszczelkę, uniemożliwiającą wyciek leku. Strzykawka z męskim konektorem tworzy system zamknięty, gwarantujący przepływ min. 150 ml/min. Konektor posiada mechanizm obrotowy, po nakręceniu na strzykawkę, uniemożliwiający ponowne odkręcenie go od strzykawki. Strzykawka w rozmiarze 3 ml.”

Odpowiedź 6: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie asortymentu o parametrach opisanych w pytaniu.

Pytanie 7: „Poz. 9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki o szczelnej konstrukcji, z konektorem umożliwiającym pobranie roztworu leku cytostatycznej z fiolki w systemie zamkniętym (system modułowy). Strzykawka zaopatrzona w szczelną gumową uszczelkę, uniemożliwiającą wyciek leku. Strzykawka z męskim konektorem tworzy system zamknięty, gwarantujący przepływ min. 150 ml/min. Konektor posiada mechanizm obrotowy, po nakręceniu na strzykawkę, uniemożliwiający ponowne odkręcenie go od strzykawki. Strzykawka w rozmiarze 5 ml”

Odpowiedź 7: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie asortymentu o parametrach opisanych w pytaniu.

Pytanie 8: „Poz. 10

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki o szczelnej konstrukcji, z konektorem umożliwiającym pobranie roztworu leku cytostatycznej z fiolki w systemie zamkniętym (system modułowy). Strzykawka zaopatrzona w szczelną gumową uszczelkę, uniemożliwiającą wyciek leku. Strzykawka z męskim konektorem tworzy system zamknięty, gwarantujący przepływ min. 150 ml/min. Konektor posiada mechanizm obrotowy, po nakręceniu na strzykawkę, uniemożliwiający ponowne odkręcenie go od strzykawki. Strzykawka w rozmiarze 20ml”

Odpowiedź 8: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie asortymentu o parametrach opisanych w pytaniu.

Pytanie 9: „Poz. 8-10

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy łącznik (zamknięty sterylny adapter luer) powinien posiadać system uniemożliwiający odkręcenie łącznika od strzykawki w celu zminimalizowania ryzyka kontaktu z substancją niebezpieczną?

Odpowiedź 9: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza wymienionymi w specyfikacji warunków zamówienia oraz formularzu cenowym; wymaga zamkniętego adaptera na stałe połączanego ze strzykawką .

Pytanie 10: „Poz. 8-10

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy łącznik (zamknięty sterylny adapter) ma umożliwiać swobodny obrót strzykawki, niezależnie od fiolki z lekiem, bez ryzyka rozłączenia tych elementów, co umożliwia wygodne ustawienie skali na strzykawce na wysokości wzroku”

Odpowiedź 10: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza wymienionymi w specyfikacji warunków zamówienia oraz formularzu cenowym.

Pytanie 11: „Poz. 11

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje, aby produkt łączony z osłonką na fiolkę przez ruch wciśnięcia był potwierdzony sygnałem dźwiękowym.”

Odpowiedź 11: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza wymienionymi w specyfikacji warunków zamówienia oraz formularzu cenowym.

Pytanie 12: „Poz. 12

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie balonu nieprzeźroczystego z nakładką zabezpieczającą kolec niekodowaną kolorystycznie, produkt zgodny z definicją NIOSH.”

Odpowiedź 12: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu o parametrach opisanych w powyższym pytaniu, z zachowaniem pozostałych wymagań określonych w formularzu cenowym. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie: „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 13: „Poz. 13

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie balonu nieprzeźroczystego z nakładką zabezpieczającą kolec w kolorze niebieskim, produkt zgodny z definicją NIOSH.”

Odpowiedź 13: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu o parametrach opisanych w powyższym pytaniu, z zachowaniem pozostałych wymagań określonych w formularzu cenowym. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie: „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 14: „Poz. 12 i 13

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie balonu nieprzeźroczystego z nakładką zabezpieczającą kolec niekodowaną kolorystycznie, produkt zgodny z definicją NIOSH.”

Odpowiedź 14: Zamawiający udzielił już wyjaśnień w tej kwestii odpowiadając na pytanie 12 oraz 13.

Dodatkowo Zamawiający modyfikuje zapis punktu XV specyfikacji warunków zamówienia zgodnie z poniższym brzmieniem:

- ✓ Punktu 2 otrzymuje brzmienie: Ofertę należy złożyć w terminie do dnia w dniu **13.06.2023 do godz. 10:00**.
- ✓ Punkt 4 otrzymuje brzmienie: Otwarcie w ofert nastąpi w dniu **13.06.2023 r. o godz. 10:30**.

Warunki zamówienia nie ulegają zmianie, aktualny pozostaje termin składania ofert **do dnia 13.06.2023 r. do godziny 10.00** oraz termin otwarcia ofert: w tym samym dniu o godzinie 10.30.