

Odpowiedzi na pytania Wykonawcy, zmiana SWZ i ogłoszenia o zamówieniu

Dotyczy: Postępowania pn.: „Dostawa aparatów USG do diagnostyki ginekologicznej dla Szpitala Powiatowego w Drezdenku”.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej “ustawą Pzp”, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi na pytania Wykonawcy, które wpłynęły w dniu 25 września 2024 r.

1. §3 Sposób realizacji umowy.pkt.4. „Wykonawca przeprowadzi szkolenie (minimum 2 dni szkoleniowe) dla minimum 4 lekarzy bezpośrednio obsługujących przedmiot umowy”. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmianę zapisów w powyższym zakresie, odpowiednio:

„Wykonawca przeprowadzi szkolenie dla lekarzy obsługujących przedmiot umowy.”
Zwyczajowo szkolenie jest przeprowadzane w dniu dostawy o czym Zamawiający jest informowany z wyprzedzeniem. Czas szkolenia jest dopasowany tak, żeby personel szpitala został właściwie przeszkolony z obsługi aparatu USG i z doświadczenia wiemy, że nie ma potrzeby, żeby szkolenie trwało 2 dni. Bardzo często zdarza się, że lekarze z różnych powodów nie uczestniczą w szkoleniach z obsługi sprzętu, Wykonawcy wówczas trudno uzyskać wymaganą liczbę przeszkolonego personelu. Szkolenie przeprowadzane w ramach dostawy sprzętu jest otwarte dla wszystkich lekarzy, którzy chcą zapoznać się z obsługą aparatu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów umowy.

2. W §5 Warunki gwarancji. Pkt.1. j)

„Wykonawca zobowiązany będzie w terminie do 30 dni po piątej zgłoszonej awarii w okresie gwarancji wymienić przedmiot umowy na nowy o parametrach technicznych nie gorszych niż wskazane w załączniku nr 1 do umowy, z wyłączeniem awarii powstałych z winy Użytkownika.”

Pragniemy zauważyć, że zgłaszane przez Zamawiającego usterki mogą być drobne, nieistotne i nie niemożliwiające użytkowanie przedmiotu umowy, jednak zgodnie z powyższym zapisem mogą uprawniać Zamawiającego do wymiany aparatu na nowy.

W związku z powyższym wnosimy o zmianę powyższego zapisu odpowiednio:

„Wykonawca zobowiązany będzie w terminie do 30 dni po piątej zgłoszonej awarii, która uniemożliwia korzystanie z przedmiotu umowy w okresie gwarancji wymienić przedmiot umowy na nowy o parametrach technicznych nie gorszych niż wskazane w załączniku nr 1 do umowy, z wyłączeniem awarii powstałych z winy Użytkownika.”

Jednocześnie zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmiany zapisów w załączniku nr 2B. Rozdział D Inne. Pkt. 4. Odpowiednio jak dla zapisów umownych dotyczących szkolenia w pkt.1. powyżej.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów umowy.

Działając w oparciu o art. 286 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320) Zamawiający zmienia treść SWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu, poprawiając błąd w nazwie postępowania.

Załączniki:

1. SWZ z załącznikami nr 2, 2B, 3A, 3B, 4, 5, 6, 7 po zmianach z dnia 25.09.2024r.;
2. Ogłoszenie o zamówieniu po zmianach z dnia 25.09.2024r.