



EZ.272.021.2022

Wrocław, dnia 19.09.2022r.

EZ/664a/22

**Dotyczy:** odpowiedzi na pytania do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na doposażenie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla dzieci w aparaturę medyczną (sygnatura sprawy: **EZ/583/EM/22**)

Dyrekcja Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej, informuje, że do ww. postępowania zostały złożone pytania. W związku z powyższym zgodnie z art. 135 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

#### Pytanie 1

„Dot. Zadania 11 Wideolaryngoskop

Prosimy o dopuszczenie najnowszej generacji videolaryngoskopu McGrath Mac o poniższych parametrach: Videolaryngoskop ze zintegrowanym kolorowym wyświetlaczem LCD o przekątnej 2,5 ” wymiary 180 mm x 68 mm x 110 mm , zasilany baterią litową o standardowym czasie działania nie krótszym niż 250 min. , ochrona przed wnikaniem wody min Ipx8, wyposażony w minutowy wskaźnik pozostałego czasu działania baterii, waga do 180 g, Urządzenie wyposażone w funkcje automatycznego wyłączenia po 3 minutach, kiedy nie jest używane.”

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu.**

#### Pytanie 2

„Dot. Zadania 9 pkt 16 Urządzenia ogrzewające pacjenta ciepłym powietrzem

Prosimy o dopuszczenie urządzenia z kocami o rozmiarach: Dla dorosłych: 99 cm x 198 cm Dla dzieci: 74 cm x 142 cm oraz 61 cm x 99 cm.”

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu.**

Sporządziła: Elżbieta Borowik

Sprawdziła: Ewa Kupis

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny  
im. T. Marciniaka –

Centrum Medycyny Ratunkowej

ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2,54-049 Wrocław

e-mail: sekretariat@szpital-marciniak.wroclaw.pl

www.szpital-marciniak.wroclaw.pl



**DOLNY  
ŚLĄSK**