

**Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu  
ul. Augustyna Kośnego 55, 45-372 Opole**

**Dotyczy: „Dostawa witryn chłodniczych” znak sprawy: ZPU 13/2024**

**Pakiet 1, 2**

**Pyt.1**

Prosimy Zamawiającego o informację jak wygląda droga transportowa do miejsca posadowień urządzeń

a. Prosimy o wyjaśnienie, na którym poziomie będzie umieszczone urządzenie?

**Odpowiedź: Zad.1 Poziom 1 , zad. 2 Magazyn-parter.**

b. Czy jest winda towarowa/osobowa w budynku i jakie są jej wymiary -szer. głębokość, wysokość i nośność ? **Odpowiedź: TAK. Winda osobowa KALEA B- udźwig 300 kg. Wymiary podszybia: 1400x1700 mm. Powierzchnia użytkowa platformy: 1,8 m<sup>2</sup>. Winda prowadząca do wejścia głównego.**

c. Czy będzie konieczność przemieszczenia urządzenia po schodach ?

**Odpowiedź: zad.1 Jeżeli zostanie użyta winda, to nie. Bez użycia windy pozostaje wniesienie po schodach prowadzących do wejścia głównego, zad.2 NIE**

d. Jakiej wielkości są otwory drzwiowe?

**Odpowiedź: Zad.1 : I otwór 104 cm, II otwór 90 cm, III otwór 87 cm, IV otwór 77 cm, V otwór 80 cm, VI otwór 80 cm, zad. 2 Brama wjazdowa do magazynu.**

e. Czy są jakieś inne ograniczenia architektoniczne na drodze transportu urządzenia ?

**Odpowiedź: NIE.**

**Pakiet nr 1**

**Pyt. 1.**

Prosimy o zgodę na chłodziarkę z drzwiami przeszklonymi prawostronnymi, bez możliwości zmiany kierunku otwarcia drzwi.

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na chłodziarkę z drzwiami przeszklonymi prawostronnymi, bez możliwości zmiany kierunku otwarcia drzwi. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pyt. 2**

Prosimy o informację, czy wskazana pojemność 110L to jest minimalna pojemność użytkowa/netto ?

Ma to znaczenie dla zapewnienia porównywalności ofert i właściwego doboru produktu.

**Odp.: Tak 110L jest to minimalna pojemność, przy czym należy zachować wymiary zewnętrzne zgodnie z pkt 21 zadania nr 1.**

**Pyt.3**

Prosimy o zgodę na chłodziarkę z wnętrzem a aluminium pokrytego powłoka natryskową w kolorze białym.

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na chłodziarkę z wnętrzem z aluminium pokrytego powłoka natryskową w kolorze białym.**

**Pyt.4**

Prosimy o odstąpienie od wymogu corocznych przeglądów okresowych. Są to urządzenia typu Plug-in i producent nie wymaga corocznych przeglądów.

Prosimy o zgodę na przegląd na zakończenie gwarancji.

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od wymogu corocznych przeglądów okresowych. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ**

#### **Pyt. 5**

Prosimy o zgodę na wymiary zewnętrzne (SxGxW) 650\*625\*810 mm. Jedyne różnice występują w szerokości i głębokości urządzenia i są niewielkie, odpowiednio S 40mm i G - 15mm.

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wymiary zewnętrzne (SxGxW) 650\*625\*810 mm**

#### **Pakiet nr 2**

##### **Pyt. 1.**

Prosimy o zgodę na chłodziarkę bez funkcji samodomykania drzwi.

Chłodziarka wyposażona jest alarm otwartych drzwi wizualny i dźwiękowy, więc w sytuacji gdy drzwi pozostała otwarte natychmiast uruchomi się alarm.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na chłodziarkę bez funkcji samodomykania drzwi.**

Poniżej wszystkie alarmy w modelu, który chcemy zaproponować:

<b>ALARMY</b>	<b>WIZUALNE I DZWIĘKOWE</b>
Temperatury	Wysoka / niska temperatura, wysoka temperatura otoczenia
Zasilania elektrycznego	Awaria zasilania, Niski poziom baterii podtrzymującej pracę sterownika
Systemowe	Awarii czujnika, otwartych drzwi, awarii wbudowanego rejestratora danych USB, błąd transmisji danych

Oraz dodatkowe wyposażenie:

<b>Wyposażenie</b>	RS485, złącze do podłączenia zdalnego alarmu, podtrzymanie baterijne pracy sterownika, port USB do czytania danych
--------------------	--

#### **Pyt. 2**

Prosimy o informację, czy wskazana pojemność 470L to jest minimalna pojemność użytkowa/netto ?

Ma to znaczenie dla zapewnienia porównywalności ofert i właściwego doboru produktu.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że pojemność 470L to jest minimalna pojemność użytkowa/netto.**

#### **Pyt. 3**

Prosimy o zgodę na zaoferowanie chłodziarki o wymiarach zew. ( SxGxW ) 720\*810\*1973mm przy pojemności użytkowej 525L i 6 półkach.

Jedyne parametry, które różnią się w stosunku do wyspecyfikowanych to G- o 60mm oraz W- o 23mm. Różnice są zatem nieznaczne. Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody proszę o argumentację.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie chłodziarki o wymiarach zew. ( SxGxW ) 720\*810\*1973mm przy pojemności użytkowej 525L i 6 półkach.**

**Pyt. 4**

Prosimy o zgodę na uchwyt drzwi wmontowany w ramę urządzenia. Bez elementów wystających. Obecnie światowi producenci stosują takie rozwiązania technologiczne jeśli chodzi o uchwyty drzwiowe.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na uchwyt drzwi wmontowany w ramę urządzenia.**

