



**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji w Białymstoku
im. Mariana Zyndrama - Kościalkowskiego**

15-471 Białystok ul. Fabryczna 27
Tel: (47) 710 41 00 fax: (47) 710 41 01
NIP 542-25-13-061 REGON 050637922



Białystok, dnia 15 listopada 2023 r.

DZP.2344.50.2023

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy przetargu nieograniczony na dostawę sprzętu jednorazowego użytku.

Zamawiający, SP ZOZ MSWiA w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościalkowskiego, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, uprzejmie informuje, iż do prowadzonego postępowania wpłynęły następujące pytania o wyjaśnienie treści SWZ:

Pytanie 1

Pakiet nr 28 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści śliniak stomatologiczny nie będący wyrobem medycznym, czyli z 23% stawką VAT?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2

Pakiet nr 28 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści ustnik z gumką nie silikonową?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3

Pakiet nr 4 poz. 1 i 2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie 4 w poz. 1 i 2 siatek przepuklinowych częściowo wchłaniających zbudowanych w 50 % z włókien polipropylenowych (część niewchłaniająca) oraz w 50% z kopolimeru kwasu poliglikolowego i polikaprolaktonu PGA-PCL (część wchłaniająca), o czasie wchłaniania 90-120 dni, wielkości porów 2,5 mm i grubości włókna 0,5 mm, gramatura 28g/m² rozmiary zgodnie z OPZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4

Pakiet nr 24 - Czy Zamawiający dopuści siatkę przepuklinową o grubości przędzy 0,15 mm, grubości siatki 0,55 mm, wielkość porów 1,0 x 1,2 mm, gramatura bez zmian?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 5

Pakiet nr 24 - Czy Zamawiający dopuści siatkę przepuklinową w rozmiarze 60 x 110 mm w miejsce siatki 80 x 80 mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 6

Pakiet nr 24 - Czy Zamawiający dopuści siatkę przepuklinową w rozmiarze 80 x 120 mm w miejsce siatki 80 x 130 mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 7

Pakiet nr 24 - Czy Zamawiający dopuści siatkę przepuklinową w rozmiarze 80 x 150 mm w miejsce siatki 80 x 160 mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 8

Pakiet 9 - Czy Zamawiający dopuszcza:

1. Trokar laparoskopowy z bezpiecznym płaskim zaokrąglonym ostrzem i jednostronną osłoną, średnica 11mm, z kaniulą karbowaną, dwustopniowym zaworem stop/insuflacja/stop oraz całkowicie zdejmowalna głowica uszczelki ułatwiająca usuwanie tkanki do biopsii i szybką desuflację. System podwójnej uszczelki nie wymagający redukcji, mieszczącym narzędzia od 5 do 11 mm. Wizualny wskaźnik położenia ostrza oraz dźwiękowy sygnał informujący o jego wysunięciu.
2. Trokar laparoskopowy z bezpiecznym płaskim zaokrąglonym ostrzem i jednostronną osłoną, średnica 5mm, z kaniulą karbowaną, dwustopniowym zaworem stop/insuflacja/stop oraz całkowicie zdejmowalna głowica uszczelki ułatwiająca usuwanie tkanki do biopsii i szybką desuflację. System podwójnej uszczelki. Wizualny wskaźnik położenia ostrza oraz dźwiękowy sygnał informujący o jego wysunięciu.
3. Trokar laparoskopowy z bezpiecznym płaskim zaokrąglonym ostrzem i jednostronną osłoną, średnica 12mm, z kaniulą karbowaną, dwustopniowym zaworem stop/insuflacja/stop oraz całkowicie zdejmowalna głowica uszczelki ułatwiająca usuwanie tkanki do biopsii i szybką desuflację. System podwójnej uszczelki nie wymagający redukcji, mieszczącym narzędzia od 5 do 12 mm. Wizualny wskaźnik położenia ostrza oraz dźwiękowy sygnał informujący o jego wysunięciu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. (dot. wszystkich pkt 1,2,3)

Pytanie 9

Pakiet 27 - Czy Zamawiający dopuszcza Precyzyjne kleszczyki do uszczelniania i rozdzielania naczyń (w tym naczyń limfatycznych) do 7 mm włącznie oraz pęczków tkankowych, długość narzędzia 19,3 cm, długość szczęk 17 mm, szczęki zakrzywione z czybkim preparacyjnym, z zintegrowanym nożem, z przewodem, aktywowany ręcznie, z gumowaną wyściółką uchwytów, kompatybilny z system zamykania naczyń Voyant – producent USA.

Do tego oferujemy Generator Voyant do bezpłatnego użyczenia w ramach wartości umowy z pełnym ubezpieczeniem serwisowym oraz przeszkoleniem personelu z nieodpłatnym użyczeniem 2 szt. kleszczyków?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 10

Pakiet 50 - Czy Zamawiający dopuszcza igłę Veressa jednorazowego użytku, długości 120mm i 150mm, port do insuflacji z zaworem, optyczny wskaźnik aktywacji igły, sterylna. Opakowanie zbiorcze 20 szt.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 11

Pakiet 50 - Czy Zamawiający będzie wymagał igły Veressa z kalibrem 13, który pozwala na zwiększenia o 78% przepustowości i szybkości insuflacji porównując do standardowych igieł z kalibrem 14?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 12

Pakiet nr 3 - Czy w pakiecie nr 3 Zamawiający wymaga wyceny przez oferentów oryginalnych wyrobów medycznych zalecanych przez producenta wstrzykiwacza w trakcie trwania gwarancji w związku z tym, że obecnie używany przez Zamawiającego wstrzykiwacz OptiVantage Multi-use jest na gwarancji? W przeciwnym wypadku Zamawiający utraci gwarancję na ww. wstrzykiwacz.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga wyceny produktów oryginalnych ze względu na trwającą gwarancję producenta wstrzykiwaczy.

Pytanie 13

Pakiet 14 poz.4

Czy zamawiający w pakiecie 14 w pozycji 4 dopuści narzędzie do usuwania obciętych polipów i ciał obcych, wykonane z drutu i siatki poliestrowej odpornej na pęknięcia, strzępienie i rozrywanie, rozpostartej na pętli o wymiarach 30mm x 55mm, długość robocza 2300mm; średnica zewnętrzna osłonki 2.5mm, narzędzie kompatybilne z kanałem roboczym endoskopu 2.8mm, jednorazowego użytku?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 14

Pakiet nr 15

Dotyczy części 15 - Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie, układu oddechowego jednorazowego do respiratora (dwie rury, łącznik Y), mikrobiologicznie czystego. Układ pakowany pojedynczo?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 15

Dotyczy wzoru umowy - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych wynikających z zapisu §8 ust.1a) i 1b) do 0,5% wartości brutto towaru, którego dotyczy?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami umowy

Pytanie 16

Pakiet 42 poz.1 - Prosimy o dopuszczenie w poz. 1 żelu do EKG w butelkach 250g.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 17

Pakiet 42, 45, SWZ - Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu przesłania próbek wraz z ofertą na rzecz możliwości wezwania przez Zamawiającego o przesłanie próbek.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga próbek w pak.45, odstępuje od wymogu dostarczenia próbek w pak. 42.

Pytanie 18

Pakiet 45 poz.2 - Prosimy o dopuszczenie w poz. 3 papieru kompatybilnego do videoprintera Mitsubishi ze względu na zmianę klasyfikacji tego papieru przez producenta firmę Mitsubishi.

Papiery kompatybilne do Mitsubishi będą zakwalifikowane jako wyrób medyczny i będą objęte (w przeciwieństwie do oryginalnych papierów producenta Mitsubishi) 8% stawką Vat, papier oryginalny będzie sprzedawany z 23% stawką Vat. Jednocześnie prosimy o weryfikację wymiarów wymaganego

papieru ze względu na fakt, że papier ten już od dawna jest produkowany w wymiarach 110x20.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 19

Pakiet 45 poz. 3 - Prosimy o dopuszczenie ww papieru w rozmiarze 210x295x150 z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości tj. 41 szt.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 20

Pakiet 65 poz.1 - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie elektrod o wymiarach 55x40. W pozostałych parametrach bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 21

Pakiet nr 9 - Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie trokarów z zaworem dwustopniowym.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 22

Pakiet nr 9 - Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie trokarów 5,5 mm do narzędzi o średnicy 5,0 mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 23

Pakiet nr 9 - Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie trokara z zaworem dwustopniowym.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 24

Pakiet nr 23 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie worków 8,8 x 13 cm.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 25

Pakiet nr 23 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie worków 10 x 15 cm

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 26

Pakiet nr 28 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie ustników z gumką tekstylną, wymiary otworu głównego 21 mm x 26 mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 27

Pakiet nr 8 - Zgodność z normą EN 13795 1.2.3 z reguły dotyczy producentów bielizny operacyjnej co nie jest przedmiotem zamówienia. prosimy o informacje co nakazuje Zamawiającemu przygotować i przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie normy PN-EN 13795 jakie szczegółowo parametry techniczne i technologiczne, pod względem bezpieczeństwa powinien spełniać zestaw do wklucia centralnego? Prosimy o informacje czy na pewno Zamawiającemu chodzi o zgodności z normą EN 13795 1.2.3?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższą normę, ale jej nie wymaga. Zamawiający wymaga aby powyższą normę pełniła serweta z zestawu do wklucia centralnego.

Pytanie 28

Pakiet nr 8 - Czy Zamawiający może doprecyzować jakiego rozmiaru F wymaga oraz jakiej długości cewników?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zestawu do wklucia centralnego niezawierającego cewników.

Pytanie 29

Pakiet nr 7 poz. 1-6, 8 - Zważywszy na fakt, iż minimalne opakowanie handlowe probówko-strzykawkę systemu zamkniętego zawiera 50 szt. produktu, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o ponowne oszacowanie wymaganej ilości. Uwzględnienie minimalnej ilości 50 szt. zapobiegnie nieporozumieniom podczas ewentualnej realizacji umowy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie opakowań po 50 szt. z przeliczeniem ilości do pełnych opakowań w górę.

Pytanie 30

Pakiet nr 7 poz. 11 - Zważywszy na fakt, minimalne opakowanie adaptera membranowego zawiera 100 szt. produktu, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o ponowne oszacowanie wymaganej ilości. Uwzględnienie minimalnej ilości 100 szt. zapobiegnie nieporozumieniom podczas ewentualnej realizacji umowy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie opakowań po 100 szt. z przeliczeniem ilości do pełnych opakowań w górę.

Pytanie 31

Pakiet nr 7 poz. 12 - Zważywszy na fakt, minimalne opakowanie igieł systemowych zawiera 100 szt. produktu, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o ponowne oszacowanie wymaganej ilości. Uwzględnienie minimalnej ilości 100 szt. zapobiegnie nieporozumieniom podczas ewentualnej realizacji umowy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie opakowań po 100 szt. z przeliczeniem ilości do pełnych opakowań w górę.

Pytanie 32

Pakiet nr 7 poz. 14 - Zważywszy na fakt, iż minimalne opakowane igieł motylkowych na posiew zawiera 120 sztuk, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o ponowne oszacowanie wymaganej ilości. Uwzględnienie minimalnej ilości 120 szt. zapobiegnie nieporozumieniom podczas ewentualnej realizacji umowy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie opakowań po 120 szt. z przeliczeniem ilości do pełnych opakowań w górę.

Pytanie 33

Pakiet nr 7 poz. 15 - Zważywszy na fakt, minimalne opakowanie bezpiecznych igieł systemowych zawiera 50 szt. produktu, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o ponowne oszacowanie wymaganej ilości. Uwzględnienie minimalnej ilości 50 szt. zapobiegnie nieporozumieniom podczas ewentualnej realizacji umowy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie opakowań po 50 szt. z przeliczeniem ilości do pełnych opakowań w górę.

Pytanie 34

Pakiet nr 7 - Warunki pkt. 8 - Prosimy o odstąpienie od wymogu złożenia próbek dla pakietu nr 7, ze względu na fakt iż w ww. postępowaniu nie jest oceniana jakość a produkty z pakietu nr 7 znane są Zamawiającemu.

Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od wymogu złożenia próbek.

Pytanie 35

dot. Umowa § 4 ust. 1 - Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację Projektu Umowy poprzez dopisanie: „przy jednorazowym zamówieniu powyżej 200,00 zł netto” Prośbę motywujemy tym, że dla zamówień poniżej 200,00 zł, koszty transportu, na które składają się m.in. koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych, koszty dostarczenia towaru do przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

Odpowiedź: Zgodnie z projektem umowy.

Pytanie 36

dot. Umowa § 8 - Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację zapisów § 8 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągnięte przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

Odpowiedź: Zgodnie z projektem umowy.

Pytanie 37

Pakiet nr 10 – poz. 1

Czy Zamawiający w w/w pozycjach pozwoli zaoferować jednorazowa igła do ostrzykiwania;, długość narzędzia 1800mm lub 2300mm; oznaczenie grubości igły na opakowaniu; pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 38

Pakiet nr 10 – poz. 2

Czy Zamawiający w w/w pozycjach pozwoli zaoferować pętla elektrochirurgiczne jednorazowego użytku, kształt owalny; średnica pętli 10, 15, 25 mm; pętla wykonana z plecionego drutu o grubości ok. 0,40 mm, rękojeść skalowana, długość narzędzia 230 cm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,3mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm; 10 sztuk w oddzielnych sterylnych pakietach?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 39

Dotyczy Pakietu nr 10 – poz. 4

Czy Zamawiający w w/w pozycjach pozwoli zaoferować system iniekcji podśluzówkowej; przeznaczony do stosowania w zabiegach endoskopowych przewodu pokarmowego, jednorazowego użytku, sterylny, stosowany do iniekcji podśluzkowej celem oznaczenia i uniesienia polipów, gruczolaków, nowotworów we wczesnym stadium lub innych zmian w błonie śluzowej przewodu pokarmowego, stworzony na bazie kwasu hialuronowego, opakowanie pojedyncze typu strzykawka luer lock, pojemność 5ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 40

Pakiet nr 10 – poz. 5

Czy Zamawiający w w/w pozycjach pozwoli zaoferować Jednorazowa klipsownica do endoskopowego tamowania krwawień; długość robocza 1600mm oraz 2300mm; klipsy z mikroząbkami do lepszej przyczepności;, szerokość otwarcia ramion klipsa 11mm, 13mm i 16mm (do wyboru) narzędzie jednoelementowe składające się z osłonki zwojowej i plastikowej umożliwiających rotację 1:1 oraz otwieranie klipsa nawet przy dużym zagięciu endoskopu; posiada możliwość wielokrotnego otwierania i zamykania klipsa przed jego uwolnieniem, co ułatwia precyzyjne ustawienie klipsa względem miejsca krwawienia; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; u pacjentów z

zaaplikowanym klipsem jest możliwość wykonania rezonansu magnetycznego; opakowanie zawiera 10 gotowych do użycia sterylnych klipsownic z założonym klipsem?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 41

Pakiet nr 10 – poz. 6

Czy Zamawiający w w/w pozycjach pozwoli zaoferować pętle elektrochirurgiczna, kolonoskopowe jednorazowego użytku; do zabiegów polipektomi , kształt heksagonalny; szerokość pętli 10 mm oraz 15mm; pętla wykonana z plecionego drutu o grubości ok. 0,3 mm; zintegrowany uchwyt ze skalą pomiarową, długość narzędzia 2300mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,3mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 42

Pakiet nr 19 – poz. 1

Czy Zamawiający w w/w pozycjach pozwoli zaoferować jednorazowy standardowy ustnik z gumką tekstylną; do wszystkich endoskopów stosowanych w górnym odcinku przewodu pokarmowego; wymiary otworu głównego 20mmx25mm, posiadający duże otwory boczne, wykonany z polipropylenu; każdy ustnik zapakowany oddzielnie; nie zawierający lateksu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 43

Dotyczy zapisów umowy- załącznik nr 3 do SWZ, § 4, ust.8

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację zapisów przedmiotowego ust. zgodnie z poniższym:

„...Wykonawca zobowiązuje się do wymiany na własny koszt wadliwej części dostawy na towar wolny od wad w terminie 7 dni od dnia **pozytywnego rozpatrzenia reklamacji** .”

Odpowiedź: Zgodnie z projektem umowy.

Pytanie 44

Dotyczy zapisów umowy- załącznik nr 3 do SWZ, § 5,

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dodanie do przedmiotowego paragrafu kolejnego ustępu o poniższej treści :

„W przypadku zwłoki w płatności powyżej 30 dni, Wykonawca ma prawo wstrzymania dostaw do czasu całkowitego uregulowania zaległych należności przez Zamawiającego „

Odpowiedź: Zgodnie z projektem umowy.

Pytanie 45

Dotyczy zapisów umowy- załącznik nr 3 d SWZ, § 8,

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmniejszenie kar umownych odpowiednio:

a) z 1% na 0,5%

b) z 1% na 0,5%

c) z 10% na 5%

Odpowiedź: Zgodnie z projektem umowy.

Pytanie 46

Pakiet 25, pozycja 1:

Czy Zamawiający dopuści elektrodę neutralną, uniwersalną dla dzieci i dorosłych powyżej 5 kg, jednorazową, dzieloną symetrycznie na dwie równe połówki, powierzchnia ogólna 168 cm², powierzchnia czynna 105 cm², grubość hydrożelu 0,69 mm, wymiary 163,5 x 117 mm, podłoże wykonane z wodoodpornej elastycznej pianki, z systemem ścisłego przylegania brzeżnego

zapobiegającym przedostawaniu się płynów pomiędzy elektrodę i pacjenta, hydrożel w części przewodzącej, pakowana pojedynczo?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale wymaga elektrody kompatybilnej z generatorem Force EZ.

Pytanie 47

Pakiet 37, pozycja 1:

Czy nastąpiła omyłka pisarska dot. rodzaju wtyku? Jaki wtyk do elektrody biernej Zamawiający wymaga? Do jakiej diatermii?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dwupionowego wtyku (diatermii do aparatu ERBE i Force EZ)

Pytanie 48

Pakiet 37, pozycja 2:

Czy Zamawiający dopuści elektrodę neutralną, uniwersalną dla dzieci i dorosłych powyżej 5 kg, jednorazową, dzieloną symetrycznie na dwie równe połówki, powierzchnia ogólna 168 cm², powierzchnia czynna 105 cm², grubość hydrożelu 0,69 mm, wymiary 163,5 x 117 mm, podłoże wykonane z wodoodpornej elastycznej pianki, z systemem ścisłego przylegania brzeżnego zapobiegającym przedostawaniu się płynów pomiędzy elektrodę i pacjenta, hydrożel w części przewodzącej, pakowana pojedynczo? Do każdej elektrody dołączona informacja o nr serii i dacie ważności w formie samoprzylepnej.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. (parametry)

Pytanie 49

Czy Zamawiający w pakiecie nr 24 poz. 1 wyrazi zgodę na dopuszczenie: Makroporowa monofilamentowa niewchłaniałna siatka polipropylenowa. Niska masa 43,7 g\m² . Biokompatybilna. Dwuwymiarowy, lekki profil ułatwiający ułożenie siatki. Wytrzymała, zwarta konstrukcja splotu może być dowolnie kształtowana bez efektu strzępienia Miękka, łatwodopasowująca się struktura splotu, grubość siatki: 0,44 mm, wielkość porów: 6,29 mm², średnica włókna 0,12 mm. Pozwala na szybkie przerastanie tkanki. Rozmiar siatki: 7.5 x 15 cm, 10 x 15 cm, 15 x 15 cm – możliwość docięcia dożądanego kształtu.



- Od lipca 2022 r. spółka BARD Poland Sp. z o.o. jest częścią BD Polska Sp. z o.o.

- 1 lipca 2022 r. spółka BARD Poland Sp. z o.o. połączyła się z BD Polska Sp. z o.o.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 50

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesyłanie towaru jedynie z dokumentem wz? Wysyłka towaru realizowana jest na podstawie zamówienia Zamawiającego i wydanie towaru jest potwierdzone dokumentem wz załączonym do przesyłki. Możliwość wystawienia faktury w formacie pdf oraz wysłanie jej na adres e-mail uniemożliwia załączenie faktury do przesyłki. Ponad to faktura jest wystawiana po wydaniu towaru z magazynu, a więc w dniu wysyłki, najczęściej na koniec dnia roboczego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 51

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie maksymalnej wysokości kar umownych do poziomu 20% wartości brutto niezrealizowanej części umowy?

Odpowiedź: Zgodnie z projektem umowy.

Pytanie 52

Pakiet 8, poz. 1:

Czy Zamawiający wymaga zestawu do wkłucia centralnego o składzie:

1x serweta z laminatu Blue Special o gramaturze 56 g/m² z otworem o średnicy 8 cm i przyklepcem, 75x45 cm,

1x serweta z laminatu FB 75x45 cm

1x strzykawka plastikowa 2-częściowa, luer, pojemność: 20 ml

1x strzykawka plastikowa 2-częściowa, luer, pojemność: 10 ml

1x igła iniekcyjna 18G, średnica: 1,2 mm, długość: 40 mm, kolor: różowy

1x igła iniekcyjna 21G, średnica: 0,8 mm, długość: 40 mm, kolor: zielony

10x kompres gazowy 17-nitkowy, 8-warstwowy, 7,5x7,5 cm

10x tufier "kula" 17-nitkowy, 20x20 cm

1x ostrze chirurgiczne do skalpela nr 11

1x pęseta anatomiczna plastikowa, zielona, 13 cm

1x kleszczyki metalowe do igły, proste, zakończone kolorem, 13 cm

Zestaw zapakowany w opakowanie typu twardego blister, opatrzone etykietą z min. dwoma metkami samoprzylepnymi informującymi o kodzie wyrobu, dacie ważności i identyfikacji wytwórcy ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 53

Pytanie dotyczące treści umowy:

Zważywszy na treść § 1 ust. 2 wzoru umowy, jaką minimalną ilość (jaki procent ilości wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi?

Odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów.

W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”. Powyższy pogląd Krajowa Izba Odwoławcza potwierdziła w wyroku z dnia 2 stycznia 2017 r. KIO 2346/16 stwierdzając, iż zastrzeżenie przez zamawiającego w projekcie umowy „nieograniczonej ingerencji w ilość zamawianych dostaw, poprzez jej zmniejszenie na etapie realizacji umowy oznacza bowiem po stronie wykonawców brak pewnej wiedzy na temat jednego z istotnych elementów kalkulacji ceny, tj. ilości zamawianych dostaw, warunkującego rzetelną wycenę oferty. Prowadzi także do naruszenia uczciwej konkurencji, ponieważ wykonawcy, w sytuacji braku jednoznacznych danych na temat ilości zamawianych dostaw, zdani są na własne, różne dla każdego wykonawcy oceny co do prawdopodobnych potrzeb zamawiającego w aspekcie ilościowym.”

Odpowiedź: Zgodnie z projektem umowy.

Pytanie 54

Pytanie dotyczące treści umowy:

Czy Zamawiający zgadza się aby § 7 ust. 2 lit. b) i c) wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne odstąpienia od umowy, celowe jest aby przed odstąpieniem od umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej wystarczająco zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć odstąpienia od umowy, a tym samym uniknąć skutków odstąpienia od umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

Odpowiedź: Zgodnie z projektem umowy.

Pytanie 55

Pytanie dotyczące treści umowy:

Czy Zamawiający zgadza się aby § 8 ust. 1 lit. a) i b) wzoru umowy na zmniejszenie kary umownej do wysokości 0,5% wartości brutto towaru niedostarczonego

Odpowiedź: Zgodnie z projektem umowy.

Pytanie 56

Pakiet nr 1, pozycja nr 4 – Czy zamawiający dopuści ostrza kompatybilne z inną strzygarką, w przypadku gdy strzygarka zostanie dostarczona razem z tymi ostrzami? Jeśli tak, to prosimy o podanie ilości strzygarek jaką należy dostarczyć.

W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów wyjaśniających stanowisko Zamawiającego

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zamawiający wymaga 12 strzygarek.

Pytanie 57

Pakiet nr 28, pozycja nr 2 – Czy zamawiający dopuści ustnik do endoskopu wykonany z PE bez zawartości DEHP posiadający otwór centralny o wymiarach 21mm x 26,5mm, reszta parametrów zgodna z SWZ?

W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów wyjaśniających stanowisko Zamawiającego

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 58

Pakiet nr 58, pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuści igły o długości 88mm?

W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów wyjaśniających stanowisko Zamawiającego

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 59

Pakiet nr 58, pozycja nr 2 – Czy zamawiający dopuści igły o długości 120mm?

W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów wyjaśniających stanowisko Zamawiającego

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 60

Pytanie dotyczące SWZ – pakiet nr 6:

Czy Zamawiający dopuści do podawania cen jednostkowych za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku?

Zgodnie z orzecznictwem Zespołu Arbitrów (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów - sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06) „dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma, bowiem możliwości zakupienia jednej sztuki czy, końcówki czy wymazówki)”.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza cenę do dwóch miejsc po przecinku.

Pytanie 61

Czy w zakresie pakietu nr 6 wymagane jest złożenie próbek?

Odpowiedź: Brak wymogu złożenia próbek.

Pytanie 62

Pytanie dotyczące projektu umowy dostawy zał. Nr 3:

Pytanie do §3 pkt 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 250 zł netto”

Prośbę motywujemy to tym, że dla zamówień poniżej 250 zł. koszty transportu na które składają się m.in.: koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych i faktury, koszty dostarczenia towaru przez przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Ustala wartość zamówienia jednostkowego nie mniejszą niż 300 zł.

Pytanie 63

Pytanie do §3 pkt 8

Prosimy o zgodę na wysyłanie drogą elektroniczną faktur w formacie PDF.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 64

Pytanie do §4 pkt 5

Prosimy o dopuszczenie dzielenia zamówienia i dostarczanie dostępnych produktów.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza dzielenie zamówienia pod warunkiem dostarczenia brakującego asortymentu w przeciągu 5 dni roboczych od złożenia zamówienia.

Pytanie 65

Pytanie do §8 ust. 1 pkt. a)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do wysokości 0,5% wartości towaru nie dostarczonego w ustalonym terminie za każdy dzień zwłoki, z uwagi na nieadekwatność ich wysokości do danego niespełnienia świadczenia umowy?

Wprawdzie nie istnieją przepisy regulujące wysokości kar umownych, jednak przy ustaleniu wysokości kar Zamawiający powinien opierać się na zasadzie równości i ekwiwalentności stron, a tym samym wymagać od Wykonawcy płacenia kar w takiej samej lub nieznacznie wyższej wysokości, w jakiej sam Zamawiający może ewentualnie płacić za zwłokę w płaceniu za towar.

Zamawiający nie powinien wykorzystywać swojej dominującej pozycji ustalając wysokość kar umownych. Kary umowne powinny mieć charakter dyscyplinujący w stosunku do Wykonawcy, a nie prowadzić do wzbogacenia się Zamawiającego, a taką funkcję zaczynają pełnić w momencie, gdy okazuje się, iż wartość kary umownej może przekroczyć wartość zapłaty należną Wykonawcy za dostarczony towar. Nadto liczenie kary umownej w wysokości 1% wartości towaru niedostarczonego w ustalonym terminie za każdy dzień opóźnienia jest wysoce niesprawiedliwe i na gruncie prawa cywilnego obecna wysokość odsetek, którą Zamawiający narzuca, może zostać uznana za świadczenie

nienależne, dające w skali roku odpowiednio 365% wartości towaru niedostarczonego w ustalonym terminie. W tym miejscu należy przywołać treść art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego, który stanowi, iż w przypadku, gdy zobowiązanie zostało wykonane w znacznej części dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej, to samo dotyczy przypadku, gdy kara jest rażąco wygórowana.

Odpowiedź: Zgodnie z projektem umowy.

Pytanie 66

Pytania dotyczące asortymentu:

Pakiet nr 6 - Pytanie do pozycji 2-5

Producenci podstawowych szkiełek nakrywkowych nie definiują ich krawędzi. Z uwagi na zastosowanie szkiełek są one bardzo cienkie, ich krawędzie są precyzyjnie cięte. W związku z tym prosimy o usunięcie zapisu o krawędziach szlifowanych lub dopuszczenie szkiełek nakrywkowych o krawędziach ciętych.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. (ryzyko skałeczenia pracownika)

Pytanie 67

Pakiet 12, poz. 5

Czy zamawiający dopuści skalę rozszerzoną 50/60 ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 68

Pakiet 12, poz. 1-2,,4-5

Czy zamawiający wydzieli poz. 1-2,,4-5 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwiał. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź: Zamawiający nie wydziela.

Pytanie 69

Pakiet 32, poz. 1-2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie opakowań po 100 szt. z przeliczeniem ilości do pełnych opakowań w górę.

Pytanie 70

Celem usprawnienia procesu realizacji umowy zwracamy się do Zamawiającego czy przewiduje taką możliwość, aby po podpisaniu umowy zobowiązał się do przekazywania opiekunowi handlowemu/wykonawcy przewidywalnego - orientacyjnego w okresie kwartalnym/miesięcznym harmonogramu oczekiwanych dostaw/zamówień? Pozwoli to Wykonawcy w odpowiednim czasie zarezerwować wymagany dostawą towar dla Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

Pytanie 71

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest, aby przed rozwiązaniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej wystarczająco zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron. W związku z powyższym zwracamy się

o wprowadzenie dodatkowego zapisu w umowie uwzględniającego wcześniejsze wezwanie Wykonawcy do należytego wykonania umowy.

Odpowiedź: Zgodnie z projektem umowy.

Pytanie 72

Prosimy o modyfikację zapisów § 8 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągnięte przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

Odpowiedź: Zgodnie z projektem umowy.

Pytanie 73

W związku z tym iż zgodnie art. 431 ustawy PZP zarówno wykonawca jak i Zamawiający obowiązani są współdziałać przy wykonywaniu umowy w celu należytej realizacji zamówienia Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie zapisów projektu umowy w § 8, mając na względzie zgodną z prawem i równorzędną relację łączącą Zamawiającego z Wykonawcą o poniższej treści:

Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za: odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, w wysokości 10 % niezrealizowanej wartości netto umowy.

Wskazany zapis jest istotny dla należytej realizacji zamówienia publicznego oraz współpracy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. W stosunkach cywilnoprawnych bardzo ważna jest równowaga pomiędzy obiema stronami umowy oraz wzajemne kształtowanie jej postanowień w granicach zasady swobody umów (art. 353¹ KC), pozwalające na uznanie wykonawcy za partnera, szanujące jego podstawowe prawa i pozwalające na zrównoważone i partnerskie relacje między zamawiającym i wykonawcą.

Odpowiedź: Zgodnie z projektem umowy.

Pytanie 74

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy sformułowania, iż **„Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 300 zł. netto”?**

Mając na względzie czynniki ekologiczne, chcielibyśmy dążyć do ograniczenia liczby opakowań, ilości listów przewozowych i faktur w formie papierowej. W związku z tym prosimy o ustanowienie minimalnej wartości zamówienia w kwocie 300 zł.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

Pytanie 75

Pakiet 46:

Czy w kolumnie „szacunkowa wielkość zamówienia (szt..)” Zamawiający pod pojęciem „szt.” ma na myśli ilość opakowań noży po 50 szt. w opakowaniu?, tj. w poz.1 – 1 opakowanie 50 szt., a w poz.2 – 300 op. po 50 szt. noży?

Odpowiedź: Zamawiający miał na myśli – w poz. 1 - 1 opakowanie-50 sztuk, w poz. 2 – 6 opakowań-50 sztuk.

Pytanie 76

Pakiet 47, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści kasetki z przykrywką na zawiasie ?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 77

Pakiet 47, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści kasetki posiadające 168 otworów w podstawie i 164 otwory w wieczku ?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 78

Pakiet 47, pozycja 1

Czy Zamawiający preferuje określone kolory kasetek?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza dowolne kolory kasetek.

Pytanie 79

Pakiet 47, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści kasetki posiadające 192 otwory w podstawie i 168 otworów w przykrywce (o wielkości ok. 0,9 mm x 0,9 mm)?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 80

Pakiet 47, pozycja 2

Pytanie 1: Czy Zamawiający dopuści kasetki z przykrywką na zawiasie?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 81

Pakiet 47, pozycja 2

Czy Zamawiający preferuje określone kolory kasetek?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza dowolne kolory kasetek.

Pytanie 82

Pakiet 48, pozycja 2:

Czy Zamawiający dopuści parafinę w opakowaniach 2 kg o temp. topnienia 52-54 st.C ?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 83

Pakiet 48, pozycja 6,8 i 9:

Czy Zamawiający dopuści odczynniki hematoksylina Harrisa, OG6 i EA50 pochodzące od jednego producenta (innego niż Merck), a co za tym idzie, używane razem dają najlepsze efekty barwień?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 84

Pakiet 48, pozycja 7

Prosimy Zamawiającego o wskazanie wymaganej wielkości opakowania

Odpowiedź: Zamawiający wymaga wielkość 50 g.

Pytanie 85

Pakiet 48, pozycja 16

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kleju **typu** DPX do zamykania preparatów o pojemności 118 ml. DPX to nazwa handlowa jednego z producentów klejów.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 86

Pakiet 48, pozycja 19

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie 5 opakowań gąbek w op.1000 szt. o wymiarach 30x25x1,7mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 87

Pakiet 5, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści jałową osłonę na przewody medyczne w rozmiarze 14 x 2,5 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 88

Pakiet 5, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści jałową osłonę na przewody medyczne w rozmiarze 16 x 2,5 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 89

Pakiet 12, poz. 1-2

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę posiadającą pojedyncze uszczelnienie tłoka oraz pojedynczą skalę pomiarową, pakowaną w opakowanie typu blister-pack?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 90

Pakiet 12, poz. 1-2

Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawkę za opakowanie a'25 wraz z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 91

Pakiet 12, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawkę za opakowanie a'100 wraz z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 92

Pakiet 12, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z podziałką jak na zdj. ?



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 93

Pakiet 12, poz. 4-5

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę posiadającą pojedyncze uszczelnienie tłoka oraz pojedynczą skalę pomiarową, pakowaną w opakowanie typu blister-pack?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 94

Pakiet 12, poz. 4-5

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'25 wraz z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 95

Pakiet 12, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści strzykawki kompatybilne z pompami oraz odstąpi od wymogu wpisu w pompie?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 96

Pakiet 16, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści cewnik o wymiarach 45 x 18 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 97

Pakiet 28, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści ustnik o wymiarach otworu głównego 20 x 26 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 98

Pakiet 28, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści ustnik o wymiarach otworu głównego 20 x 27 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 99

Pakiet 32, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści szczoteczkę cytologiczną o długości całkowitej 20,5 cm (+/-2,00mm), długość rękojeści 17,8 cm (+/-2,00mm) pakowaną pojedynczo w opakowanie typu papier-folia?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 100

Pakiet 32, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'100 wraz z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 101

Pakiet 34, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści miskę nerkowatą z pulpy celulozowej o pojemności 900 ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 102

Pakiet 41, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o właściwościach:

- Pojemnik na wydzielinę 25 ml (skalowany co 1 ml)
- W nakrętce pojemnika zintegrowane 2 dreny: jeden zakończony łącznikiem żeńskim (lejek), drugi zakończony łącznikiem męskim (stożek) z kontrolą siły ssania
- Kompatybilny ze wszystkimi cewnikami ssącymi między CH 4-20
- W zestawie dodatkowa nakrętka do zabezpieczenia pojemnika oraz naklejka identyfikująca
- Nie zawiera lateksu
- Nie zawiera ftalanów
- Jednorazowego użytku
- Sterylizowany tlenkiem etylenu
- Termin ważności: 5 lat
- Pakowanie: 1 sztuka / papier-folia _____?

Odpowiedź: W pakiecie 41 występuje zgłębnik, a nie zestaw.

Pytanie 103

Pakiet 41, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zgłębnik o długości 105 cm wraz z znacznikami na głębokości 50, 60 i 70 cm od końca dystalnego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 104

Pakiet 44, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści dren do ssaka o średnicy 5,60mm/8,00mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 105

Pakiet 44, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści folię operacyjną wykonaną z poliuretanu o grubości 0,03 mm, bez znacznika?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 106

Pakiet 45, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści papier o wymiarach 110m x 20m?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 107

Pakiet 51, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści tylko kaniule o wymiarach 20G dł. 32mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 108

Pakiet 51, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści tylko kaniule o wymiarach 18G dł. 45mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 109

Pakiet 51, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści koreczek z trzpieniem znajdującym się powyżej krawędzi korka?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 110

Pakiet 51

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu badań laboratoryjnych lub klinicznych potwierdzających biokompatybilność materiału?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 111

Pakiet 54, poz. 1-2

Czy Zamawiający dopuści wycenę wzierników za opakowane a'100 wraz z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości i zaokrągleniem do pełnych opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 112

Pakiet 55, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści dren o długości 30 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 113

Pakiet 58, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 22G o długości 120mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 114

Pakiet 51, poz.

Czy Zamawiający dopuści elektrodę o wymiarach 26 x 48 mm?

Odpowiedź: Pytanie nie odpowiada asortymentowi w pak. 51.

Pytanie 115

Pakiet 51, poz.

Czy Zamawiający dopuści elektrodę o średnicy 54mm?

Odpowiedź: Pytanie nie odpowiada asortymentowi w pak. 51.

Pytanie 116

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 51 poz. 1 -3 dopuści kaniulę dożylną bezpieczną z portem, wykonaną z poliuretanu, ostrą, ze skrzydełkami mocującymi, z samodomykającym się korkiem portu bocznego, przezroczystą, z 6 zatopionymi paskami kontrastującymi w RTG, posiadającą automatyczne zabezpieczenie przed zakłuciem igłą, z mechanizmem zapobiegającym wypływowi krwi w trakcie zakładania kaniuli, z przezroczystą komorą kontrolną. Korek i skrzydełka kodowane kolorystycznie. Nazwa producenta na koreczku. Koreczek z trzpieniem minimalnie powyżej krawędzi korka. Pakowana pojedynczo w opakowanie typu blister. Rozmiary: 22G 0,9x25mm. o przepływie 36ml/min., 20G 1,1x32mm o przepływie 61ml/min. i 1,1x25mm o przepływie 65ml/min., 18G 1,3x45mm. o przepływie 100ml/min. i 1,3x32mm. o przepływie 105ml/min.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 117

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 51 poz. 4, 5 dopuści wyceny op. x 100 z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z przeliczeniem do pełnych opakowań w górę.

Pytanie 118

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 52 poz. 1 -3 dopuści kaniulę dożylną bezpieczną bez portu, wykonaną z poliuretanu, ostrą, ze skrzydełkami mocującymi, przezroczystą, z 3 zatopionymi paskami kontrastującymi w RTG, posiadającą automatyczne zabezpieczenie przed zakłuciem igłą, z mechanizmem zapobiegającym wypływowi krwi w trakcie zakładania kaniuli, z przezroczystą komorą kontrolną. Korek i skrzydełka kodowane kolorystycznie. Pakowana pojedynczo w opakowanie typu blister. Rozmiary: 18G 1,3x45mm. o przepływie 100ml/min. i 1,3x32mm. o przepływie 105ml/min., 20G 1,1x32mm o przepływie 61ml/min. i 1,1x25mm o przepływie 56ml/min., 22G 0,9x25mm. o przepływie 36ml/min.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 119

Czy Zamawiający w Pakiecie 12 poz. 6 dopuści wycenę strzykawek do pomp infuzyjnych 50ml MARGOMED, powszechnie stosowanych w szpitalach? Strzykawki posiadają m.in. podwójną skalę pomiarową oraz podwójne uszczelnienie tłoka, opakowanie typu papier-folia.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 120

Pakiet 10

Czy ze względu na niepodzielne opakowania handlowe Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji:

1 – 300 sztuk?

3 – 85 sztuk?

4 – 5 sztuk?

5 – 180 sztuk?

6 – 110 sztuk?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 121

Dot. SWZ pkt. XIII.27 c)

Czy Zamawiający zrezygnuje z konieczności załączenia do oferty wypełnionych wzorów umów (w formularzu oferty pkt.11 znajduje się oświadczenie o akceptacji wzoru umowy)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 122

Dot. SWZ pkt. XIII.27 g)

Czy nie zaszła omyłka, ponieważ Informacja z Krajowego Rejestru Karnego jest podmiotowym środkiem dowodowym, który wykonawca powinien złożyć na wezwanie Zamawiającego zgodnie z SWZ pkt. X.3.b?

Odpowiedź: Zgodnie z projektem umowy.

Pytanie 123

Dot. wzoru umowy załącznik nr 3 i 3a do SWZ par. 8 ust. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony, nie mogła przekroczyć 20% wartości umowy określonej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy?

Odpowiedź: Zgodnie z projektem umowy.

Pytanie 124

Pakiet 44 Poz. 1

Prosimy o dopuszczenie drenu o długości 180 cm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 125

Pakiet 44 Poz. 3

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie folii operacyjnej o poniższych parametrach:

Sterylna folia chirurgiczna wykonana z poliuretanu o grubości $30\pm 5\mu$, pokryta klejem akrylowym, elastyczna, łatwo przylegająca do skóry, wodoszczelna, antyrefleksyjna, o współczynniku para przepuszczalności $800 \pm 200\text{g/m}^2/24\text{h}$, posiadająca symetrycznie rozmieszczone dwa zielone nieprzylepne paski o szerokości min. 4,25cm ułatwiające aplikację. Rozmiar powierzchni lepnej : 15x28cm powierzchnia całkowita 15x36,5cm. Opakowanie jednostkowe podwójne - papier silikonowany i torebka papierowa. Sterylizacja EO. Opakowanie zbiorcze: karton 10 szt. Na opakowaniu jednostkowym znajdują się informacje: rozmiar, nr LOT, data ważności, nazwa producenta, oznakowanie CE, instrukcja użytkowania. Wyrób medyczny klasy Is.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 126

Pakiet 5

Prosimy o dopuszczenie osłony na przewody medyczne w rozmiarze standardowym 13 x 2,4 m w zestawie z taśmą lepłą?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 127

Pakiet 49

Czy zamawiający miał na myśli marker o poniższych parametrach:

Sterylny marker do znaczenia skóry przed zabiegiem operacyjnym ze standardową końcówką, ze skalą pomiarową do 5 cm na korpusie markera, w komplecie z linijką z papieru syntetycznego podziałką co 1 mm do 15 cm. Niedrażniący skóry atrament - fiolet krystaliczny.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 128

Pakiet 21 Poz.1.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do szynowania moczowodów w rozmiarach CH4.8, 6, 7, 8 i długości mieszczącej się w przedziale 24-28 cm dla cewnika otwarty-zamknięty oraz 24-30 cm dla cewnika otwarty-otwarty, przewodnik 40 cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 129

Pakiet 21 Poz.1.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do szynowania moczowodów w rozmiarach CH4.8, 6, 7 i długości części prostej mieszczącej się w przedziale 22-28 cm, przewodnik prosty o dł. 43 cm dla wszystkich rozmiarów oraz sterowalny dla rozmiaru CH4.8 d URS o dł. 83 cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 130

Pakiet 21 Poz.2.

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnik typu Dufour z szerokim kanałem irygacyjnym oraz kanałem drenażowym o kształcie prostokątnym, zapobiegającym blokowaniu przepływu, z linią widoczną w RTG, z zastawką uszczelniającą balon. Pojemność balonu 50 ml oraz 80 ml do wyboru.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 131

Pakiet 21 Poz.2.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika dostarczanego z osobno zapakowaną zatyczką.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 132

Pakiet 21 Poz.2.

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje, aby cewnik posiadał atraumatyczną zaokrągloną zamkniętą końcówką (umożliwiającą wprowadzenie cewnika z użyciem mandrynu) o dł. ok. 27mm. Otwór centralny 15 mm x 9 mm "owal". Pojemność balonu 50 ml. Rozmiar CH18-24, kodowany kolorystycznie.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 133

Pakiet 21 Poz.2.

Czy Zamawiający oczekuje, aby cewnik posiadał powłokę hydrożelową ułatwiającą wprowadzanie i usuwanie cewnika z układu moczowego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 134

Pakiet 21 Poz.3.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie prowadnika o średnicy 0,035" oraz 0,038".

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 135

Pakiet 12 poz. 4

1)Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania strzykawki cewnikowej 100 ml z końcówką ściętą prosto, nie pod kątem

2)Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania strzykawki cewnikowej 100 ml z nazwą producenta na cylindrze w celu jego łatwej identyfikacji

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 136

Pakiet 12 poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek janeta 50/60 ml

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 137

Pakiet 12 poz.6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki trzyczęściowej, jednorazowego użytku, biała, 50 ml (60 ml), do pomp infuzyjnych, z łącznikiem stożkowym luer-lock, gumowy tłoczek z podwójnym uszczelnieniem, dwustronna/podwójna czarna skala pomiarowa co 1 ml do 60 ml, podwójne uszczelnienie tłoka, czterostronne podcięcie tłoczyska dla dobrej stabilizacji w pompie, długość całkowita min. 16 cm, cylinder z polipropylenu, nazwa producenta na cylindrze, oznaczenie o braku zawartości lateksu fabrycznie nadrukowane na opakowaniu jednostkowym, sterylizowane EO, opakowanie papier-foolia. opakowanie 85 szt.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 138

pakiet 9 Poz.1

Prosimy o wyrażenie zgody na złożenie oferty na Trokar z ostrzem rozpychającym, średnica 10mm lub 11 mm długości 100 mm. Przeźroczysta kaniula kranikiem do insuflacji, dwoma bocznymi wypustkami umożliwiającymi pewny uchwyt trokara, głowica z systemem samonaprowadzenia narzędzi laparoskopowych , zastawko/ uszczelka dla narzędzi 5 - 11, Samodopasowująca się uszczelka mieszcząca narzędzia od 5 do 11 mm (bez konieczności używania redukcji). zdejmowalna głowica , trwale naniesiona średnica trokara na głowicy, kaniuli i grocie trokara, sterylny z pięcioletnim terminem ważności od daty produkcji.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**Pytanie 139**

pakiet 9 Poz. 2

Prosimy o wyrażenie zgody na złożenie oferty na Trokar z bezpiecznym ostrzem Trokar laparoskopowy jednorazowy o średnicy 5 mm i długości 100mm, sterylny, wyposażony w kranik do podłączenia insuflacji. Bezpieczne wprowadzenie narzędzia.. Bezobstępowa uszczelka z wbudowaną redukcją umożliwiającą pracę z narzędziami 5mm , bez konieczności zakładania dodatkowej redukcji, możliwość łatwego demontażu i ponownego montażu, zdejmowalna głowica, dwoma bocznymi wypustkami umożliwiającymi pewny uchwyt trokara.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**Pytanie 140**

pakiet 9 Poz.3

Prosimy o wyrażenie zgody na złożenie oferty na Trokar z ostrzem rozpychającym, średnica 10mm lub 11 mm długości 100 mm. Przeźroczysta kaniula kranikiem do insuflacji, dwoma bocznymi wypustkami umożliwiającymi pewny uchwyt trokara, głowica z systemem samonaprowadzenia narzędzi laparoskopowych , zastawko/ uszczelka dla narzędzi 5 - 11, Samodopasowująca się uszczelka mieszcząca narzędzia od 5 do 11 mm (bez konieczności używania redukcji). zdejmowalna głowica , trwale naniesiona średnica trokara na głowicy, kaniuli i grocie trokara, sterylny z pięcioletnim terminem ważności od daty produkcji

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**Pytanie 141**

Pakiet 42 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści żel do EKG w butelkach?

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza.**Pytanie 142**

Pakiet 12 poz. 3-5

Czy Zamawiający zmieni zapis dotyczący kompatybilności strzykawek, oraz wpisu w menu pomp Ascor Ap 22 wyłączając z wymogu pozycję 3-5. Bezzasadne jest aby strzykawki do insuliny oraz cewnikowe były kompatybilne z pompą, ponieważ nie są przeznaczony do pomp.

Odpowiedź: Zamawiający wyłącza z wymogu kompatybilność poz. 3-5.**Pytanie 143**

Pakiet 16 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści dren Kehr o długości ramion 40x20 cm w rozmiarach CH12-CH16?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 144

Pakiet 32 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści szczoteczkę cytologiczną o całkowitej długości około 20 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 145

Pakiet 42 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści żel do EKG w butelkach?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 146

Pakiet 64 poz. 2

Czy Zamawiający przyrząd z workiem spełniający poniższe parametry?

Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bursztynowy z workiem, wyposażony w dwukanałowy, ostry kolec komory kroplowej gwarantujący szczelne i pewne połączenie z pojemnikami/workami, hydrofobowy filtr powietrza zamykany niebieską klapką, tworzy system zamknięty zgodnie z definicją NIOSH, duża komora kroplowa (55 mm w części przezroczystej), kroplomierz komory 20 kropli = 1 ml +/- 0.1 ml, filtr płynu o wielkości oczek 15 µm zaciskacz rolkowy z miejscem na dren, dren wykonany z PVC o długości 150 cm, pakowany fabrycznie razem z workiem osłaniającym (około 370mmx220mm), przezroczysty łącznik stożkowy luer lock, oba końce przyrządu zabezpieczone ochronnymi osłonkami nie zawiera lateksu, niepirogenny, nietoksyczny, nie zawiera ftalanów (oznaczenie na opakowaniu jednostkowym), sterylizowany tlenkiem etylenu

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 147

Pakiet 65 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści elektrodę o wymiarach 36mmx48mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 148

Pakiet nr 11

W naszej ocenie nastąpiła omyłka pisarska w zakresie kolumn H i I polegająca na wpisaniu stawek VAT w polach wartości netto pozycji pakietu. Prosimy o korektę formularza cenowego.

Odpowiedź: Nastąpiła omyłka pisarska.

Pytanie 149

Pakiet nr 11 poz. 2

Czy Zamawiający w pakiecie nr 11 poz. 2 dopuści zaoferowanie produktu niebędącego wyrobem medycznym, kompatybilnego z posiadanymi przez Zamawiającego kontrolerami?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 150

Pakiet nr 11 poz.2

Papier do programatora kompatybilny z posiadanymi przez Zamawiającego kontrolerami jest pakowany w opakowanie zbiorcze, które zawiera 6 sztuk papieru. Czy Zamawiający zaakceptuje zmianę szacunkowej wielkości zamówienia do pełnych opakowań, tj. 22 opakowań (132 sztuki) lub 23 opakowań (138 sztuk)? Prosimy o korektę formularza by uniknąć nieporównywalności ofert.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z przeliczeniem ilości do pełnych opakowań.

Pytanie 151

Pakiet nr 51

Prosimy o dopuszczenie kaniuli bezpiecznej z nazwą własną lub logo producenta umieszczonego na opakowaniu jednostkowym.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**Pytanie 152**

Pakiet nr 51

Prosimy o dopuszczenie kaniuli bezpiecznej w rozmiarach:

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Gauge	Kolor	Przepływ ml/min	Rozmiar mm	Długość mm
14G	Orange	270	2.10	45
16G	Grey	180	1.70	45
17G	White	126	1.40	45
18G	Green	85	1.30	32
18G	Green	85	1.30	45
20G	Pink	55	1.10	32
22G	Blue	33	0.90	25
24G	Yellow	18	0.70	19

Pytanie 153

Pakiet nr 12 poz. 5

Prosimy o dopuszczenie strzykawki cewnikowej w rozmiarze 50/60 ml

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**Pytanie 154**

Pakiet nr 12 poz. 6

Prosimy o dopuszczenie strzykawek typu Omnifix z czytelną czarną skalą

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej MSWiA w Białymstoku
im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego

Alicja Skindzielewska