



UNIwersytet Medyczny  
IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU

Dział Zamówień Publicznych

Adres:  
61-701 Poznań  
ul. Fredry 10

tel.: (061) 854-60-00  
fax (061) 854-61-46  
e-mail: [dzp@ump.edu.pl](mailto:dzp@ump.edu.pl)

L. dz. DZP-153/22

Poznań, dnia 23.03.2022r.

**Wszyscy Wykonawcy**  
**- platforma zakupowa**

**Dotyczy: TPm-21/22 postępowania w trybie podstawowym z możliwością negocjacji pn. dostawa wyposażenia do Uniwersyteckiego Centrum Wsparcia Badań Klinicznych z podziałem na 2 części.**

W związku z wpływem zapytań dotyczących prowadzonego postępowania, Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) udziela poniższych odpowiedzi oraz dokonuje korekty omyłki pisarskiej:

**Część 2 – Dostawa foteli do chemioterapii – 5 szt.**

**Zapytanie nr 1 -Punkt 3**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaawansowanego fotela do chemioterapii składającego się z trzech segmentów: oparcia pleców, siedziska oraz oparcia części nożnej.

**Odpowiedź 1:** Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie oraz dokonuje korekty omyłki w zapisie pkt. 3 OPZ było:

„3. Składa się z czterech segmentów: oparcia nóg, siedziska oraz oparcia głowy.”

na następujący:

„3. Składa się z trzech segmentów: oparcia nóg, siedziska oraz oparcia głowy.”

**Zapytanie nr 2 -Punkt 4**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaawansowanego fotela do chemioterapii z elektryczną regulacją przechyłu Trendelenburga odbywającą się za pomocą pilota przewodowego, bez regulacji przechyłu anty/Trendelenburga, która to funkcja nie jest wymagana w przypadku foteli do chemioterapii.

**Odpowiedź 2:** Zamawiający nie dopuszcza fotela bez przechyłu anty/Trendelenburga.

**Zapytanie nr 3 -Punkt 5**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaawansowanego fotela do chemioterapii z ramą podstawy i konstrukcji nośnej powierzchni leżącej wykonanymi z rur stalowych malowanych z termoforowanymi osłonami ABS.

**Odpowiedź 3:** Zamawiający dopuszcza fotel o podanych parametrach.

**Zapytanie nr 4 -Pozycja 9**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaawansowanego fotela do chemioterapii o kolorystyce dostępnej do wyboru z 20 kolorów, w tym 4 odcienie barwy zielonej.

**Odpowiedź 4:** Zamawiający dopuszcza fotel o podanych parametrach.

**Zapytanie nr 5 -Pozycja 10**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaawansowanego fotela do chemioterapii o następujących parametrach technicznych:

Wysokość regulowana elektrycznie w zakresie 57-89 cm,

Pozycja Trendelenburga sterowana elektrycznie w zakresie 12 stopni,



**UNIwersytet Medyczny  
IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU**

**Dział Zamówień Publicznych**

Adres:  
61-701 Poznań  
ul. Fredry 10

tel.: (061) 854-60-00  
fax (061) 854-61-46  
e-mail: [dzp@ump.edu.pl](mailto:dzp@ump.edu.pl)

Pozycja anty/Trendelenburga sterowana elektrycznie w zakresie 12 stopni,  
Oparcie pleców sterowane elektrycznie w zakresie 80 stopni,  
Oparcie nóg sterowane elektrycznie w zakresie 40 stopni,  
Długość fotela 213 cm,  
Szerokość siedziska 58 cm,  
Długość oparcia pleców 88 cm,  
Szerokość podłokietnika 13 cm,  
Długość podłokietnika 62 cm,  
Szerokość fotela z podłokietnikami 84 cm,  
Szerokość oparcia pleców 58 cm,  
Długość oparcia nóg 72 cm,  
Szerokość oparcia nóg 58 cm,  
Oparcie głowy w formie podglówka o porównywalnej długości do wymaganego oparcia głowy,  
Zakres regulacji podnóżka 0-23 cm,  
Maksymalne obciążenie 200 kg,  
Średnica kół 100 mm.

**Odpowiedź 5:** Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem spełnienia zapisów OPZ.

**Zapytanie nr 6**

Czy Zamawiający wymaga podnóżka oparcia stóp z jego elektryczną regulacją?



Zdjęcie poglądowe

**Odpowiedź 6:** Zamawiający nie wymaga..

**Zapytanie nr 7:**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do chemioterapii, który składa się z 3 segmentów: oparcia pleców z wygodnym regulowanym zagłówkiem, segmentu siedziska segmentu nożnego oraz podparcia stóp?

**Odpowiedź 7:** Zamawiający dopuszcza fotel o podanych parametrach.



UNIwersytet Medyczny  
IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU  
Dział Zamówień Publicznych

Adres:  
61-701 Poznań  
ul. Fredry 10

tel.: (061) 854-60-00  
fax (061) 854-61-46  
e-mail: [dzp@ump.edu.pl](mailto:dzp@ump.edu.pl)

---

**Zapytanie nr 8.**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania fotel do chemioterapii z regulacją pozycji Anty-Trendelenburga do 3° zamiast 5°?

**Odpowiedź 8:** Zamawiający dopuszcza fotel o podanych parametrach.

**Zapytanie nr 9.**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania fotel do chemioterapii, który posiada elektryczną regulację segmentu podudzia / nożnego do 30°?

Wartość ta jedynie o 1,5° różni się od dopuszczalnego zakresu tolerancji przez Zamawiającego

**Odpowiedź 9:** Zamawiający dopuszcza fotel o podanych parametrach.

**Zapytanie nr 10.**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania fotel do chemioterapii o długości oparcia pleców 670 mm?

Fotel, który chcemy zaferować ma dłuższy od wymaganego segment pleców, natomiast nie ma osobnego segmentu głowy.

**Odpowiedź 10:** Zamawiający dopuszcza fotel o podanych parametrach.

**Zapytanie nr 11.**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania fotel do chemioterapii o wymiarach podłokietników długość 500 mm, szerokość 170 mm?

**Odpowiedź 11:** Zamawiający dopuszcza fotel o podanych parametrach.

**Przesłane, skorygowane informacje prosimy uwzględnić przy tworzeniu oferty przetargowej, traktując je, jako ważne i wiążące.**

Z poważaniem,