

Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia: Generator azotu model NM32LA zgodnie z minimalnym wymaganiami technicznymi

(1 szt.):

Model/typ.....

Producent/kraj

Lp.	Wymagania:	Parametry i warunki zaofertowane przez Wykonawcę potwierdzające wymagania Zamawiającego (należy uzupełnić wszystkie wymagane pola podając parametry oferowanego produktu lub wpisać tak/nie)
1.	Generator azotu z wbudowaną sprężarką powietrza kompatybilny z LCMS Shimadzu model 8030	
2.	Przepływ azotu co najmniej do 32 l/min przy ciśnieniu roboczym co najmniej 6,90 bara	
3.	Produkowany azot wolny od ftalanów oraz zawieszonych cieczy	
4.	Cząstki stałe poniżej 0,01 µm	

5.	Możliwość pracy do co najmniej 3000 m nad poziomem morza	
6.	Zużycie prądu nie większe niż 1610 wat	
7.	Głośność maksymalnie 59 dB	
8.	Szerokość generatora maksymalnie 600 mm	
9.	Pałapka wlotowa do pomp olejowych z możliwością usuwania do co najmniej 99,7% mgły olejowej oraz z możliwością regeneracji przez wygrzanie w co najwyżej 250-300C	
10.	Zestaw 100 fiolek z nakrętkami i septami PTFE/silikon wykonanych ze szkła wolnego od zanieczyszczeń metalicznych o niskiej adsorpcji dedykowanych do LCMS	
11.	Dołączony certyfikat jakości potwierdzający niską adsorpcję dla związków kwaśnych, obojętnych i zasadowych.	

*Formularz należy podpisać
kwalifikowanym podpisem elektronicznym
podpisy osób/-y uprawnionych/-ej*