



**109 Szpital Wojskowy z Przychodnią**  
**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej**  
**w Szczecinie**



Certyfikat nr 485732

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Szczecin, dnia 25.03.2021 r.

Znak sprawy Nr RPoZP 4/2021

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów medycznych i sprzętu medycznego jednorazowego użytku do 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie.

**Pytania i odpowiedzi do SWZ nr 5**

**1. Pakiet nr 31**

Czy Zamawiający dopuści ubranie chirurgiczne jedynie w kolorze zielonym? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Odp.: Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.**

**2. Pakiet nr 34**

Czy zamawiający może określić czy zamawiane kombinezony będą przeznaczone do walki z Covid 19?

Jeśli tak to zgodnie z wytycznymi CIOP :

Z uwagi na rozmiar cząstki wirusa SARS- -CoV-2 (60 - 140 nm) [9], odzież przeznaczona do zapewnienia wysokiego poziomu ochrony przed nim powinna w szczególności spełniać wymagania p. 4.1.4.1 PN-EN 14126:2005 [10] na poziomie najlepiej klasy 4. W konsekwencji powinna być poddana badaniu odporności na przenikanie skażonych cieczy pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego. Ponadto konstrukcja odzieży ochronnej powinna spełniać wymagania dla typu 4 zgodnie z PN-EN 14605:2005+A1:2009 [11], co oznacza odporność odzieży na przenikanie rozpylonej cieczy, a więc szczelność szwów i połączeń występujących w odzieży w tym zakresie.

odporność na przesiąkanie rozpylonej cieczy - typ 4

odporność na przenikanie skażonych cieczy pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego klasa 4 ewentualnie typ 6B wg EN 13034:2005 + A1:2009 może być zastosowany tylko i wyłącznie wtedy kiedy nie jest wystawiony na emisję wirusa tj przy sprzątnięciu pomieszczeń po pacjencie

odpowiednio wyższe klasy to 5 i 6 odpowiednio wyższe typy to 3,2,1

**Odp. Zamawiający będzie wykorzystywał asortyment według własnych , bieżących potrzeb.**

**KOMENDANT**

**płk mgr inż. Krzysztof Pietraszko**

M.J. 91/ 810 59 82