



Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o.o.

05-510 Konstancin – Jeziorna, ul. Wierzejewskiego 12
tel. 22 711 90 00, fax: 22 711 90 02, e-mail: stocer@stocer.pl
NIP 123-11-94-950 REGON 142013120

Konstancin-Jeziorna, 06.12.2021

Do wszystkich
uczestników postępowania
Znak sprawy – PN 58/2021

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym o szacunkowej wartości **powyżej progu**, którego przedmiotem jest dostawa, nr ogłoszenia 2021/S 209-546488 z dnia 27.10.2021 r. **Znak sprawy – PN-58/2021 – Dostawa pierwszego wyposażenia dla pomieszczeń diagnostyki obrazowej, izby przyjęć i poradni w budynku głównym Szpitala w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Wierzejewskiego 12.**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 r. poz. 2019) – dalej: p.z.p., wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego (MCR STOCER Sp. z o.o.) z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1- Pakiet 10

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek o długości leża 1920 mm, co odbiega od wymaganej zaledwie o 20 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2- Pakiet 10

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek z regulacją wysokości w zakresie 570-910 mm?

Prosimy zauważyć, że zakres dolny jest dużo korzystniejszy od wymaganego (620 mm), natomiast zakres górny jest niższy od wymaganego zaledwie o 30 mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.