



Słupsk, dnia 08.11.2023 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: „Dostawa endoprotez, materiałów zespalających oraz stabilizacji neurochirurgicznych”- nr postępowania 104/PN/2023

Na podstawie **art. 135 ust. 6** – przetarg nieograniczony ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605), [zwanej dalej także „PZP”]
Zamawiający udostępnia treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia (dalej „SWZ”) wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 1:

Czy w pakiecie nr 4 pkt II Zamawiający dopuści cement kostny o pojemności 10 ml, zamiast 8 ml? Pozostałe parametry zgodne z wymaganiami Zamawiającego.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2:

CZĘŚĆ NR 5 – Śruby kaniulowane do chirurgii stopy poz. 1

Czy Zamawiający w poz. 1 dopuści alternatywne rozwiązanie: Śruba tytanowa, kaniulowana, kompresyjna, samowiercząca, typu Herberta, średnica 2.3 mm; dł. 10-30mm, z długim oraz z krótkim gwintem; skok co 2 mm, pod druty Kirschnera 0.8 mm. Produkt sterylony.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 3:

CZĘŚĆ NR 5 – Śruby kaniulowane do chirurgii stopy poz. 2

Czy Zamawiający w poz. 2 dopuści alternatywne rozwiązanie: Śruba tytanowa, kaniulowana, kompresyjna, samowiercząca, typu Herberta, średnica 2.9 mm; dł. 10-34mm, z długim oraz z krótkim gwintem; skok co 2 mm, pod druty Kirschnera 1.0 mm. Produkt sterylony.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 4:

Czy Zamawiający w Części nr 17 poz. 5 dopuści możliwość zaferowania gwoździ długich o długości od 300 do 440 mm?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 5:

Czy Zamawiający w Części nr 17 poz. 6 dopuści możliwość zaferowania gwoździa śródszpikowego blokowanego do kości ramiennej tytanowego z możliwością rekonstrukcji nasady bliższej i blokowaniem wielopłaszczyznowym wkrętami 4,5 i 5,0mm, długość od 150 do 250mm, średnice od 6 do 9mm?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 6:

Czy Zamawiający w Części nr 17 poz. 13 dopuści możliwość zaferowania pinów antyrotacyjnych o średnicy 4,0mm lub wkrętów derotacyjnych o średnicy 6,5 mm?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 7:

Czy Zamawiający w Części nr 17 poz. 15 dopuści możliwość zaoferowania wkrętów blokujących z mocowaniem sześciokątnym zamiast torx?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 8:

Czy Zamawiający w Części nr 17 poz. 16 dopuści możliwość zaoferowania wkrętów blokujących do gwoździ śródszpikowych do przedramienia o średnicy: 2,7mm; 3,5mm i 2,7/2,0mm?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 9:

Część nr 11

Czy Zamawiający dopuści syntetyczny preparat kośćcozastępczy do wypełniania ubytków kostnych, w postaci pasty – materiał w strzykawce gotowy do użycia bez konieczności mieszania składników, o składzie: nanocząsteczkowy hydroksyapatyt 30% (wagowo) w roztworze wodnym, osteokonduktywny, biokompatybilny, wielkość cząstek < 50nm, ulegający stopniowej resorpcji, sterylny, dostarczany w strzykawkach o objętości: 1 cm³, 3 cm³, 5 cm³?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 10:

Czy Zamawiający dookreśli w §5 ust.6, iż termin załatwienia reklamacji będzie liczony od dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem? Reklamowany towar powinien zostać przesłany Wykonawcy w celu ustosunkowania się Wykonawcy do złożonej reklamacji. Proponowany przez Państwa zapis nakłada na Wykonawcę obowiązek wymiany towaru jedynie w oparciu o przesłane zgłoszenie bez możliwości ustosunkowania się do niego.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 11:

Czy Zamawiający doda zapis w §7 ust. 1, że odstąpienie od umowy przez Zamawiającego będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy zgodnie z zawartymi w umowie postanowieniami? Obecny zapis umowy może powodować uprzywilejowanie jednej ze stron umowy co może być niezgodne z zasadami społeczno – gospodarczym określonymi w kodeksie cywilnym. W związku z powyższym koniecznym jest zmiana zapisu.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 12:

Czy Zamawiający zmieni sposób liczenia kar umownych określonych w §7 ust. 2 z za każdą godzinę zwłoki na za każdy dzień zwłoki? Przedstawione we wzorze umowy kary umowne nakładają na Wykonawcę obowiązek zapłaty zbyt wygórowanej kary umownej. Mając na uwadze przepis zawarty w projekcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącym Załącznik do SIWZ zwracamy się o zmianę wysokości zastrzeżonych kar umownych. W rozumieniu art. 484 §1 k.c. (vide: wyrok SN z 20 maja 1980 r., sygn. akt I CR 229/80, OSNC 1980/12/243). Należy pamiętać, iż zastrzeżenie kary umownej podlega kontroli ze względu na ogólne zasady dotyczące treści czynności prawnych (art. 58 k.c.), jak i zakresu swobody stron w zakresie kształtowania stosunku prawnego (art. 3531 k.c.). W konkretnych okolicznościach żądanie kary umownej może zostać uznane za sprzeczne z tymi zasadami. Zamawiający, korzystając w sposób nieuprawniony ze swojej silniejszej pozycji w ramach postępowania, narzuca treść umowy (w odniesieniu do wysokości kar umownych) w sposób sprzeczny z przeznaczeniem swojego prawa, dlatego takie działanie

nie może korzystać z ochrony prawa. Biorąc pod uwagę powyższe zmiana kar umownych jest w pełni uzasadniona.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 13:

Dotyczy pakietu nr 7

Część: ENDOPROTEZA BEZCEMENTOWA STAWU BIODROWEGO Z TRZPIENIEM STANDARDOWYM, pkt. 1.

Czy zamawiający dopuści: Trzpień w minimum 10 rozmiarach i 3 wersjach: standardowej, lateralizowanej CoxaVara. Trzpień prosty, stożkowy w jednej płaszczyźnie, z rowkami podłużnymi i poprzecznymi na powierzchniach bocznych, pokryty warstwą HA na całej długości. Część proksymalna polerowana. Szyjka przewężona redukująca możliwość konfliktu szyjkowo-panewkowego. Stożek trzpienia 12/14. Wymiennie trzpień o kącie szyjkowo trzonowym 127° i 133° w minimum 13 rozmiarach i 2 wersjach: standardowej, lateralizowanej każdy. Trzpień prosty, stożkowy w jednej płaszczyźnie, z rowkami podłużnymi i poprzecznymi na powierzchniach bocznych, pokryty warstwą HA na całej długości. Część proksymalna oraz dystalny koniec polerowany. Stożek trzpienia 12/14 i 2 opcjach offsetu lateralnego. Stożek trzpienia w standardzie Eurokonus tzw. 12/14.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

KIEROWNIK
Działu Zakupów i Zamówień Publicznych
Piotr Feszak