



„Pro-Medica” w Elku Sp. z o.o.
19-300 Elk, ul. Baranki 24,
tel. 87 620-95-71 wew. 51 - Automatyczna Centrala
tel. 87 621-96-20 - Sekretariat, Zarząd Spółki

Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych
tel. 87 620-95-93
tel. 87 620-95-76
tel. 87 620-96-26

e-mail: zaopatrzenie-pm@elk.com.pl
e-mail: przetargi@promedica.elk.pl
www.promedica.elk.com.pl

Odpowiedź na Zapytanie 4

Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z / 1166 /2022

Data: 21.03.2022r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na „Dostawę rękawic chirurgicznych na potrzeby „Pro-Medica” w Elku Sp. z o. o. Znak Sprawy: 1042 / 2022

Na podstawie art. 284 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

PYTANIE nr 1 dot. Pakietu 1 poz. 1 - Załącznik nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji rękawic chirurgicznych teksturowanych, mankiet rękawic rolowany (bez dodatkowych wzmocnień). Sterylizacja EO (tlenkiem etylenu). Rozmiar rękawic tłoczony na grzbiecie rękawicy. Zgodność rękawic z normami: EN 455, EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 374-4, EN ISO 374-5, EN 16523-1 oraz EN ISO 15223. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE nr 2 dot. Pakietu 1 poz. 2 - Załącznik nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji rękawic chirurgicznych teksturowanych, mankiet rękawic rolowany (bez dodatkowych wzmocnień). Sterylizacja EO (tlenkiem etylenu). Rozmiar rękawic tłoczony na grzbiecie rękawicy. Zgodność rękawic z normami: EN 455, EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 374-4, EN ISO 374-5, EN 16523-1 oraz EN ISO 15223. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE nr 3 dot. Pakietu 1 poz. 3 - Załącznik nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji rękawic chirurgicznych dostępnych w rozmiarach: S – tj. odpowiednik 6,5; M – tj. odpowiednik 7,5 oraz L – tj. odpowiednik 7,5. Wykonawca przedłoży próbki rękawic w rozmiarze M – tj. odpowiednik 7,5. Zgodność rękawic z normami: EN 455, EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 374-4, EN ISO 374-5, EN 16523- 1 oraz EN ISO 15223. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.



PYTANIE nr 4 dot. Pakietu 1 poz. 4 - Załącznik nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji rękawic chirurgicznych teksturowanych, posiadających grubość na palcu 0,20-0,21 mm. Zgodność rękawic z normami: EN 455, EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 374-4, EN ISO 374-5, EN 16523-1 oraz EN ISO 15223. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE nr 5 dot. Pakietu 2 poz. 1 - Załącznik nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji rękawic chirurgicznych teksturowanych, mankiet rękawic rolowany (bez dodatkowych wzmocnień). Zgodność rękawic z normami: EN 455, EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 374-4, EN ISO 374-5, EN 16523-1 oraz EN ISO 15223. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

PYTANIE nr 6 dot. Pakietu 2 poz. 2 - Załącznik nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji rękawic chirurgicznych teksturowanych, mankiet rękawic rolowany (bez dodatkowych wzmocnień). Sterylizacja EO (tlenkiem etylenu). Zgodność rękawic z normami: EN 455, EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 374-4, EN ISO 374-5, EN 16523-1 oraz EN ISO 15223. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga..

PYTANIE nr 7 dot. Pakietu 1 poz. 1-2 , Pakietu 2 poz. 1-2, - Załącznik nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość przedłożenia próbek, tj. 1 opakowania zbiorczego rękawic zawierającego 50 par, które będzie służyło do oceny zarówno Pakietu nr 1 poz. 1, jak i Pakietu nr 2 poz. 1 (Wykonawca zamierza zaoferować taką samą rękawicę dla tych pozycji); oraz 1 opakowania zbiorczego rękawic zawierającego 50 par, które będzie służyło do oceny zarówno Pakietu nr 1 poz. 2, jak i Pakietu nr 2 poz. 2 (Wykonawca zamierza zaoferować taką samą rękawicę da tych pozycji).

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, ale nie wymaga.

PYTANIE nr 8 dot. Załącznika nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dokonanie modyfikacji Formularza asortymentowo- cenowego. Zamawiający dla Pakietu nr 2 nie wprowadził kolumny „RAZEM” do zsumowania wartości pozycji nr 1 oraz pozycji nr 2 w Pakiecie nr 2. Prosimy zatem o poprawienie załącznika.

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje Modyfikacji nr 1 z dn. 21.03.2022 r. Załącznika nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy.

PYTANIE nr 9 dot. Specyfikacji Warunków Zamówienia

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmianę terminu składania ofert o min. 2 dni. Umożliwi to złożenie wymaganych próbek w terminie.

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert i publikuje dn. 21.03.2022 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz Modyfikację nr 1 Specyfikacji Warunków Zamówienia.

PYTANIE nr 10 dot. Załącznika nr 4 do SWZ Projektowane postanowienia umowy

Wnosimy o modyfikację § 5 ust. 1 projektu umowy poprzez obniżenie przewidzianych nim kar umownych do wysokości:

- a) 0,5% wartości zamówionego a niedostarczonego towaru za każdy dzień roboczy zwłoki w lit. a);
- b) 5% wartości niezrealizowanej części umowy w lit. c).

UZASADNIENIE: Podkreślamy, że obecne postanowienia projektu umowy dotyczące kar umownych kształtują kary umowne na rażąco wygórowanym poziomie, co może prowadzić do naruszenia art. 353(1) ustawy z dnia 23



kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 2018 poz. 1025, ze zm., dalej jako: „Kodeks cywilny”) oraz art. 484 § 2 i art. 5 Kodeksu cywilnego w zw. z art. 8 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019, ze zm.) poprzez wykorzystanie pozycji dominującej organizatora przetargu i uprzywilejowanie pozycji Zamawiającego wobec Wykonawcy, polegające na nałożeniu w SIWZ rażąco wygórowanych kar umownych na Wykonawcę.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje Modyfikacji nr 2 z dn. 21.03.2022 r. Załącznika nr 4 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy.

PYTANIE nr 11 dot. Załącznika nr 4 do SWZ Projektowane postanowienia umowy

Wnosimy o modyfikację § 5 ust. 5 projektu umowy poprzez dookreślenie iż w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, zamawiający nie może potrącić kary umownej zastrzeżonej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelności, a także nie może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy, o ile zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż będzie stosował się do przepisów Art. 15r¹ Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tj. Dz. U. z 2021 poz. 2095 ze zm.)

PYTANIE nr 12 dot. Załącznika nr 4 do SWZ Projektowane postanowienia umowy

Wnosimy o modyfikację § 10 projektu umowy poprzez dodanie ust. 8 o treści: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.” UZASADNIENIE: Zmiana zaproponowana przez Wykonawcę jest odpowiedzią na czynniki niezależne od Wykonawcy, a mające realny wpływ na cenę wyrobów dostarczanych w ramach umowy przetargowej. Należy podkreślić, że Wykonawca nie powinien być w całości i samodzielnie obciążany ryzykiem zmiany stosunków gospodarczych, a tym samym zobowiązany do realizowania umowy po rażąco niskich cenach.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, pozostawia zapisy bez zmian.

Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia w ofercie treści udzielonych odpowiedzi i dokonanych zmian, stanowią one bowiem integralną część SWZ.

Z poważaniem

