



Uczestnicy postępowania

dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu dla oddziału kardiologii, sprawa ZP 47/24

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dn. 11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2023r. poz. 1605 ze zm.) oraz w związku z pytaniami dotyczącymi przedmiotowego postępowania Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

1. *Pakiet 21 Kołdra grzewcza. Prosimy o dopuszczenie koców o następujących parametrach:*
 - zapewniają równomierny przepływ powietrza w celu skutecznego ogrzania pacjenta
 - wykonane z miękkiej tkaniny
 - strona pacjenta - kolor biały, zewnętrzna - żółty
 - unikalny mikroporowaty materiał koców od strony pacjenta zapewnia optymalne przenikanie powietrza
 - mocny materiał dwuwarstwowy PP (Polipropylen) laminowany PE (Polietylen)
 - odporne na płyny
 - brak zawartości lateksu
 - uniwersalny port węża dostosowany do współpracy z większością popularnych ogrzewaczy konwekcyjnych m.in. Bair Hugger (system mocowania typu rzep)**Wyjaśnienia: Zamawiający wyraża zgodę.**
2. *Pakiet 21 Kołdra grzewcza Prosimy o dopuszczenie następujących rodzajów kołderek: - na całe ciało dla pacjenta dorosłego (195 x 100 cm), waga koca 195g*
Wyjaśnienia: Zamawiający wyraża zgodę.
3. *Pakiet 21 Kołdra grzewcza. Prosimy o odstąpienie od wymogu posiadania plastrów do przyklejenia koca*
Wyjaśnienia: Zamawiający wyraża zgodę.
4. *Wnosimy o dopuszczenie w Pakiecie nr 12 zestawu do drenażu klatki piersiowej, posiadającego komorę zbior. 2000ml. ze skalą pediatryczną od 0 do 100 ml co 1 ml, od 100 do 210 co 2 ml, od 210 do 2000 co 10 ml, z suchą zastawką, wydzieloną mechaniczną komorą regulacji podciśnienia, z możliwością nastawienia siły ssania w zakresie od 10 do 40 mm H₂O za pomocą mechanicznego suwaka; możliwością regulacji podciśnienia w dowolnym momencie pracy zestawu bez konieczności rozłączania układu; automatyczną zastawką zabezpieczającą przed wzrostem ciśnienia w drenowanych jamach w kierunku dodatnim; automatycznym odbarczaniem wysokiego ujemnego podciśnienia w opłucnej z dodatkową zastawką manualną, port bezigłowy do komory zastawki badania przecieku opłucnowego, port bezigłowy na drenie do pobierania próbek; optyczny wskaźnik poprawnego działania źródła ssania; z komorami zawierającymi barwnik umożliwiający łatwy odczyt poziomów płynów; wyposażony w przycisk do wyrównania ciśnienia z filtrem przeciwwakażeniowym; wyposażony w miernik przecieku doopłucnowego; drenaż pracujący bezgłośnie; z półprzezroczystym, samouszczelniającym się drenem z antyzatłamaniovym zabezpieczeniem, z możliwością jego rozłączenia, np. w przypadku wymiany zestawu u pacjenta; zestaw z wysuwaną podstawką i haczykami do powieszenia; w zestawie strzykawka ze sterylną wodą do wypełnienia komory badania przecieku opłucnowego; wysokość min. 35cm, sterylny, pakowany w podwójny papier i folię.*
Wyjaśnienia: Zamawiający wyraża zgodę.
5. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 12 zestawu do drenażu klatki piersiowej, posiadający





komorę zbior. 2300ml. ze skalą pediatryczną od 0 do 100 ml co 1 ml, od 100 do 250 co 5 ml, od 250 co 10 ml, z wodnym uszczelnieniem i suchym regulatorem ssania (aktywnego i grawitacyjnego z zastawką wodną); możliwością regulacji podciśnienia w dowolnym momencie pracy zestawu bez konieczności rozłączania układu; automatyczną zastawką zabezpieczającą przed wzrostem ciśnienia w drenowanych jamach w kierunku dodatnim; automatycznym odbarczaniem wysokiego ujemnego podciśnienia w opłucnej z dodatkową zastawką manualną, port igłowy do komory zastawki wodnej, port igłowy do pobierania próbek; optyczny wskaźnik poprawnego działania źródła ssania; z komorami zawierającymi barwnik umożliwiający łatwy odczyt poziomów płynów; wyposażony w przycisk do wyrównania ciśnienia z filtrem przeciwwakażeniowym; wyposażony w miernik przecieku doopłucnowego; drenaż pracujący bezgłośnie; w całości z półprzeźroczystym, samouszczelniającym się drenem z antyzłamaniovym zabezpieczeniem, z możliwością jego rozłączenia np w przypadku wymiany zestawu u pacjenta; zestaw z wysuwaną podstawką i haczykami do powieszenia; wysokość min. 35cm, sterylny, pakowany w podwójny papier i folię.

Wyjaśnienia: Zamawiający wyraża zgodę.

6. *Pakiet 3 Łaty naczyniowe. Czy Zamawiający dopuści: Łata naczyniowa, dziana, podwójnie welurowana, impregnowana bezaldehydowo wchłaniającą, zmodyfikowaną żelatyną, zerowa porowatość, przepuszczalność cieczy 0 ml/min. - nieprzepuszczalna dla płynów, niska trombogenność, zapewnia zminimalizowany przeciek na linii szwu, doskonała biokompatybilność w procesie gojenia, zakres rozmiarów: 1 x 9 cm, 2 x 9 cm, 3 x 4 cm ?*

Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.

7. *Pakiet nr 26 poz. 1. Czy zamawiający wyraża zgodę na wielorazowe zaciski naczyniowe typu buldog długość całkowita 38mm lub 48mm? Czy zamawiający woli zaciski proste czy zagięte?*

Wyjaśnienia: Zamawiający wyraża zgodę, preferuje zaciski zagięte.

8. *Pakiet nr 27 poz. 1. Czy zamawiający wyraża zgodę na igłę kulową wielorazowego użytku o wymiarach 1mm x 60mm lub 2mm x 80mm?*

Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.

9. *1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 9 ust. 1:*

1. Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania warunków umowy obowiązywać je będzie odszkodowanie w formie kar umownych, z następujących tytułów oraz w następującej wysokości:

*3) 0,5% wartości **zamówienia** netto, w przypadku odmowy przyjęcia zamówienia przez Wykonawcę, wstrzymania dostawy towaru lub dokonania nie uzgodnionej podmiany asortymentu zamówionego towaru,*

*4) 10% wartości **niezrealizowanej części** umowy netto, gdy nastąpi odstąpienie od umowy/rozwiązanie z winy Wykonawcy,*

8) 0,5% wartości umowy netto, o której mowa w § 2 ust. 1 umowy, w przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień dotyczących ochrony danych osobowych, o których mowa w §6.

Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.

10. *Dotyczy §3 ust 3 Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od dostarczania faktury wraz z dostawą , wraz z towarem dołączona jest WZ , fakturę dostarczymy niezwłocznie na adres Zamawiającego*

Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ. Zamawiający zwraca uwagę, że dopuszcza wystawianie faktur elektronicznych.

11. *Dotyczy §10 ust. 1 pkt. 4 i 5 wzoru umowy. Zwracamy się z prośbą o naliczanie kary od niezrealizowanej wartości umowy netto.*

Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.





12. Dotyczy §10 ust. 1 pkt. 7 wzoru umowy: Zwracamy się z prośbą o obniżenie wysokości kary do 20 zł za każdy dzień zwłoki.
Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.
13. Dotyczy §10 ust. 5 projektowanych postanowień umowy: Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zmniejszenie łącznej maksymalnej wysokości kar umownych do 20% wartości umowy bez VAT.
Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.
14. Zwracam się z prośbą do zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 15 poz. 1 (Zestaw do zabiegów kardiochirurgicznych) poz. 4 fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny typu spunlace o gramaturze 68g/m² i właściwościach hydrofobowych. Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach (złożenie typu book folded). Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep, mankiety o długości 9cm (+ 0,5cm), wykonane z poliestru. Oznakowanie rozmiaru w postaci wszywki lub nadruku umieszczonej na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Rozmiar fartucha „L”. W centymetrach jego długość 130cm (+/- 3cm)
Wyjaśnienia: Zamawiający wyraża zgodę.
15. Zwracam się z prośbą do zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 15 poz. 1 (Zestaw do zabiegów kardiochirurgicznych) poz. 5) 2x fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny typu spunlace o gramaturze 68g/m² i właściwościach hydrofobowych. Fartuch posiada nieprzemakalne wzmocnienia wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Wzmocnienia znajdują się w części przedniej i na rękawach. Gramatura wzmocnienia 40g/m². Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach (złożenie typu book folded). Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep, mankiety o długości 9cm (+/- 0,5cm), wykonane z poliestru. Oznakowanie rozmiaru w postaci wszywki lub nadruku umieszczonej na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Rozmiar fartucha XXL lub w centymetrach oznaczających jego długość 160cm (+/- 3cm)
Wyjaśnienia: Zamawiający wyraża zgodę.
16. Zwracam się z prośbą do zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 15 poz. 1 (Zestaw do zabiegów kardiochirurgicznych) poz.30) 2 x pokrowiec na stopy typu bucik 25x35 cm z laminatu
Wyjaśnienia: Zamawiający wyraża zgodę.
17. Zwracam się z prośbą do zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 15 poz. 1 (Zestaw do zabiegów kardiochirurgicznych) poz. 33) 1 x serweta główna wzmocniona do chirurgii naczyniowo-sercowej w kształcie litery "T" 300/225cm x 370cm z otworem min . 35cm x 40cm wypełnionym folią operacyjną , z dwoma zintegrowanymi foliowymi 2-komorowymi kieszeniami na narzędzia po obu stronach otworu oraz dwoma dodatkowymi foliowymi 1-komorowymi kieszeniami na narzędzia umieszczonymi w obrębie ekranu anestezjologicznego i 4 uchwytami do mocowania przewodów i drenów typu rzep. Serweta wykonana z laminatu 2-warstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa Gramatura laminatu podstawowego 59g/2, odporność na przenikanie cieczy min. 202 H₂O. Wokół pola operacyjnego tąta chłonna wykonana z trójwarstwowego laminatu . Całkowita gramatura laminatu podstawowego i taty chłonnej min. 163g/m². Odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej min. 990 cm H₂O.
Wyjaśnienia: Zamawiający wyraża zgodę.
18. Zwracam się z prośbą do zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 15 poz. 1 (Zestaw do zabiegów kardiochirurgicznych) poz.29) 1 x samoprzylepna serweta operacyjna 90x100 wykonana z chłonnego laminatu 2-warstwowego Gramatura laminatu podstawowego 55g/m².
Wyjaśnienia: Zamawiający wyraża zgodę.





19. Zwracam się z prośbą do zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 15 poz. 1 (Zestaw do zabiegów kardiochirurgicznych) poz. 9) dren Ch 25 o długości 350cm.

Wyjaśnienia: Zamawiający wyraża zgodę.

20. Zwracam się z prośbą do zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 15 poz. 2 (Zestaw do zabiegów kardiochirurgicznych-hybryda) poz. 1) 1 x serweta na stolik instrumentalny 150cm x 190cm wykonana z laminatu , pokryta dodatkową chłonną włókniną o wymiarach 65x190 cm, która służy, jako owinięcie zestawu, z przylepcem 5x5cm w części centralnej. Całkowita gramatura w strefie wzmocnienia 139 g/m².

Wyjaśnienia: Zamawiający wyraża zgodę.

21. Zwracam się z prośbą do zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 70 poz. 2 (Zestaw do zabiegów kardiochirurgicznych-hybryda) poz.3) fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny typu spunlace o gramaturze 68/m² i właściwościach hydrofobowych. Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach (złożenie typu book folded). Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep mankiety o długości 9 cm (+/- 2cm), wykonane z poliestru. Oznakowanie rozmiaru w postaci wszywki lub nadruku umieszczonej na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Rozmiar fartucha L lub w centymetrach oznaczających jego długość 130cm (+/- 3cm)

Wyjaśnienia: Zamawiający wyraża zgodę.

22. Zwracam się z prośbą do zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 15 poz. 2 (Zestaw do zabiegów kardiochirurgicznych-hybryda) poz 5) 3 x fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny typu spunlace o gramaturze 68 g/m² i właściwościach hydrofobowych. Fartuch posiada nieprzemakalne wzmocnienia wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Wzmocnienia znajdują się w części przedniej i na rękawach. Gramatura wzmocnienia min. 28g/m². Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach (złożenie typu book folded). Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep, mankiety o długości 9cm (+/- 0,5cm), wykonane z poliestru. Oznakowanie rozmiaru w wszywki lub nadruku umieszczonej na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Rozmiar fartucha XXL w centymetrach oznaczających jego długość 160cm (+/- 3cm)

Wyjaśnienia: Zamawiający wyraża zgodę.

23. Zwracam się z prośbą do zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 15 poz poz. 1 Zestaw do zabiegów kardiochirurgicznych) poz. 25) 5 x serweta wykonana z gazy bawełnianej, 8-warstwowa, 45cm x 45cm z tasiemką i elementem kontrastującym w promieniach RTG, kolor biały.

Wyjaśnienia: Zamawiający wyraża zgodę.

24. Zwracam się z prośbą do zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 15 poz poz. 1 (Zestaw do zabiegów kardiochirurgicznych) poz 18) 2 x seton gazowy 6cm x 2m z nitką RTG.

Wyjaśnienia: Zamawiający wyraża zgodę.

25. Zwracam się z prośbą do zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 15 poz. 2 (Zestaw do zabiegów kardiochirurgicznych-hybryda) poz.3) fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny typu spunlace o gramaturze 68/m² i właściwościach hydrofobowych. Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach (złożenie typu book folded). Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep mankiety o długości 9 cm (+/- 2cm), wykonane z poliestru. Oznakowanie rozmiaru w postaci wszywki lub nadruku umieszczonej na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Rozmiar fartucha L lub w centymetrach oznaczających jego długość 130cm (+/- 3cm).

Wyjaśnienia: Zamawiający wyraża zgodę.





26. Czy Zamawiający w Pakiecie 12 dopuści zestaw do drenażu klatki piersiowej trzykomorowy, sterylny, posiadający wydzieloną komorę zastawki podwodnej z barwnikiem, komorę na wydzielinę o pojemności 2100 ml wyskalowaną co 5ml w zakresie 0-250ml i co 10ml do 2100ml, wydzieloną wodną komorę regulacji siły ssania z barwnikiem, posiadający automatyczną zastawkę zabezpieczającą przed wysokim dodatnim ciśnieniem oraz mechaniczną zastawkę zabezpieczającą przed wysokim ciśnieniem ujemnym. Zestaw z samouszczelniającym portem bezigłowym do pobierania próbek drenowanego płynu z dołączoną strzykawką 60ml do wypełnienia zastawki wodnej oraz komory regulacji siły ssania. Zestaw o budowie kompaktowej, wysokości 25cm, z uchwytem umożliwiającym przenoszenie lub powieszenie. Dren łączący bezłateksowy zabezpieczony przed zagięciem, z możliwością odłączenia.
Wyjaśnienia: Zamawiający wyraża zgodę.
27. Czy Zamawiający w Pakiecie 12 oczekuje, aby zestaw do drenażu klatki piersiowej posiadał stabilną podstawę, która nie wymaga konieczności montowania lub wysuwania dodatkowych elementów stabilizujących (co wpływa na ergonomię zestawu i ponadto skraca czas podłączenia gotowego zestawu do pacjenta)?
Wyjaśnienia: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.
28. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie, w pakiecie nr 11, hemokoncentratora z zestawem drenów, który posiada:
- membranę z polietersulfonu, który ma lepsze właściwości fizyko – chemiczne od polisulfonu. Wykonawca posiada publikację na ten temat.
- Powierzchnia membrany wynosi 0,7 m². Oferowana membrana jest wysokoprzepływową (high flux) i posiada wysokie parametry wydajnościowe. Ilość przesącza przy maksymalnym ciśnieniu wynosi 317 ml/min. Membrana jest przeznaczona do wszystkich rodzajów terapii nerkozastępczych
- zakres przepływu krwi w przedziale pomiędzy 30 – 300 ml
- płukanie jednokierunkowe, kierunek przepływu krwi jest oznaczony na kolumnie hemofiltera
- dren tętniczy zakończony nakrętką białą, a dren żylny nakrętką niebieską, ale kierunek przepływu jest oznaczony także na drenach w postaci strzałek oraz kolorów: dla drenu tętniczego – czerwony, dla drenu żylnego – niebieski. Prosimy o wyrażenie zgody.
Wyjaśnienia: Zamawiający wyraża zgodę.
29. Pakiet 20, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści serwetę o gramaturze 60g/m²?
Wyjaśnienia: Zamawiający wyraża zgodę.
30. Pakiet 20, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści serwety pakowane do transportu w worek foliowy oraz karton zewnętrzny transportowy?
Wyjaśnienia: Zamawiający wyraża zgodę.
31. Pakiet 20, pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści zarękawek 50 cm, wykonany z włókniny SMS 35g/m² oraz dwuwarstwowego laminatu: polipropylen + folia PE 40g/m², o gramaturze 75g/m², zakończony mankietem z dziany o dł. 8 cm. Sterylizacja radiacyjna, 4 etykiety do dokumentacji?
Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.
32. Pakiet 20, pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści kieszeń dwukomorową 30 x 40 cm (lewa kieszeń 15 x 30, prawa 25 x 30cm), z taśmą samoprzylepną 5 x 40 cm, ze sztywnikiem do kształtowania otworu kieszeni, sterylizowania radiacyjnie?
Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.
33. Pakiet 20, pozycja 3 – Czy Zamawiający odstąpi od wymogów zgodności z normą PN-EN 13795 dla ww. pozycji? Uzasadnienie –norma PN-EN 13795 ma zastosowanie w przypadku wyrobów włókienniczych, natomiast przedmiotowe kieszenie wykonane są z folii PE.





Wyjaśnienia: Zamawiający wyraża zgodę.

34. *Pakiet 20, pozycja 4 – Czy Zamawiający dopuści czepek w formie furażerki z trokami do umocowania. Wykonany w całości z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m² zapewniającej doskonałą oddychalność i komfort noszenia, wysokość czepka z przodu 20,5 cm +/- 1cm. Wysokość części przedniej umożliwiająca wywiniecie i utworzenie dodatkowej warstwy stanowiącej zabezpieczenie przed potem. Wymiary denka 29 cm x 12 cm +/- 1cm. Szerokość troków 4 cm +/- 0,5 cm, dł. troków 19 cm.*

Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.

35. *Pakiet 20, pozycja 4, 5 – Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op. a'100 szt z przeliczeniem ilości?*

Wyjaśnienia: Zamawiający wyraża zgodę.

36. *Pakiet 20, pozycja 6 – Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op. a'50 szt z przeliczeniem zamawianych ilości?*

Wyjaśnienia: Zamawiający wyraża zgodę.

37. *Pakiet 20, pozycja 6 – Czy Zamawiający dopuści maskę o ciśnieniu różnicowym 34,67Pa/cm²?*

Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.

38. *Pakiet 20, pozycja 6 – Czy Zamawiający dopuści maskę z trzech warstw niepylącej włókniny (25 g/m²+ 25 g/m²+ 25 g/m²) o wymiarach 17,5 x 9,5 cm, w kolorze zielonym?*

Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.

Z poważaniem

Z upoważnienia Dyrektora
KIEROWNIK DZIAŁU
ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH
mgr Paweł Lapiński

