



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ  
ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W PRZASNYSZU**



06-300 Przasnysz, ul. Sadowa 9, centrala tel. 29 753 43 00, sekretariat 29 753 43 18, fax 29 753 43 80

NIP 761-13-33-881

REGON 000302480

BDO: 000110316

www.szpitalprzasnysz.pl

sekretariat@szpitalprzasnysz.pl

SPZZOZ.ZP/54/2024

Przasnysz, dnia 23.12.2024 r

**Do wszystkich,  
którzy pobrali SWZ**

Dotyczy: postępowania na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla SPZZOZ w Przasnysz.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnysz udziela odpowiedzi na zapytania:

**Pyt. 1**

**Czy Zamawiający w Pakiecie 3 w pozycji 1 dopuści sterylną rurkę tracheostomijną z mankietem typu Soft-Seal (bez regulacji położenia kołnierza), z termoplastycznego PCW, widoczną w RTG, z elastycznym kołnierzem, z samoblokującym się mandrynem z otworem na prowadnicę Seldingera, z wbudowanym drenem do odsysania znad mankieta. Rurka z regulacją kołnierza jest wskazana w pozycji 7 pakietu.**

*Odp. Zamawiający dopuszcza.*

**Pyt. 2**

**Czy Zamawiający w Pakiecie 3 w pozycji 1 dopuści sterylną rurkę tracheostomijną z regulowanym położeniem kołnierza, z termoplastycznego PCW i silikonowaną, ze standardowym mankietem niskociśnieniowym, balonik kontrolny z rozmiarem rurki, linia Rtg na całej długości rurki, przezroczysty kołnierz, w zestawie tasiemki mocujące.**

*Odp. Zamawiający dopuszcza.*

**Pyt. 3**

**Czy Zamawiający w Pakiecie 3 w pozycji 2 dopuści prowadnicę o długości 67,3 cm lub 69,3 cm (do wyboru przez Zamawiającego); spełniającą pozostałe wymagania SWZ.**

*Odp. Zamawiający dopuszcza.*

**Pyt. 4**

**Czy Zamawiający w Pakiecie 3 w pozycji 9 dopuści dren z trokarem tępym posiadający otwory ssące boczne (bez otworu końcowego tj. z zamkniętym zakończeniem); spełniający pozostałe wymagania SWZ.**

*Odp. Zamawiający dopuszcza.*

**Pyt. 5**

**Czy Zamawiający w Pakiecie 3 w pozycji 13 dopuści zestaw do punkcji i drenażu jamy opłucnowej i otrzewnej metodą Seldingera o składzie: bezpieczna igła Veressa ograniczająca ryzyko omyłkowego nakłucia płuca (poprzez sygnalizację za pomocą zielonego wskaźnika momentu wejścia do jamy opłucnowej/otrzewnej) i pozwalającej na wprowadzenie prowadnicy Seldingera; przezskórny cewnik prosty 9CH lub 12CH (do**

wyboru) z poliuretanu, widoczny w RTG, z możliwością utrzymania w pacjencie do 29 dni, zakończony układem z automatycznymi zastawkami jednokierunkowymi i posiadający możliwość przełączenia w tryb drenażu z pominięciem zastawek (możliwość drenażu grawitacyjnego, drenażu z podłączeniem mieszek niskociśnieniowych etc.); prowadnica Seldingera pozwalająca na precyzyjną kontrolę przy pozycjonowaniu cewnika; strzykawka luer lock 30 ml, worek do drenażu 2000 ml z kranikiem spustowym i zaworem odpowietrzającym; skalpel; łącznik luer-lock/stożkowy do systemu drenażowego, linia do przedłużenia cewnika o długości 50 cm (montowana pomiędzy układem zastawek, a cewnikiem); zacisk nożyczkowy; mocowanie cewnika do skóry pacjenta (do przyszycia). Zestaw jednorazowy, sterylny, zapakowany na tace (blister).

*Odp. Zamawiający dopuszcza.*

**Pyt. 6**

**Czy Zamawiający w Pakiecie 3 w pozycji 18 dopuści zestaw bez płynu do wstępnego wypełnienia; zestaw spełniający pozostałe wymagania SWZ.**

*Odp. Zamawiający dopuszcza.*

**Pyt. 7**

**Dotyczy pakietu nr 3:**

**Czy Zamawiający w pozycji 10 dopuści precyzyjny regulator przepływu – przyrząd do precyzyjnego podawania płynów infuzyjnych i lipidów, z regulacją prędkości przepływu w zależności od gęstości roztworu w zakresie 5-250ml/h dla 10% i 5-150ml/h dla 20% (podwójna skala liczbowa)?**

*Odp. Zamawiający dopuszcza.*

**Pyt. 8**

**dotyczy pakietu nr 1 poz. 1**

**Prosimy o dopuszczenie noża Crescent ostrzonego od góry o rozmiarze 1,6 lub 2,2 mm.**

*Odp. Zamawiający nie dopuszcza.*


**Pyt. 9**

**dotyczy pakietu nr 3 poz. 2**

**Prosimy o dopuszczenie noża MVR 20G, ostrze zakrzywione pod kątem 45°.**

*Odp. Zamawiający nie dopuszcza.*

Z poważaniem

  
Z-ca Dyrektora ds. medycznych  
Dr. hab. n. med. Andrzej Kus  
Szpital Główny Chirurgii Ogólnej  
Specjalista Medycyny Ratunkowej