





WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU

AL. LEGIONÓW 10, 41902 BYTOM

NIP: 626-25-10-567, REGON: 000296271

 32 281 02 71
32 396 51 00

 32 396 45 09

 SZPITAL@SZPITAL4.BYTOM.PL

Bytom, dnia 28.08.2024 r.

DZP-37/2024

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn. Zakup przystawki do koagulacji argonowej, noża harmonicznego oraz defibrylatorów na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu

Zamawiający informuje, iż w toku prowadzonego postępowania wpłynęły pytania dotyczące przedmiotowego postępowania, których treść wraz z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego zamieszczamy poniżej.

Pytanie nr 1 – dot. Załącznika nr 1B do SWZ, Pakiet 1, pkt. 3-13 oraz 43-53 (Przystawka do koagulacji argonowej)

Prosimy o doprecyzowanie czy nie doszło do omyłki pisarskiej i opis przedmiotu zamówienia zawarty w pozycjach nr 3-13 nie został powielony jako wyposażenie w pozycjach nr 43-53 tabeli?

Odp.: Tak, Zamawiający informuje, iż jest to omyłka pisarska. Jednocześnie informuje, iż w zakresie pakietu nr 1 usuwa punkty 43-53. W załączeniu zmodyfikowany Załącznik Nr 1 B do SWZ (dot. Pakietu nr 1), w tym zakresie.

Pytanie nr 2 – dot. Załącznika nr 1B do SWZ, Pakiet 1, pkt. 65 (Przystawka do koagulacji argonowej)

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do postępowania możliwości naprawy sprzętu do 21 dni ze względu na konieczność sprowadzenia ewentualnych części zamiennych lub w najgorszym przypadku konieczność wysłania urządzenia do fabryki do Niemiec.

Jednocześnie wykonawca zobowiązuje się do wstawienia aparatu zastępczego na czas naprawy uszkodzonego, celem zapewnienia płynności pracy Zamawiającego, jeśli naprawa będzie przekraczała 5 dni, zgodnie z zapisami SWZ.

Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe i wydłuża czas naprawy do 21 dni. Jednocześnie informuje o modyfikacji zapisu pkt 65 Załącznika Nr 1 B do SWZ (dot. Pakietu nr 1), w załączeniu zmodyfikowany załącznik w tym zakresie.

Pytanie nr 3 – dot. Załącznika nr 1B do SWZ, Pakiet 3, pkt. 3 – Defibrylatory – 6 szt

Czy Zamawiający dopuści do przetargu defibrylator o masie 7,2 kg?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 4 – dot. Załącznika nr 1B do SWZ, Pakiet 3, pkt. 4 - Defibrylatory – 6 szt

Czy Zamawiający dopuści do przetargu defibrylator odporny na zalanie wodą – IPX4?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo
Śląskie

Pytanie nr 5 – dot. Załącznika nr 1B do SWZ, Pakiet 3, pkt. 15 - Defibrylatory – 6 szt

Czy Zamawiający dopuści do przetargu defibrylator z możliwością wykonania pełnego autotestu przy podłączeniu urządzenia do sieci elektrycznej oraz z możliwością ustawienia godziny wykonania autotestu w przedziale od godziny 0:00 do 5:00, z zapisem testu w archiwum?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 6 – dot. Załącznika nr 1B do SWZ, Pakiet 3, pkt. 18 - Defibrylatory – 6 szt

Czy Zamawiający dopuści do przetargu defibrylator z przesyłem danych do CMS, ale bez przesyłu raportów autotestów oraz raportów testów użytkownika?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 7 – dot. Załącznika nr 1B do SWZ, Pakiet 3, pkt. 20 - Defibrylatory – 6 szt

Czy Zamawiający dopuści do przetargu defibrylator bez możliwości rozbudowy o czujnik RKO?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 8 – dot. Załącznika nr 1B do SWZ, Pakiet 3, pkt. 21 - Defibrylatory – 6 szt

Czy Zamawiający dopuści do przetargu defibrylator z kolorowym ekranem LCD typu TFT o przekątnej 8,4 cala bez zabezpieczenia hartowanym/wzmocnionym szkłem?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 9 – dot. Załącznika nr 1B do SWZ, Pakiet 3, pkt. 22 - Defibrylatory – 6 szt

Czy Zamawiający dopuści do przetargu defibrylator z kolorowym ekranem LCD o rozdzielczości 800x600 pikseli?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 10 – dot. Załącznika nr 1B do SWZ, Pakiet 3, pkt. 23 - Defibrylatory – 6 szt

Czy Zamawiający dopuści do przetargu defibrylator bez ekranu dotykowego?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 11 – dot. Załącznika nr 1B do SWZ, Pakiet 3, pkt. 29 - Defibrylatory – 6 szt

Czy Zamawiający dopuści do przetargu defibrylator pozwalający na archiwizację danych: 1000 pacjentów, 200 zdarzeń alarmowych, 160 godzin trendów (rozdzielczość 1 min.), 48 godz. ciągłego zapisu EKG, raport autotestu urządzenia?

Odp.: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 12 – dot. Załącznika nr 1B do SWZ, Pakiet 3, pkt. 36 - Defibrylatory – 6 szt

Czy Zamawiający dopuści do przetargu defibrylator z możliwością wykonania defibrylacji wewnętrznej, ale bez dostępności w chwili obecnej łyżek do defibrylacji wewnętrznej? Wspomniane akcesoria będą dostępne w niedalekiej przyszłości.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 13 – dot. Załącznika nr 1B do SWZ, Pakiet 3, pkt. 42 - Defibrylatory – 6 szt

Czy Zamawiający dopuści do przetargu defibrylator z energią defibrylacji w trybie AED dla dzieci w zakresie od 10 do 100 J?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 14 – dot. Załącznika nr 1B do SWZ, Pakiet 3, pkt. 44 - Defibrylatory – 6 szt

Czy Zamawiający dopuści do przetargu defibrylator z metronomem tylko w trybie AED?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 15 – dot. Załącznika nr 1B do SWZ, Pakiet 3, pkt. 48 - Defibrylatory – 6 szt

Czy Zamawiający dopuści do przetargu defibrylator ze wskaźnikiem impedancji kontaktu elektrod z ciałem pacjenta dostępnym tylko na ekranie defibrylatora?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 16 – dot. Załącznika nr 1B do SWZ, Pakiet 3, pkt. 52 - Defibrylatory – 6 szt

Czy Zamawiający dopuści do przetargu defibrylator bez analizy zmian odcinka QT oraz obliczania wartości QTc?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 17 – dot. Załącznika nr 1B do SWZ, Pakiet 3, pkt. 58 - Defibrylatory – 6 szt

Czy Zamawiający dopuści do przetargu defibrylator bez filtra umożliwiającego prezentację na ekranie niezakłóconego przebiegu EKG w trakcie uciskania klatki piersiowej i wstępną ocenę rytmu serca bez przerywania uciśnięć?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 18 – dot. Załącznika nr 1B do SWZ, Pakiet 3, pkt. 60 - Defibrylatory – 6 szt

Czy Zamawiający dopuści do przetargu defibrylator z zakresem pomiaru częstości oddechowej od 0-150 odd./min. z rozdzielczością 1 odd./min.?

Odp.: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 19 – dot. Załącznika nr 1B do SWZ, Pakiet 3, pkt. 65 - Defibrylatory – 6 szt

Czy Zamawiający dopuści do przetargu defibrylator z zakresem częstości stymulacji od 40 do 170 imp./min.?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 20 – dot. Załącznika nr 1B do SWZ, Pakiet 3, pkt. 66 - Defibrylatory – 6 szt

Czy Zamawiający dopuści do przetargu defibrylator bez możliwości ustawienia czasu impulsu stymulacyjnego (w standardzie 20 ms)?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 21 – dot. Załącznika nr 1B do SWZ, Pakiet 3, pkt. 68 - Defibrylatory – 6 szt

Czy Zamawiający dopuści do przetargu defibrylator z zakresem pomiaru pulsu 20-254 uderz./min z rozdzielczością 1 uderz./min.?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 22 – dot. Załącznika nr 1B do SWZ, Pakiet 3, pkt. 74 - Defibrylatory – 6 szt
XX. 74. Czy Zamawiający dopuści do przetargu defibrylator z zakresem pomiaru od 10-270 mmHg?
Odp.: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Podpisał:
DYREKTOR
Wojciech Michalik

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo
Śląskie