

Podatnik/Sprzedawca: Siemens Healthcare Sp. z o.o., ul. upnicza 11, 03-821 Warszawa

Adres wykonania usługi
4 Wojskowy Szpital Kliniczny
Z Poliklinika - S.P.Z.O.Z.
Weigla 5
PL-50-981 WROCLAW

Data 19.03.2020
Nr zlecenia 3490249765
Nr zamówienia
Kontakt
Nr Telefonu

In ynier Serwisu Paweł Mazur

Opis zgłoszenia

Przeegl d aparatu

Ogólna informacja

Urz dzenie	SOMATOM Definition	Data zgłoszenia	02.01.2020	08:41:14
Sygnatura	LAC00037	Zgłaszaj cy		
Numer urz dzenia	7740769	Nr Telefonu		
Numer seryjny	60528			
	MAR			
Kontrakt	940433775			
Opis Kontraktu				
Nr lokalizacji	060-1540000472-021	Status aparatu		

Zu ycie materiałów

Numer urz dzenia	Opis	Zu yte	Zwrot uszkodzonych
------------------	------	--------	--------------------

Czas pracy

Data	Pocz tek	Koniec	Czas trwania	Aktywno
19.03.2020	06:30:00	09:00:00	02:30:00	Czas dojazdu
19.03.2020	09:00:00	13:30:00	04:30:00	Normalny czas pracy

Dodatkowe materiały

Opis

Tekst raportu

Wykonanie przeegl du okresowego aparatu zgodnie z procedura producenta. System sprawny w zakresie wykonanych czynno ci.
Protokół i certyfikat przeegl du wysłany do lifenet.
Testy jako ci obrazowania (QA) - wyniki w tolerancji.
Wymieniono filtry w PDC A i PDC B, w komputerze IRS, szczotki EMC oraz baterie w UPS.

W przypadku usługi płatnej obci enie nast pi na podstawie cennika usług.



Raportowany czas pracy jest przy fakturowaniu zaokr glany w gór z krokiem 0,5 godziny

Praca zako czona. Uszkodzenie usuni te. Aparat pracuje.

Podatnik/Sprzedawca: Siemens Healthcare Sp. z o.o., ul. upnicza 11, 03-821 Warszawa

Data 19.03.2020
Nr zlecenia 3490249765
Nr zamówienia
Kontakt
Nr Telefonu

In ynier Serwisu Paweł Mazur

Data 19.03.2020	Podpis in ynier 	Podpis u ytkownika  Paweł Chwalisz
---------------------------	---	---