



DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM CHOROÓB PŁUC
WE WROCLAWIU
53-439 WROCLAW UL. GRABISZYŃSKA 105



Telefon centrala: (71) 334-94-00, fax: (71) 362-13-06
NIP 894-24-56-112, REGON 000294295
strona internetowa: www.dcchp.pl
e-mail: dcchp@dcchp.pl

L.Dz. DN. 1.6.14.2019

Wrocław, 26.04.2019 r.

Dotyczy: odpowiedzi na pytania do SIWZ - sprawa BZP.3810.16.2019.TP

Przedmiot zamówienia: Zakup aparatu do znieczuleń do operacji torakochirurgicznych - 1 sztuka.

Działając w imieniu Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu ul. Grabiszyńska 105, zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2009 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.). Zamawiający odpowiada na pytania dotyczące SIWZ:

Załącznik nr 2 do oferty – parametry techniczne

lp. 92

Czy Zamawiający ma na myśli pomiar temperatury głębokiej w sposób nieinwazyjny dokonywany za pomocą czujnika temperatury naklejonego na czoło pacjenta ?

Odp: Zamawiający poprawia omyłkę pisarską w lp.92 zapis powinien brzmieć: Pomiar temperatury głębokiej za pomocą czujnika temperatury (1 sztuka). Zamawiający nie określa miejsca pomiaru.

W związku z odpowiedziami na pytania do SIWZ, Zamawiający przesuwa termin składania ofert oraz wnoszenia wadium, poniżej nowy terminarz.

1. Składanie ofert elektronicznych na platformie <http://platformazakupowa.pl/pn/dcchp> do dnia **14.05.2019 roku do godziny 13:00**
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **14.05.2019r. r., o godzinie 13:30**
3. Otwarcie ofert nastąpi poprzez odszyfrowanie i upublicznienie wczytanych na Platformie Załączników (Ofert).<http://platformazakupowa.pl/pn/dcchp>

DYREKTOR CENTRUM

Andrzej Woźny