



„Pro-Medica” w Elku Sp. z o.o.
19-300 Elk, ul. Baranki 24,
tel. 87 620-95-71 wew. 51 - Automatyczna Centrala
tel. 87 621-96-20 - Sekretariat, Zarząd Spółki

Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych
tel. 87 620-95-93
tel. 87 620-95-76
tel. 87 620-96-26

e-mail: zaopatrzenie-pm@elk.com.pl
e-mail: przetargi@promedica.elk.pl
www.promedica.elk.com.pl

Odpowiedź na Zapytanie 1

Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/DZZP/ 2296 / 4189 /23

Data: 24.10.2023r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji na „Dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku na potrzeby „Pro-Medica” w Elku Sp. z o. o.” Znak Sprawy: 4138 / 2023

Na podstawie art. 284 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

PYTANIE nr 1 dot. Pakietu 6 pozycja 7

Czy Zamawiający w Pakiecie 6 w pozycji 7 dopuści rurkę intubacyjną zbrojoną, w rozmiarze 9,5; spełniającą pozostałe wymagania SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE nr 2 dot. Pakietu 6 pozycja 7

Czy Zamawiający w Pakiecie 6 w pozycji 7 dopuści rurkę intubacyjną bez zbrojenia, spełniającą pozostałe wymagania SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE nr 3 dot. Pakietu 7 pozycja 8 i 9

Czy Zamawiający w Pakiecie 7 w pozycjach 8 i 9 dopuści rurkę w rozmiarze 9,0; spełniającą pozostałe wymagania SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE nr 4 dot. Pakietu 7 pozycja 8 i 9

Czy Zamawiający w Pakiecie 7 w pozycjach 8 i 9 dopuści rurkę bez przewodu do odsysania wydzieliny z nadmankietu; spełniającą pozostałe wymagania SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia w ofercie treści udzielonych odpowiedzi i dokonanych zmian, stanowią one bowiem integralną część SWZ.

Z poważaniem