

Budowa i Wyposażenie Collegium Humanum – Centrum Badań nad Człowiekiem
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
RPWP.01.01.00-30-0009/19

L. dz. DZP- 845 /22

Poznań, dnia 31.10.2022 r.

**Wszyscy Wykonawcy
- platforma zakupowa**

Dotyczy: PN-108/22 postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na **Dostawę wraz z transportem, wniesieniem i instalacją sekwenatora Nowej Generacji oraz sprzętu do przygotowania bibliotek dla Zakładu Medycyny Sądowej oraz przeszkolenie pracowników Zamawiającego.**

W związku z pytaniami dotyczącymi prowadzonego postępowania, Zamawiający, zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) udziela odpowiedzi:

Pytanie 1. Dotyczy: SWZ pkt 6 ppkt. 6.2. oraz pkt 15.1 ppkt 1) gwarancja oraz Umowa NR DZP-.../22 §2 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie wymaganego okresu udzielanej gwarancji z 24 miesięcy do 12 miesięcy na urządzenia: termocykler, fluorometr, urządzenie do oceny jakości materiału genetycznego, separatory magnetyczne, statywy oraz zestawy urządzeń jednokanałowych i 12- kanałowych?

Urządzenia wytwarzane są przez różnych producentów, dlatego też posiadają zróżnicowane warunki gwarancji, z góry narzucone przez producentów.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 2. Dotyczy: Załącznik nr 1 SWZ Umowa NR DZP-.../22 §1 ust.6 i 8

Czy Zamawiający dopuści, że odbiór zamówienia nastąpi po dostawie, instalacji, uruchomieniu oraz przeszkoleniu personelu w zakresie obsługi asortymentu wskazanego w SWZ w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dostawy, natomiast szkolenie w zakresie przygotowania biblioteki i wykonania sekwencjonowania szkolenie aplikacyjne) zostanie przeprowadzone w późniejszym, uzgodnionym z Zamawiającym terminie.

Pragniemy zauważyć, że czas trwania szkolenia aplikacyjnego to zwykle kilka dni, a termin rozpoczęcia zależy od kilku czynników, takich jak dyspozycyjność uczestników i gotowość laboratorium. Może to znacząco wydłużyć termin realizacji całego kontraktu, co z kolei przełoży się na podwyższenie jego wartości

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę oraz zmienia wzór umowy.

Pytanie 3. Dotyczy: Załącznik nr 1 SWZ Umowa NR DZP-.../22 §2 ust. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby czas reakcji serwisu (termin podjęcia naprawy przedmiotu umowy) wynosił 48 h, jednak uwzględnił zastosowanie zdalnej diagnozy i obejmował wyłącznie dni robocze (tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy)? Dla oferowanych przez nas urządzeń w wielu przypadkach zdalna diagnoza jest wystarczająca do określenia rodzaju usterki i zamówienia potrzebnych części do wykonania naprawy, a osobista wizyta nie jest konieczna na etapie diagnozowania usterki

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę oraz zmienia wzór umowy §2 ust. 7 na następującą treść:

„7. Termin podjęcia naprawy przedmiotu umowy wyznacza się na maksymalnie 4 dni robocze od daty przyjęcia zgłoszenia, dopuszcza się wykonanie zdalnej diagnozy usterki”.

Pytanie 4. Dotyczy: Załącznik nr 1 SWZ Umowa NR DZP-.../22 §2 ust. 8 i 9

Przedmiotem dostawy jest urządzenie o bardzo skomplikowanej budowie. Czas przewidziany przez Zamawiającego na skuteczne usunięcie wad i usterek jest zbyt krótki, ponieważ częstokroć naprawa urządzenia wymaga zastosowania długotrwałych procedur kalibracyjnych a jej poprawność musi zostać potwierdzona

przeprowadzeniem odpowiedniej reakcji testowej trwającej nawet kilka dni. Czy w związku z powyższym Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu na naprawę sprzętu do 14 dni roboczych oraz do 21 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części od producenta od dnia zgłoszenia usterki/awarii?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę oraz zmienia wzór umowy §2 ust. 8 i 9 na następującą treść:

„8. Naprawa gwarancyjna musi być wykonana w terminie – maksymalnie 14 dni roboczych liczonych od chwili powzięcia wiadomości o awarii lub usterce.

9. Maksymalny czas usunięcia awarii lub usterki u Zamawiającego w przypadku, gdy zaistnieje konieczność sprowadzenia części zamiennych z zagranicy nie może przekroczyć 21 dni roboczych od powzięcia wiadomości o zaistniałej awarii usterce, to jest od otrzymania na piśmie bądź mailem zawiadomienia o awarii, usterce lub wadzie przedmiotu umowy. Okoliczność w postaci ewentualnej konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy Wykonawca będzie zobowiązany udokumentować.”

Pytanie 5. Dotyczy: Załącznik nr 2 do umowy Protokół

Czy Zamawiający dopuści dostarczenie instrukcji obsługi w języku polskim i angielskim wyłącznie dla sekwenatora NGS, natomiast dla dodatkowego wyposażenia do przeprowadzenia procesu sekwencjonowania w języku polskim lub angielskim w formie papierowej lub elektronicznej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie

Zamawiający zamieszcza uaktualniony wzór umowy, z uwzględnieniem powyższych odpowiedzi.

Przesłane, skorygowane informacje prosimy uwzględnić przy tworzeniu oferty przetargowej traktując je jako ważne i wiążące.