



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mogilnie
ul. Kościuszki 10, 88-300 Mogilno
sekretariat: tel. 52 315 25 15, fax 52 315 25 33
e-mail: sekretariat@mpcz.pl
www.mpcz.pl

Nr sprawy 5OBlspzoz2022

Mogilno, dnia 27.04.2022 r.

**Wykonawcy,
którzy złożyli pytania**

WYJAŚNIENIA

ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SWZ nr II

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: nr 5OBlspzoz2022 – Dostawy odczynników wraz z dzierżawą zintegrowanej platformy biochemiczno – immunologicznej”

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia informujemy:

Pytanie 1. Dotyczy par. 3 pkt. 2 projektu umowy dostawy, zał. nr 7 do SWZ

Prosimy o zmianę zapisu na: „Ceny netto wyszczególnione w ofercie w formularzu asortymentowo-cenowym będą stałe przez cały okres realizacji umowy, z zastrzeżeniem ewentualnych zmian wynikających z par. 10”.

Ad. Zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie 2. Dotyczy par. 10 pkt 5 projektu umowy dostawy, zał. nr 7 do SWZ

Prosimy o wprowadzenie do umowy zapisu zgodnie z art. 436 pkt. 5b dotyczącego zasady wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku od towarów.

Ad. Do § 10 dodaje się ust. 6 o następującej treści:

„...6.1. Strony postanawiają, iż dokonają w formie pisemnego aneksu zmiany wynagrodzenia w wypadku wystąpienia którejkolwiek ze zmian przepisów wskazanych w art. 436 pkt. 5b ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, tj. zmiany:

a) stawki podatku od towarów i usług,

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania umowy

6.2. zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian, o których mowa w ust. 5.1., zgodnie z załączoną uprzednio przez Wykonawcę kalkulacją kosztów celem wykazania Zamawiającemu, że zmiana ma wpływ na koszty realizacji zamówienia.

6.3. w wypadku zmiany, o której mowa w ust. 6.1. lit. a) wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.

6.4. w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 6.1. lit. b) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

6.5 w przypadku zmiany, o którym mowa w ust. 6.1. lit. c) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego.

6.6. wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia wymaga uprzedniego złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o wysokości dodatkowych kosztów wynikających z wprowadzenia zmian, o których mowa w ust. 6.1. litera b) i c).

6.7. Wykonawca zamiar zmiany w zakresie wynagrodzenia wraz z kalkulacją, o której mowa w ust. 6.2. i 6.6., powinien zgłosić Zamawiającemu na piśmie w terminie 1 miesiąca od zdarzenia uzasadniającego wprowadzenie zmiany pod rygorem pominięcia...”

Pytanie 3.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie odczynnika UIBC w miejsce TIBC? Oznaczenia te mają podobne znaczenie kliniczne, a w zależności od producenta testów wykorzystywane są zamiennie jako UIBC lub TIBC

Ad. TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 4.

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku zaferowania kontroli wieloparametrowej niezależnego producenta z wartościami dedykowanymi na oferowany analizator i odczynnik można zrezygnować z kontroli dedykowanej producenta odczynnika wymienionej i wymaganej w ulotce odczynnikowej. Zgoda na taki materiał kontrolny pozwoli na obniżenie kosztów oferty i pozwoli na korzystanie z renomowanego materiału kontrolnego wieloparametrowego, co jest rozwiązaniem wygodniejszym w pracy Laboratorium i korzystniejszym ze względów ekonomicznych. Rozwiązanie takie jest powszechnie stosowane w praktyce laboratoryjnej.

Ad. Wyrażamy zgodę na kontrolę wieloparametrową niezależnego producenta z wartościami dedykowanymi na właściwym analizatorze.

Pytanie 5.

Czy Zamawiający posiada na wyposażeniu laboratorium podchloryn czy wymaga dostarczenia go przez Oferenta ? Roztwór podchlorynu jest używany w procesie mycia i konserwacji analizatora.

Ad. Prosimy o dostarczenie podchlorynu przez Oferenta.

Pytanie 6.

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia soli fizjologicznej do rozcieńczania próbek? W przypadku wymogu dostarczenia roztworu, prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na

zaoferowanie soli fizjologicznej Braun'a do rozcieńczenia próbek o stężeniu 0,9%, bez zapisu o takim zastosowaniu w oficjalnej ulotce producenta.

Ad. Nie wymagamy dostarczenia soli fizjologicznej.

Pytanie 7.

Czy Zamawiający wymaga aby oferent zaferował dedykowane rozcieńczalniki służące do manualnego rozcieńczania próbek pacjentów w przypadku otrzymania wyników powyżej zakresu oznaczenia oznaczalności analizatora ?

Ad. Jeżeli dedykowane rozcieńczalniki są konieczne prosimy o ich dostarczenie.

Pytanie 8.

Dotyczy formularza cenowego, załącznik nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozszerzenie tabeli cenowej o dodatkowe rzędy, w których oferenci przedstawią kalkulację cenową dla kalibratorów, kontroli i materiałów zużywalnych oraz innych pozycji, niezbędnych do wykonania badań będących przedmiotem zamówienia.

Ad. TAK, Zamawiający wyraża zgodę na rozszerzenie tabeli cenowej.

Pytanie 9.

Dot. Pkt. 25 zał. Nr 2_a 2_b opis przedmiotu zamówienia

Prosimy o wyrażenie zgody na zmianę zapisu na: „Deklaracja zgodności CE dla aparatów, odczynników i pozostałych materiałów eksploatacyjnych, jeśli dotyczy”

Uzasadnienie: Niektóre z materiałów eksploatacyjnych nie są wyrobami medycznymi, w związku z czym nie będą posiadały deklaracji zgodności CE.

Ad. TAK, Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu na „Deklaracja zgodności CE dla aparatów, odczynników i pozostałych materiałów eksploatacyjnych, jeśli dotyczy”.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Zatwierdził:

Z-ca Dyrektora ds. Organizacyjno –
Technicznych

Jarosław Głowacki

/podpis na oryginale/

Otrzymują:

1. wszyscy uczestnicy
2. a/a