

Kraków, dn. 28.11.2023r.

dot. przetargu ZP-44/23
na sukcesywne dostawy wyrobów medycznych dla SP ZOZ MSWiA w Krakowie

W związku z zapytaniami o wyjaśnienie treści SWZ, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), zwaną dalej ustawą PZP, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Krakowie udziela odpowiedzi na następujące pytania:

PYTANIA DO TREŚCI SWZ (OGÓLNE)

Pytanie nr 1

Dotyczy treści SWZ

IX. PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu złożenia dokumentów:

„IX. PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE

1. b) Zamawiający żąda następujących dokumentów:

1. w przypadku oferowania wyrobów medycznych klasy I, które posiadają deklarację zgodności EC (WE), poświadczającą zgodność z dyrektywą 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych, wprowadzonych do obrotu przed 26 maja 2021 roku:

a) deklaracji zgodności EC (WE) sporządzonej przez producenta lub upoważnionego przedstawiciela producenta, poświadczającą zgodność oferowanego wyrobu z dyrektywą 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych oraz

b) oświadczenie wykonawcy, importera, producenta lub upoważnionego przedstawiciela producenta, w języku polskim lub angielskim, że oferowane wyroby zostały wprowadzone do obrotu przed dniem 26 maja 2021 r.

2. w przypadku oferowania wyrobów medycznych, o których mowa w art. 120 ust. 2 i 3 rozporządzenia UE nr 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych – tj. korzystających z okresów przejściowych:

a) deklaracji zgodności oferowanych wyrobów, wystawiona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela, poświadczającej zgodność wyrobów z wymaganiami dyrektywy nr 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącej wyrobów medycznych lub dyrektywą nr 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania oraz

b) oświadczenia dostawcy, importera, producenta lub upoważnionego przedstawiciela producenta, w języku polskim lub angielskim, że oferowany wyrób medyczny jest objęty okresem przejściowym, o którym mowa w ww. przepisie oraz

c) certyfikatu odnoszącego się do oferowanych wyrobów, wystawionego przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z wymaganiami dyrektywy Rady 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. lub dyrektywy nr 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania dotyczącej wyrobów medycznych (nie dotyczy wyrobów klasy I zgodnie z dyrektywą 93/42/EWG, w przypadku których rozporządzenie nr 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych wymaga udziału jednostki notyfikowanej w procedurze oceny zgodności)

3. w przypadku oferowania wyrobów medycznych nieobjętych punktami 1 lub 2:

a) deklaracji zgodności, wystawionej przez producenta lub upoważnionego przedstawiciela producenta, poświadczającej zgodność oferowanych wyrobów z wymaganiami rozporządzenia nr 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych oraz

b) w przypadku wyrobów klasy innej niż klasa I: certyfikatu odnoszącego się do oferowanych wyrobów, wystawionego przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z wymaganiami rozporządzenia nr 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych.

c) materiały producenta zawierające szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (np. foldery, opisy techniczne, wyciągi z katalogów) w języku polskim pozwalające Zamawiającemu na stwierdzenie spełniania wymaganych parametrów oferowanych wyrobów.

d) 1. Wykonawca oświadcza, że wyroby medyczne stanowiące przedmiot umowy są dopuszczone do obrotu i stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylecia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG

2. Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć wraz z dostarczonym przedmiotem zamówienia:

a) informację pozwalającą na identyfikację wyrobu, w tym nazwę wyrobu, numer seryjny, numer serii, kod UDI, model wyrobu, a także imię i nazwisko lub nazwę, adres i adres strony internetowej producenta;

b) wszelkie ostrzeżenia dla pacjenta lub pracownika służby zdrowia oraz wszelkie środki ostrożności lub inne środki, które powinni oni podjąć w związku z racjonalnie przewidywalnymi wzajemnymi zakłóceniami między wyrobem a oddziaływaniami zewnętrznymi, badaniami medycznymi lub warunkami środowiska;

c) wszelkie informacje o spodziewanym okresie używania wyrobu oraz koniecznych działaniach następczych;

d) wszelkie inne informacje służące zapewnieniu bezpiecznego stosowania wyrobu przez pacjenta;

Wykonawca złoży oświadczenie, że oferowany sprzęt posiada ważne świadectwa dopuszczenia do obrotu na rynku polskim w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa, które zostaną udostępnione niezwłocznie do wglądu na życzenie Zamawiającego.

Odp. : Zgodnie z SWZ.

PYTANIA DO PROJEKTU UMOWY

Pytanie nr 2

Prosimy do paragrafu 7 dopisać na końcu ustęp 5 o treści:

Kary umowne jakie może naliczyć Zamawiający w związku z opóźnieniem w realizacji zamówienia mogą być zastosowane tylko w przypadku, gdy Zamawiający nie posiada aktualnie zaległości w płatnościach na rzecz Wykonawcy starszych niż 14 dni od upływu pierwotnego terminu płatności. Wznowiony bieg terminu realizacji zamówienia, po którego przekroczeniu Zamawiający może naliczać kary umowne następuje od dnia zaksięgowania zaległych środków na koncie Wykonawcy;

lub,

o dopisanie na końcu paragrafu 7 ustęp 5 o treści:

"W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu zapłaty faktury za dostarczony towar, Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych i równocześnie przysługuje mu prawo naliczania kar umownych w wysokości 0.5% wartości brutto z faktury za każdy dzień zwłoki w płatności, z tym, że kara nie może przekroczyć 20% wartości brutto tejże faktury;

lub,

Prosimy o zmniejszenie kar umownych, którym podlegać ma Wykonawca. W obecnej sytuacji chronione są głównie interesy Zamawiającego. Prosimy o wprowadzenie zapisów chroniących interesy Wykonawcy, równoważnie do tych chroniących interesy Zamawiającego.

Odp. : Zgodnie z Projektem Umowy.

Pytanie nr 3

Czy w celu miarkowania kar umownych Kupujący dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7:

1.Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający może żądać od Wykonawcy kar umownych z następujących tytułów:

a)w razie zwłoki w dostawie, lub dostarczenia niezgodnie z zamówieniem, jeżeli zwłoka / niezgodność dostawy nastąpiła z winy Wykonawcy - w wysokości 0,5% wartości brutto opóźnionej/niezgodnej dostawy, za każdy kalendarzowy dzień zwłoki, z tym, że kara nie może przekroczyć **10%** wartości brutto opóźnionej/niezgodnej dostawy.

b) w razie niedostarczenia części przedmiotu zamówienia lub całości zamówienia w wysokości **0,5%** umownej wartości brutto niezrealizowanej/niedostarczonej części całości przedmiotu zamówienia, jeżeli niedostarczenie przedmiotu umowy nastąpiło z winy Wykonawcy.

Odp. : Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 4

Dot. Projekt Umowy par.1 ust. 5a

Prosimy o uzależnienie możliwości przedłużenia czasu obowiązywania umowy, w przypadku niezrealizowania całości zamówienia w okresie 24 miesięcy, od wyrażenia zgody przez wykonawcę.

Odp. : Zgodnie z SWZ

PYTANIA DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Pakiet nr 1

Pytanie nr 4

dot. poz. 47

Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 pozycji 47 wymaga zestawu PEG zawierającego zewnętrzną płytkę mocującą wykonaną z silikonu, która umożliwia jego trwale umocowanie i kieruje położenia zglębniaka na zewnątrz powłok brzusznych pod odpowiednim kątem (90 stopni), co zmniejsza ryzyko jego przypadkowego wyrwania? Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5

dot. poz. 48

Czy w pakiecie nr 1 pozycji nr 48 Zamawiający wymaga zestawu do pompy Flocare Infinity do worków, opisanego w instrukcji obsługi wyżej wymienionej pompy, który gwarantują podaż diety według zaprogramowanej szybkości przepływu?

Odp. : Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6

dot. poz. 53

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 1 poz. 53 i czy dopuści: Gaziki wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m2, nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 9x12cm, trzykrotnie złożone, 6 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym kartoniku, wyrób medyczny klasy IP lub

Gaziki wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m2, nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 12x12,5cm, czterokrotnie złożone, 9 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym- kartoniku, wyrób medyczny klasy IP

Odp. : Zamawiający nie wydzieli i nie dopuści.

Pakiet nr 2

Pytanie nr 7

dot. poz. 10

Czy Zamawiający oczekuje w pakiecie 2 pozycji 10 zestaw w wersji grawitacyjnej do pojemników miękkich, który zamiast kraniku posiada port do podaży leków zabezpieczony korkiem, który chroni przed wnikaniem drobnoustrojów patogennych ze środowiska zewnętrznego i tym samym zwiększa bezpieczeństwo jego stosowania, o długości 195 cm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 8**dot. poz. 11**

Czy Zamawiający w pakiecie 2 w pozycji 11 wymaga koszyczka do mocowania butelki w zestawie uniwersalnym w wersji grawitacyjnej? Koszyczek w sposób właściwy, bezpieczny i stabilny umożliwia zawieszenie butelki na stojaku. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 9**dot. poz. 12**

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający w pakiecie nr 2 pozycji nr 12 wymaga zestawów do pojemników twardych opisanych w instrukcji obsługi pompy Flocare Infinity? Uzyskanie takiej informacji umożliwi złożenie oferty zgodnej z potrzebami Zamawiającego.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 10**dot. poz. 13**

Czy Zamawiający w pakiecie nr 2 pozycji 13 wymaga zestawów do pojemników miękkich opisanych w instrukcji obsługi pompy Flocare Infinity ? Uzyskanie takiej informacji umożliwi złożenie oferty zgodnej z potrzebami Zamawiającego.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 11**dot. poz. 14**

Czy w pakiecie nr 2 pozycji 14 Zamawiający dopuści zgłębniki poliuretanowe w rozmiarze CH6-CH12?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 12**dot. poz. 14**

Czy w pakiecie nr 2 pozycji nr 14 Zamawiający wymaga zgłębnika poliuretanowego z prowadnicą oraz z 3 liniami kontrastującymi w RTG?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 13**dot. poz. 23-25,27**

Czy zamawiający wydzieli poz. 23-25,27 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odp.: Zamawiający nie wydzieli wskazanych pozycji do osobnego pakietu.

Pytanie nr 14**dot. poz. 24,27**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 15**dot. poz. 25**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 144 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet nr 3**Pytanie nr 16****dot. poz. 6-9,11**

Czy zamawiający wydzieli poz. 6-9,11 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej

z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odp.: Zamawiający nie wydzieli wskazanych pozycji do osobnego pakietu.

Pytanie nr 17

dot. poz. 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 18

dot. poz. 8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 75 szt. lub 80 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 19

dot. poz. 11

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 20

dot. poz. 36

Czy Zamawiający dopuści cewniki Foley'a z balonem o pojemności 10ml?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 21

dot. poz. 37

Czy Zamawiający dopuści cewniki Foley'a z balonem o pojemności 30ml?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza

Pakiet nr 4

Pytanie nr 22

dot. poz. 1

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru o rozmiarze 60 mm x 12 m-stosowanego do aparatu Ascard 31 z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości na 292 szt.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 23

dot. poz. 9

Prosimy o wyjaśnienie czy w ww. pozycji należy zaoferować papier oryginalny producenta Mitsubishi czy też można zaoferować papier kompatybilny innego producenta.

Odp.: Zamawiający wymaga papieru oryginalnego.

Pytanie nr 24

dot. poz. 13

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrody równoważnej, prostokątnej z zaokrąglonymi rogami, z języczkiem ułatwiającym aplikację o rozmiarze 35 x 50 mm pozostałe parametry oferowanych elektrod będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 25

dot. poz. 13

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrody równoważnej, owalnej z języczkiem ułatwiającym aplikację o rozmiarze 36 x 42 mm , pozostałe parametry oferowanych elektrod będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 26**dot. poz. 14**

Prosimy o dopuszczenie elektrod pakowanych po 30 szt z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości 7 opakowań.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 27**dot. poz. 15**

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrody okrągłej o rozmiarze 50 mm, pozostałe parametry oferowanych elektrod będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 28**dot. poz. 13,14,15**

Czy Zamawiający dopuści podanie w ww. pozycji ceny jednostkowej dla opakowania zawierającego 30 i 50 sztuk elektrod, albo podanie ceny jednostkowej za sztukę z dokładnością do czterech miejsc po przecinku? Ceny jednostkowe elektrod są bardzo niskie, proponowane rozwiązanie dałoby wykonawcom możliwość zaoferowania korzystniejszej ceny łącznej.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 29**dot. poz. 18**

Czy Zamawiający dopuści elektrodę bez elementu ścierającego na nośniku do przygotowania naskórka?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 30**dot. poz. 18**

Czy Zamawiający dopuści papier do drukarki w rozmiarze 57x30m?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 31**dot. poz. 20**

Czy Zamawiający dopuści żel do znieczuleń o pojemności 6ml w opakowaniach a'50szt. lub o pojemności 11ml w opakowaniach a'25szt?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 32**dot. poz. 20**

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji sterylnego żelu do cewnikowania o pojemności 6ml, o działaniu przeciwbólowym i bakteriobójczym w strzykawce, zawierający lidokainę 2% i chlorheksydynę 0,25% w opakowaniach a'10sztuk- czyli 4 opakowania.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 33**dot. poz. 20**

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji żelu o pojemności 12,5g przy pozostałych parametrach bez zmian.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 7**Pytanie nr 34****dot. poz. 6**

Czy Zamawiający dopuści strzykawki pakowane po 80 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo-cenowym?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 35**dot. poz. 7**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu kod kolorów na opakowaniu? Rozmiar strzykawki jest w sposób czytelny oznaczony na opakowaniu, a ww. wymóg zawęży grono wykonawców.

Odp.: Zamawiający utrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie nr 36**dot. poz. 7**

Proszę o odstąpienie od wymogu informacji o braku lateksu na korpusie strzykawki. Informację odnośnie braku lateksu można odnaleźć na opakowaniu jednostkowym.

Odp.: Zamawiający utrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie nr 37**dot. poz. 7**

Proszę o dopuszczenie strzykawki z nazwą własną na opakowaniu jednostkowym i nazwą producenta na korpusie. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp.: Zamawiający utrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie nr 38**dot. poz. 9**

Proszę o dopuszczenie aplikatora bez zastawki.

Odp.: Zamawiający utrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie nr 39**dot. poz. 9**

Proszę o dopuszczenie aplikatora z filtrem antybakteryjnym 1,2 µm zamiast 0,45.

Odp.: Zamawiający utrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie nr 40**dot. poz. 9**

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do pobierania płynów z butelek z filtrem przeciwbakteryjnym 0,2 µm, z filtrem cząsteczkowym 5 µm, łącznik luer-lock z filtrem hydrofobowym?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 41**dot. poz. 10**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie równoważonej kaniuli:

- Wykonana z najlepszej jakości biokompatybilnego medycznego PUR
- Wyposażona w sześć pasków radiocieniujących – widoczna w RTG i USG
- Wyposażona w metalowy automatyczny mechanizm zabezpieczający przed przypadkowym zakłuciem, w postaci zatrasku na końcu igły
- Posiada filtr hydrofobowy, który zapobiega przeciekaniu krwi podczas kaniulacji
- Silikonowa zastawka w porcie iniekcyjnym zapobiega cofaniu się krwi
- Transparentna komora wpływu wstecznego zapewnia natychmiastową kontrolę poprawności wklucia.
- Skrzydelka oraz korek portu górnego (iniekcyjnego) kodowany kolorystycznie
- Koreczek z trzpieniem poniżej krawędzi, prażkowy
- Gładka miękka, elastyczna powierzchnia
- Stożkowe zakończenie cewnika jest ustawione osiowo ze skosem igły aby zapewnić łagodne przejście z igły do cewnika
- Elastyczne skrzydelka w pozycji złożonej z dziurkami umożliwiają zamocowanie kaniuli plasterm lub jej przyszytciu co przekłada się na lepszą stabilizację kaniuli w żyłę,
- Silikonizowana igła wykonana ze stali nierdzewnej, tylny szlif zapewnia ostrość igły co ułatwia wklucie i poprawia komfort pacjenta podczas kaniulacji
- Nasadka chroni igłę i cewnik przed zanieczyszczeniem
- Minimalny opór podczas zabiegu iniekcyjnego spowodowany niskim współczynnikiem tarcia
- Cienkie ścianki cewnika pozwalają na maksymalny przepływ płynów
- Jednorazowego użytku, sterylna, nietoksyczna, niepirogenna
- Opakowanie typu Tyvec gwarantuje bezpieczeństwo przed rozszczelnieniem i przypadkowym uszkodzeniem
- Na opakowaniu jednostkowym zawarta m.in. informacja o średnicy, długości kaniuli, przepływach; dacie ważności, nazwa materiału z którego wykonana jest kaniula
- Nie zawiera plastyfikowanego PVC, lateksu, DEHP

- Opakowanie handlowe – 50 sztuk

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 42

dot. poz. 11

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli:

Gauge	Kolor	Przepływ ml/min	Rozmiar mm	Długość mm
14G	Orange	270	2.10	45
16G	Grey	180	1.70	45
17G	White	126	1.40	45
18G	Green	85	1.30	32
18G	Green	85	1.30	45
20G	Pink	55	1.10	32
22G	Blue	33	0.90	25
24G	Yellow	18	0.70	19

- Cewnik wykonany z PTFE
- Wolna od PVC i lateksu.
- Widoczna w USG posiadająca 4 paski kontrastujące w RTG
- Posiada port iniekcyjny zabezpieczony samodomykającym się koreczkiem
- Wyposażona w filtr hydrofobowy umożliwiający odpowietrzenie kaniuli po nakłuciu żyły, zabezpieczający przed wyciekaniem krwi
- Elastyczne skrzydełka zapewniają łatwe mocowanie kaniuli oraz zapobiegają jej przesuwaniu i obracaniu, skośna płaszczyna skrzydełek zapewnia lepszą stabilizację w żyłę
- Igła silikonizowana, ostrze igły typu back-cut, wykonana ze stali nierdzewnej zapewniająca bezbolesne wkłucie
- Stożkowa końcówka kaniuli, umożliwiająca łatwe wprowadzenie do żyły
- Nasadka chroni igłę i cewnik przed kontaminacją
- Jednorazowego użytku, sterylna, nietoksyczna, niepirogenna, sterylizowana tlenkiem etylenu
- Opakowanie typu Tyvec gwarantuje bezpieczeństwo przed rozszczelnieniem i przypadkowym uszkodzeniem

Kod koloru	Rozmiar (GAUGE)	Rozmiar w mm	Przepływ
Pomarańczowy	14 G	2,2 x 45	343 ml/min
Szary	16 G	1,7 x 45	196 ml/min
Biały	17 G	1,5 x 45	128 ml/min
Zielony	18 G	1,3 x 33 1,3 x 45	103 ml/min 90 ml/min
Różowy	20 G	1,1 x 33	61 ml/min
Niebieski	22 G	0,8 x 25	31 ml/min
Żółta	24 G	0,7 x 19	18 ml/min
Fioletowa	26 G	0,6 x 19	10 ml/min

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 43**dot. poz. 11**

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie kaniuli z koreczkiem umieszczonym w osi skrzydełek, ale nie idealnie centralnie nad skrzydełkami mocującymi. Taki opis umieszczenia koreczka wskazuje bowiem na jednego producenta kaniul przez co zawęża konkurencję.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.**Pytanie nr 44****dot. poz. 11**

Wnoszę o odstąpienie od wymogu, aby logo lub nazwa producenta była umieszczona bezpośrednio na kaniulach. Proszę o dopuszczenie kaniul z nazwą producenta na op. jednostkowym.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.**Pytanie nr 45****dot. poz. 12**

Czy Zamawiający dopuści kaniulę bezpieczną bez portu bocznego wykonana z PTFE wyposażona w automatyczny polimerowy zatrząsk zabezpieczający przed zakłuciem, przezroczysta komora wypływu zamykana koreczkiem z filtrem hydrofobowym, minimum 4 paski kontrastujące w Rtg, wbudowana w korpus kaniuli zastawka antywypływowa zabezpieczająca przed wypływem krwi podczas użytkowania, rozm.:

18 G	1,30 x 45	85
20 G	1,10 x 32	55
22 G	0,90 x 25	33
24 G	0,70 x 19	18

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.**Pytanie nr 46****dot. poz. 14**

Czy Zamawiający wymaga szlif igły typu ołówkowego z bocznym otworem? Rozwiązanie to zapewnia niską siłę wkłucia i przesuwu eliminując możliwość dostania się skrawków materiału (guma, tworzywo) oraz ogranicza pienienie się leku.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.**Pytanie nr 47****dot. poz. 16**

Czy Zamawiający dopuści zestawy tylko z długością drenu 150cm? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.**Pytanie nr 48****dot. poz. 17**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie:

Elastyczna komora kropłowa wolna od PVC (Kropłomierz 20 kropli/ml). Przyrząd wolny od ftalanów do produkcji użyto bezftalanowe plastyfikatory nowej generacji, co zmniejsza toksyczność związaną z ftalanem i zapewnia bezpieczeństwo Pacjenta. Posiada komorę kropłową, której część z kolcem wykonana jest ze sztywnego, w pełni przezroczystego materiału, oddzielona pierścieniem od części elastycznej (dodrenowej) Przystosowany do infuzji grawitacyjnej, a także do infuzji ciśnieniowej max do 2 bary, Objętość wypełnienia: 6.46 ml w 1 metrze drenu Długość drenu: 180 cm Specjalnie zaprojektowany filtr Auto Air Stop zapobiega przedostawianiu się powietrza do linii, gdy butelka jest pusta. Filtr Auto Air Stop utrzymuje stały poziom płynu. Filtr hydrofobowy na końcu drenu zabezpiecza przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypalnia. Pomaga w zapobieganiu zakażeniom związanym z opieką zdrowotną (HAI). Koniec z niekontrolowaną utratą płynu poprzez kapanie na dłoń, podłogę i pościel, zmniejsza tym samym straty płynów infuzyjnych.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.**Pytanie nr 49****dot. poz. 18**

Proszę o dopuszczenie zestawów rampy 5-kranikowej z przedłużaczem pakowanych oddzielnie.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 50

dot. poz. 19

Czy Zamawiający dopuści zastawkę o długości ok. 22mm, umożliwiającą stosowanie do 600 dostępów, posiadającą „wyrzutem negatywnym” -0,02ml.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 51

dot. poz. 20,21

Proszę o dopuszczenie kranika z poliweglanu. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 52

dot. poz. 20,21

Czy Zamawiający oczekuje aby kraniki posiadały możliwość podawania lipidów i chemioterapeutyków?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 53

dot. poz. 7-8,13,15

Czy zamawiający wydzieli poz.7-8,13,15 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odp.: Zamawiający nie wydzieli wskazanych pozycji do osobnego pakietu.

Pytanie nr 54

dot. poz. 13

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. Czy zamawiający wymaga koreczka typu COMBI?

Odp.: Zamawiający utrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie nr 55

dot. poz. 3-6

Czy Zamawiający dopuści strzykawki ze skalą rozszerzoną o 10% względem skali nominalnej z białym kontrastującym tłokiem?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 56

dot. poz. 6

Czy Zamawiający dopuści strzykawki 20ml w opakowaniach a'50szt. z odpowiednim przeliczeniem?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 57

dot. poz. 10

Czy Zamawiający dopuści kaniule o właściwościach:

WŁAŚCIWOŚCI:

- Posiada pasywne zabezpieczenie przed zakłuciem - ostra część igły (mandrynu) po wyciągnięciu zostanie samoistnie osłonięta elementem zabezpieczającym chroniąc użytkownika przed przypadkowym zakłuciem lub zranieniem
- Igła (mandryn) wykonana ze stali nierdzewnej z ostrzem typu back-cut
- Cewnik kaniuli wykonany z poliuretanu (PUR), wyposażony w 6 pasków kontrastujących w RTG
- Kaniula wyposażona w kolorystycznie barwione skrzydełka z możliwością przyszycia do skóry oraz w samodomykający się koreczek portu górnego barwiony kolorystycznie zależnie od rozmiaru
- Uchwyt umożliwiający wykonanie wkłucia jedną ręką
- Filtr hydrofobowy zabezpieczający przed wypływem krwi po wprowadzeniu kaniuli do naczynia
- Dostępna w różnych rozmiarach od 14 g do 24 g
- Jednorazowego użytku
- Nie zawiera lateksu
- Nie zawiera ftalanów
- Sterylizowana tlenkiem etylenu
- Pakowanie: 1 sztuka – twardy blister (PVC + TYVEC) z kolorowym zadrukiem zgodnym z identyfikacją kolorystyczną rozmiaru

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 58

dot. poz. 10

Czy Zamawiający dopuści kaniule z koreczkiem posiadającą trzpień powyżej krawędzi?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 59

dot. poz. 10

Czy Zamawiający dopuści kaniule dożylnie w rozmiarze:

- 24G – przepływ 23 ml/min.
- 20G – długość 32 mm, przepływ 61 ml/min.
- 18G – długość 45 mm, przepływ 100 ml/min.
- 17G – przepływ 142 ml/min.
- 16G – długość 45 mm, przepływ 200ml/min.
- 14G – długość 45 mm, przepływ 305ml/min.?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 60

dot. poz. 11

Czy Zamawiający dopuści kaniule o właściwościach

WŁAŚCIWOŚCI:

- Iгла (mandryn) wykonana ze stali nierdzewnej z ostrzem typu back-cut
- Cewnik kaniuli wykonany z poliuretanu (PUR), wyposażony w 6 pasków kontrastujących w RTG
- Kaniula wyposażona w kolorystycznie barwione skrzydełka z możliwością przyszycia do skóry oraz w samodomykający się koreczek portu górnego barwiony kolorystycznie zależnie od rozmiaru
- Uchwyt umożliwiający wykonanie wkłucia jedną ręką
- Filtr hydrofobowy zabezpieczający przed wypływem krwi po wprowadzeniu kaniuli do naczynia
- Komora wypływu zwrotnego zabezpieczona koreczkiem luer-lock
- Dostępna w różnych rozmiarach od 14 g do 24 g
- Jednorazowego użytku
- Nie zawiera lateksu
- Nie zawiera ftalanów
- Sterylna, sterylizowana tlenkiem etylenu
- Pakowanie: 1 sztuka – twardy blister (PVC + TYVEC) z kolorowym zadrukiem zgodnym z identyfikacją kolorystyczną rozmiaru

?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 61

dot. poz. 10-12

W przypadku negatywnej odpowiedzi czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do oddzielnego zadania co zwiększy konkurencyjność cenową oferty?

Odp.: Zamawiający nie wydzieli w/w pozycji do osobnego pakietu.

Pytanie nr 62

dot. poz. 13

Czy Zamawiający dopuści koreczki do kaniul z trzpieniem powyżej krawędzi co zapobiega dekontaminacji podczas wyjęcia z opakowania poprzez wizualne stwierdzenie ułożenia koreczka w opakowaniu?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 63

dot. poz. 16

Czy Zamawiający dopuści zestaw z drenem o długości 145cm?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 64

dot. poz. 17

Czy Zamawiający dopuści aparat do szybkiego przygotowania kroplówki i bezpiecznej infuzji o właściwościach:

WŁAŚCIWOŚCI:

- wykonany z wysokiej jakości materiałów, przy wykorzystaniu najnowszych technologii
- dwukanałowy, czteropłaszczyznowy ostry kolec komory kroplowej ze zmatowioną powierzchnią, gwarantujący szczelne i pewne połączenie z pojemnikami z płynami
- odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką
- elastyczna komora kroplowa o wielkości 6 cm zaopatrzona w dodatkowe skrzydełka dociskowe ułatwiające wkłucie w pojemniki z płynami
- kroplomierz komory 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml
- hydrofilowy filtr cząsteczkowy **Liquid Lock** o wielkości oczek 8 µm, automatycznie zatrzymujący przepływ po opróżnieniu komory. Zabezpiecza przed przedostawaniem się powietrza do drenu zapobiegając zatorowi powietrznemu
- miękki i elastyczny dren o długości min. 180 cm z dodatkowym portem do podawania leków
- precyzyjny, bezpieczny zacisk rolkowy wyposażony w pochewkę na igłę biorczą oraz zaczep na dren do podwieszenia
- uniwersalne zakończenie Luer-Lock
- koreczek **Air Pass** z filtrem hydrofobowym, który umożliwia wypełnienie drenu bez przypadkowego zanieczyszczenia oraz zabezpiecza przed wyciekaniem płynu
- niepirogenny, nietoksyczny
- nie zawiera lateksu
- nie zawiera ftalanów
- sterylizowany tlenkiem etylenu
- termin ważności: 5 lat
- opakowanie jednostkowe typu folia-papier z kolorowym kodem (niebieskim) identyfikującym rodzaj przyrządu

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 65

dot. poz. 18

Czy Zamawiający dopuści rampę bez przedłużacza?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 66

dot. poz. 19

Czy Zamawiający dopuści porty bezigłowe o długości 24mm z zerowym wypływem wstecznym spełniający pozostałe wymagania SWZ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 67

dot. poz. 19,22,23

Czy Zamawiający dopuści zastawkę dostępu bezigłowego o właściwościach:

WŁAŚCIWOŚCI:

- Obudowa wykonana z transparentnego materiału – poliwęglanu
- Wysokiej jakości silikonowa membrana pozwala na wielokrotne iniekcje portu
- Płaska powierzchnia wstrzyknięcia – gładko i równo zakończona membrana portu ułatwiająca dezynfekcję
- Nie zawiera metalu, może być stosowany podczas badania MRI
- Zakończenie męskie portu typu transparentny zabezpieczone aplikatorem umożliwiającym jałowe wyciągnięcie z opakowania
- Nie zawiera lateksu
- Nie zawiera ftalanów
- Czas użytkowania 7 dni lub 350 aktywacji
- Okres ważności: 3 lata
- Objętość wypełnienia 0,09ml
- Wysoki przepływ 350ml/min
- Wytrzymałość na ciśnienie płynu iniecyjnego 3 bary (44 PSI)
- Wytrzymałość na ciśnienie zwrotne 2 bary (29 PSI)
- Sterylizowany tlenkiem etylenu
- Opakowanie jednostkowe: papier-folia
- Ilość w opakowaniu : 100 szt.

?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 68

dot. poz. 20,21

Czy Zamawiający dopuści kranik trójdrożny wykonany z poliwęglanu z wyraźnym optycznym identyfikatorem położenia otwarty/zamknięty?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet nr 13

Pytanie nr 69

dot. poz. 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania fartucha chirurgicznego, jałowego, w kolorze niebieskim, wykonanego z włókniny SMS 40 g/m². Rękawy o kroju prostym zakończone nie pyłącym i bezszwowym mankietem. Szwy w fartuchu wykonane ultradźwiękowo, tył "sterylne plecy", troki do wiązania na czysto zabezpieczone kartonikiem ułatwiającym aseptyczne wiązanie. Zapięcie w obrębie szyi w formie taśmy wielokrotnego użytku przytwierdzonej do jednej poly fartucha, umożliwiającej zapięcie w dowolnym miejscu w górnej części fartucha i jego dopasowanie. Pakowany z dwoma ręcznikami we włókninę i torebkę papierowo - foliową. Rozmiar: M-115cm, L-125cm?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 70

dot. poz. 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania fartucha chirurgicznego, jałowego, w kolorze zielonym, wykonanego z włókniny SMS 35 g/m². Rękawy typu reglan zakończone nie pyłącym i bezszwowym mankietem. Szwy w fartuchu wykonane ultradźwiękowo, tył "sterylne plecy", troki do wiązania na czysto zabezpieczone kartonikiem ułatwiającym aseptyczne wiązanie. Zapięcie w obrębie szyi w formie taśmy wielokrotnego użytku przytwierdzonej do jednej poly fartucha, umożliwiającej zapięcie w dowolnym miejscu w górnej części fartucha i jego dopasowanie. Pakowany z dwoma ręcznikami we włókninę i torebkę papierowo - foliową. Rozmiar: M-122cm, L-127cm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 71

dot. poz. 2

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania fartucha chirurgicznego, jałowego, w kolorze niebieskim, wykonanego z włókniny SMS 40 g/m². Rękawy o kroju prostym zakończone nie pyłącym i bezszwowym mankietem. Szwy w fartuchu wykonane ultradźwiękowo, tył "sterylne plecy", troki do wiązania na czysto zabezpieczone kartonikiem ułatwiającym aseptyczne wiązanie. Zapięcie w obrębie szyi w formie taśmy wielokrotnego

użytku przytwierdzonej do jednej poly fartucha, umożliwiającej zapięcie w dowolnym miejscu w górnej części fartucha i jego dopasowanie. Pakowany z dwoma ręcznikami we włókninę i torebkę papierowo - foliową. Rozmiar: XL-140cm, XXL-155cm?

Odp.: Zamawiający utrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia

Pytanie nr 72

dot. poz. 2

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartucha chirurgicznego, jałowego, w kolorze zielonym, wykonanego z włókniny SMS 35 g/m². Rękawy typu reglan zakończone nie pyłącym i bezszwowym mankietem. Szwy w fartuchu wykonane ultradźwiękowo, tył "sterylne plecy", troki do wiązania na czysto zabezpieczone kartonikiem ułatwiającym aseptyczne wiązanie. Zapięcie w obrębie szyi w formie taśmy wielokrotnego użytku przytwierdzonej do jednej poly fartucha, umożliwiającej zapięcie w dowolnym miejscu w górnej części fartucha i jego dopasowanie. Pakowany z dwoma ręcznikami we włókninę i torebkę papierowo - foliową. Rozmiar: XL-147cm, XXL-155cm?

Odp.: Zamawiający utrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia

Pytanie nr 73

dot. poz. 3

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartucha chirurgicznego, jałowego, w kolorze niebieskim, wykonanego z włókniny SMS 40 g/m², barierowe wzmocnienie o gramaturze 42 g/m², zamocowane na jego przodzie i przy rękawach do łokci. Rękawy o kroju prostym zakończone nie pyłącym i bezszwowym mankietem. Szwy w fartuchu wykonane ultradźwiękowo, tył "sterylne plecy", troki do wiązania na czysto zabezpieczone kartonikiem ułatwiającym aseptyczne wiązanie. Zapięcie w obrębie szyi w formie taśmy wielokrotnego użytku przytwierdzonej do jednej poly fartucha, umożliwiającej zapięcie w dowolnym miejscu w górnej części fartucha i jego dopasowanie. Pakowany z dwoma ręcznikami we włókninę i torebkę papierowo - foliową. Dostępnego w rozmiarach: M-115cm, L-125cm, XL-140cm, XXL-155cm?

Odp.: Zamawiający utrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie nr 74

dot. poz. 3


Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartucha chirurgicznego, jałowego, w kolorze zielonym, wykonanego z włókniny SMS 35 g/m², barierowe wzmocnienie o gramaturze min. 38 g/m², zamocowane na jego przodzie i przy rękawach do łokci. Rękawy typu reglan zakończone nie pyłącym i bezszwowym mankietem. Szwy w fartuchu wykonane ultradźwiękowo, tył "sterylne plecy", troki do wiązania na czysto zabezpieczone kartonikiem ułatwiającym aseptyczne wiązanie. Zapięcie w obrębie szyi w formie taśmy wielokrotnego użytku przytwierdzonej do jednej poly fartucha, umożliwiającej zapięcie w dowolnym miejscu w górnej części fartucha i jego dopasowanie. Pakowany z dwoma ręcznikami we włókninę i torebkę papierowo - foliową. Rozmiar: Dostępnego w rozmiarach: M-122cm, L-127cm, XL-147cm, XXL-155cm?

Odp.: Zamawiający utrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia.


Pytanie nr 75

dot. poz. 1-3

Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane fartuchy oznakowane były dodatkowo kolorową lamówką pod szyją (według ilustracji poniżej), dzięki której bardzo szybko można zidentyfikować poziom zabezpieczenia danego fartucha oraz dla ułatwienia przygotowania Sali Operacyjnej zwiększając ogólną efektywność?



Niewzmocniony



Wzmocniony

Odp.: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 76**dot. poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania zestawu w którego składzie znajdują się:

c) serweta w rozm. 240cm x 150cm z przyklepcem (obszar wzmocniony min. 50x75cm) – 1szt. + osobno 2-otworowy uchwyt do stabilizacji drenów przyklepny – 1 szt.;

d) serweta w rozm. 170cm x 200cm z przyklepcem (obszar wzmocniony min. 50x75cm) – 1 szt. + osobno 2-otworowy uchwyt do stabilizacji drenów przyklepny – 1 szt.;

g) ręcznik celulozowy – 4 szt.?

Pozostały skład zgodny z SWZ.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 77**dot. poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania zestawu w którego składzie znajdują się:

g) ręcznik celulozowy – 4 szt.?

Pozostały skład zgodny z SWZ.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 78**dot. poz. 7**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania zestawu w którego składzie znajdują się:

a) serweta 280 x 245 cm z przyklepcem przyklepny i wycięciem "U" 10x95cm (obszar wzmocniony min. 150x160cm) - 1 szt. + osobno 2-otworowy uchwyt do stabilizacji drenów przyklepny – 1 szt.;

b) serweta 170 x 300 cm z padem chłonnym (obszar wzmocniony min. 50x75cm) – 1 szt. + osobno 2-otworowy uchwyt do stabilizacji drenów przyklepny

f) ręcznik celulozowy – 4 szt.?

Pozostały skład zgodny z SWZ.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 79**dot. poz. 8**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania zestawu w którego składzie znajdują się:

d) ręcznik celulozowy – 4 szt.?

Pozostały skład zgodny z SWZ.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 80**dot. poz. 9**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania kompletu chirurgicznego, niejałowego, z włókniny SMMS min. 45 g/m², pełnobarierowy, składający się z bluzy z krótkim rękawem z dwoma kieszeniami i spodni, dostępny w 2 kolorach, rozmiar od S do XXL?

Odp.: Zamawiający utrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie nr 81**dot. poz. 10**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania imadła chirurgicznego typu Mayo-Hegar o długości 16 cm?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 82**dot. poz. 11**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania pęsety chirurgicznej standardowej prostej o długości 14 cm?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 83**dot. poz. 12**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania kleszczyków chirurgicznych prostych typu Kocher o długości 14 cm?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 84

dot. poz. 13

czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kleszczyków anatomicznych prostych typu Pean o długości 14 cm?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 85

dot. poz. 10-13

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania narzędzi chirurgicznych, jednorazowych, sterylnych, wykonanych z matowej stali nierdzewnej, jednostronnie oznakowanych symbolem jednorazowości i dwustronnie kolorystyczne, klasa IIa, opakowanie zawiera znak CE oraz 2 odklejane etykiety do dokumentacji medycznej pacjenta: jedna z nazwą, numerem REF, numerem serii, datą produkcji, datą ważności, nazwą producenta oraz drugą z kodem kreskowym?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 86

dot. poz. 14

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jednorazowej bluzy lekarskiej typu jacket wykonanej z oddychającego materiału SMS o gram min. 44 g/m², posiadającej długi rękaw zakończony elastycznym mankietem, dwie kieszenie oraz zapinana na 4 napy. Dostępnej w rozmiarach M i L?

Odp.: Zamawiający utrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia

Pytanie nr 87

dot. poz. 15

czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu w którego składzie znajdują się:

- 2 x fartuch chirurgiczny SMS wzmocniony XXL zamiast 1 x fartucha roz. XL i 1 x fartucha XXL;

d) serweta w rozm. 170cm x 200cm z przylepcem (obszar wzmocniony min. 50x75cm)+ osobno 2-otworowy uchwyt do stabilizacji drenów przylepny;

- 4 x ręcznik celulozowy zamiast ręczników włókninowych?

Pozostały skład zgodny z SWZ.

Odp.: Zamawiający utrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie nr 88

dot. poz. 16

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu w którego składzie znajdują się:

- 4 x ręcznik celulozowy zamiast ręczników włókninowych?

Pozostały skład zgodny z SWZ.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 89

dot. poz. 17

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu w którego składzie znajdują się:

- 1 x serweta 280 x 245 cm z przylepcem przylepny i wycięciem "U" 10x95cm (obszar wzmocniony min. 150x160cm)

+ 1 x osobno 2-otworowy uchwyt do stabilizacji drenów przylepny;

- 1 x serweta 170 x 300 cm z padem chłonnym (obszar wzmocniony min. 50x75cm) + 1 x osobno 2-otworowy uchwyt do stabilizacji drenów przylepny;

- 4 x ręcznik celulozowy zamiast ręczników włókninowych?

Pozostały skład zgodny z SWZ.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 90

dot. poz. 18

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu w którego składzie znajdują się:

- 1 x serweta w rozm. 240cm x 150cm z przylepcem (obszar wzmocniony min. 50x75cm) + 1 x osobno 2-otworowy uchwyt do stabilizacji drenów przylepny;

- 1 x serweta w rozm. 170cm x 200cm z przylepcem (obszar wzmocniony min. 50x75cm) + 1 x osobno 2-otworowy uchwyt do stabilizacji drenów przylepny;

- 4 x ręcznik celulozowy zamiast ręczników włókninowych?


Pozostały skład zgodny z SWZ.

Odp.: Zamawiający utrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia


Pytanie nr 91

dot. poz. 15-18

Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane zestawy posiadały w swoim składzie fartuchy oznakowane dodatkowo kolorową lamówką pod szyją (według ilustracji poniżej), dzięki której bardzo szybko można zidentyfikować poziom zabezpieczenia danego fartucha oraz dla ułatwienia przygotowania Sali Operacyjnej zwiększając ogólną efektywność?



Niewzmocniony



Wzmocniony

Odp.: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 92

dot. poz. 15-18

Ze względu na bezpieczeństwo pacjenta oraz personelu medycznego, czy Zamawiający wymaga aby komponenty wykorzystywane do zabiegów z różnymi otworami w ciele pacjenta, dłuższych niż 60 min. wchodzące w skład zestawów tj. kompresy gazowe z RTG, chusty z gazy z chipem RTG, sklasyfikowane były jako wyroby medyczne w min. klasie II a, co powinno być potwierdzone przez dołączenie do oferty deklaracji zgodności wyrobu medycznego razem z certyfikatem CE wydany przez zewnętrzną jednostkę notyfikowaną?

Odp.: Zamawiający wymaga zaoferowania wyrobów sterylnych.

- **WYMAGANIA (poniżej pakietu)** – Ze względu na bezpieczeństwo pacjenta oraz personelu medycznego, czy Zamawiający wymaga zaoferowania wyrobów jałowych z włókniny posiadających klasę palności I zgodnie z normą CFR1610, co powinno być potwierdzone przez dołączenie do oferty wyników badań wydanych przez zewnętrzną jednostkę badawczą?

Odp.: Zamawiający wymaga.

- **WYMAGANIA (poniżej pakietu)** – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania wyrobów jałowych z włókniny zgodnych z normą EN 13795-1:2019. Serwety z dwuwarstwowego pełnobarierowego laminatu (włóknina polipropylenowa + folia polietylenowa) o gramaturze 55g/m², bez zawartości wiskozy, celulozy i lateksu. Serwety dwuwarstwowe o odporności na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) min. 150cm H₂O, odporność na rozerwanie na sucho i mokro min. 132 kPa. Chłonność włókniny badana wg EN ISO 9073-6: min. 156 ml/m². Pady chłonne (wzmocnienia) wykonane z włókniny polipropylenowej o gramaturze 55 g/m² bez zawartości lateksu i celulozy (łącznie w strefie wzmocnionej 110g/m²). Pady chłonne o odporności na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) min. 204cm H₂O oraz odporności na rozerwanie na sucho min. 339 kPa i na mokro min. 353 kPa. Chłonność włókniny w obszarze wzmocnionym badana wg EN ISO 9073-6: min. 386 ml/m². Klasa palności I CFR1610. Każde opakowanie jednostkowe zestawów (oprócz poz. 4, 5, 6, 7, 8) posiada kartę informacyjną ze spisem komponentów w j. polskim oraz 4 odklejane etykiety z numerem REF, numerem serii, datą produkcji, datą ważności produktu, nazwą producenta oraz 1 odklejaną etykietę z kodem kreskowym. Wszystkie zestawy (oprócz poz. 4, 5, 6, 7, 8) zapakowane są w torbę z wytrzymałej, grubej i przezroczystej folii polietylenowej z oznakowanym, intuicyjnym mankietem do otwierania zestawu?

Odp.: Zgodnie z SWZ.

- **WYMAGANIA (poniżej pakietu) oraz Poz. 4, 5, 6, 7, 8** – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania wyrobów jałowych z włókniny zgodnych z normą EN 13795-1:2019, których opakowania jednostkowe zestawów z poz. 4, 5, 6, 7, 8 posiadają główną etykietę informacyjną ze schematami komponentów wchodzących w skład zestawów z podaniem ich rozmiarów oraz 2 odklejane etykiety z numerem REF, numerem serii, datą produkcji, datą ważności produktu, nazwą producenta oraz kodem kreskowym. Zestawy w poz. 4, 5, 6, 7, 8 zapakowane są w wytrzymałe opakowania papierowo-foliowe z oznakowanym, intuicyjnym mankietem do otwierania zestawu?

- **Odp.: Zamawiający dopuszcza**

Wyjaśnienie odnośnie treści pytań dotyczących pozycji: 4, 5, 7, 8, 15, 16, 17, 18 w pakiecie nr 13:
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w miejsce ręczników włókninowych - ręczniki celulozowe, które wchodzą w skład zestawów

Pakiet nr 14

Pytanie nr 93

dot. poz. 1-10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwet wykonanych z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia PE) o gramaturze 60g/m²?

Odp.: Zamawiający utrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie nr 94

dot. poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety w rozmiarze 100x150cm?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie serwety w rozmiarze 100x150cm.

Pytanie nr 95

dot. poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety w rozmiarze 150x180cm?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie serwety w rozmiarze 150x180cm.

Pytanie nr 96

dot. poz. 3

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania serwetę w rozmiarze 150x180 cm ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie serwety w rozmiarze 150x180 cm.

Pytanie nr 97

dot. poz. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety w rozmiarze 50x75cm?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie serwety w rozmiarze 50x75cm.

Pytanie nr 98

dot. poz. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety w rozmiarze 75x75cm?

Odp.: Zamawiający utrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie nr 99

dot. poz. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety w rozmiarze 50x75cm?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie serwety w rozmiarze 50x75cm.

Pytanie nr 100

dot. poz. 9,10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety w rozmiarze 50x75cm z otworem 6x8cm?

Odp.: Zamawiający utrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie nr 101

dot. poz. 9,10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety w rozmiarze 50x75cm z otworem 7 cm?

Odp.: Zamawiający utrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie nr 102

dot. poz. 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety w rozmiarze 75x90cm z otworem 7 cm?

Odp.: Zamawiający utrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie nr 103

dot. poz. 11-15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na opakowanie papierowo-foliowe zaopatrzone w 2 naklejki do przyklejenia do karty pacjenta?

Odp.: Zamawiający utrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie nr 104

dot. poz. 11-12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie kompresów bez przewiązania?

Odp.: Zamawiający utrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie nr 105

dot. poz. 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie kompresów pakowanych po 10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp.: Zamawiający utrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie nr 106

dot. poz. 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie tupferów w kształcie różka, pakowane po 5 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp.: Zamawiający utrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie nr 107

dot. poz. 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie tupferów w kształcie fasolki w rozmiarze 15x15cm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 108

dot. poz. 16

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie koszuli wykonanej z włókniny SMS o gramaturze 33g/m², długość koszuli 110cm, szerokość 140 cm, wiązana na troki, kolor niebieski?

Odp.: Zamawiający utrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie nr 109

dot. poz. 17

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie koszuli wykonanej z włókniny SMS o gramaturze 33g/m², długość koszuli 110cm, szerokość 140 cm, wiązana na troki, kolor niebieski?

Odp.: Zamawiający utrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie nr 110

dot. poz. 18

Czy Zamawiający dopuści foliową osłonę w kształcie walca o wymiarach 80x150cm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 111

dot. poz. 19

Czy Zamawiający dopuści dwukomorową kieszeń w rozmiarze 30 cm x 40 cm (15cm x 30cm kieszeń lewa, 25cm x 30cm kieszeń prawa)?

Odp.: Zamawiający utrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie nr 112

dot. poz. 20

Czy Zamawiający dopuści taśmę samoprzylepną w rozmiarze 10x50cm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 113

dot. poz. 23

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie osłony na kończyne, wykonaną z laminatu dwuwarstwowego (włóknina + folia PE) w rozmiarze 35x120cm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 114

dot. poz. 24

Czy Zamawiający dopuści zarękawnik o długości 54cm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 115

dot. poz. 24

Czy Zamawiający dopuści zarekawnik w opakowaniu a'2 szt. z przeliczeniem podanych ilości?

Odp.: Zamawiający utrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie nr 116

dot. poz. 1-10

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwet sterylnych wykonanych z dwuwarstwowej włókniny, których opakowania jednostkowe zaopatrzone są w 2 naklejki do przeklejenia do karty pacjenta?

Odp.: Zamawiający utrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie nr 117

dot. poz. 9

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety sterylnej wykonanej z dwuwarstwowej włókniny w rozmiarze 45x75 z otworem nieprzylepnym 7 cm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 118

dot. poz. 10

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety sterylnej wykonanej z dwuwarstwowej włókniny w rozmiarze 50x60 z otworem przylepnym 7 cm?

Odp.: Zamawiający utrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie nr 119

dot. poz. 11-12

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów sterylnych z RTG ze 100% gazy bawełnianej, których opakowania jednostkowe zaopatrzone są w min. 2 naklejki do przeklejenia do karty pacjenta?

Odp.: Zamawiający utrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie nr 120

dot. poz. 11

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów sterylnych z RTG ze 100% gazy bawełnianej, 10 x 10 cm, 17N 12W, wyroby klasy II a, reguła 7 o wadze kompresu min. 2,75g?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 121

dot. poz. 12

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów sterylnych z RTG ze 100% gazy bawełnianej, 7,5 x 7,5 cm, 17N 12W, wyroby klasy II a, reguła 7 o wadze kompresu min. 1,58g?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 122

dot. poz. 13

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwet operacyjnych, których opakowania jednostkowe zaopatrzone są w min. 1 naklejkę do przeklejenia do karty pacjenta?

Odp.: Zamawiający utrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia

Pytanie nr 123

dot. poz. 14

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania tupferów wyjalowionych z gazy 24-nitkowej z nitką RTG w kształcie fasoli 8x8cm, wyroby klasy II a, reguła 7, których opakowanie papierowo-foliowe z centralną etykietą, zaopatrzone jest w min. 2 naklejki do przeklejenia do karty pacjenta, a' 10 szt.?

Odp.: Zamawiający utrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie nr 124

dot. poz. 14

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania tupferów wyjalowionych z gazy 24-nitkowej z nitką RTG w kształcie fasoli 12x12cm, wyroby klasy II a, reguła 7, których opakowanie papierowo-foliowe z centralną etykietą, zaopatrzone jest w min. 2 naklejki do przeklejenia do karty pacjenta, a' 10 szt.?

Odp.: TAK – przy zachowaniu wymogu 4 naklejek

Pytanie nr 125

dot. poz. 15

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania tupferów wyjalowionych z gazy 20-nitkowej z nitką RTG w kształcie groszku 13x13cm, wyroby klasy II a, reguła 7, których opakowanie papierowo-foliowe z centralną etykietą, zaopatrzone jest w min. 2 naklejki do przeklejenia do karty pacjenta, a' 10 szt.?

Odp.: Zamawiający dopuszcza – przy zachowaniu wymogu 4 naklejek.

Pytanie nr 126

dot. poz. 16-17

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania koszuli przedoperacyjnej dla pacjenta sklasyfikowanej jako wyrób higieniczny opodatkowany VAT 23%?

Odp.: Nie.

Pytanie nr 127

dot. poz. 16

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania koszuli przedoperacyjnej dla pacjenta, wykonanej z włókniny polipropylenowej o masie min. 35 g/m², w rozmiarze 110x140cm, wiązanej na troki, kolor ciemnoniebieski?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 128

dot. poz. 17

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania koszuli przedoperacyjnej dla pacjenta, wykonanej z włókniny polipropylenowej o masie min. 35 g/m², w rozmiarze 110x140cm, wiązanej na troki, kolor ciemnoniebieski?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 129

dot. poz. 18

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania osłony foliowej z gumką na aparaturę w rozmiarze 85x150 cm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 130

dot. poz. 19

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania kieszeni foliowej samoprzylepnej 2-sekcyjnej w rozmiarze 43x38cm?

Odp.: TAK

Pytanie nr 131

dot. poz. 20

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania taśmy włókninowej samoprzylepnej w rozmiarze 10x50 cm a'1 szt.?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 132

dot. poz. 21

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania czepka męskiego typu bandana bez napotnika?

Odp.: Zamawiający utrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie nr 133

dot. poz. 23

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania osłony na kończynę w rozmiarze 35x120 cm pakowanej a' 1 szt., której opakowanie zaopatrzone jest w min. 2 naklejki do przeklejenia do karty pacjenta?

Odp.: Zamawiający dopuszcza – przy zachowaniu wymogu 4 naklejek

Pytanie nr 134

dot. poz. 24

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania osłony na rękaw o długości 50 cm z mankietem 8 cm, której opakowanie zaopatrzone jest w min. 2 naklejki do przeklejenia do karty pacjenta?

Odp.: Zamawiający dopuszcza – przy zachowaniu wymogu 4 naklejek.

Pakiet nr 16

Pytanie nr 135

Czy Zamawiający dopuści zaferowanie rękojeści staplerów z jedną dźwignią zamykająco-spustową, współpracującą z dopinanymi ładunkami, długość ramienia z ładunkiem 36,5 cm.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 136

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie ładunków dopinanych do rękojeści staplerów endoskopowych, ze zszywkami zamykającymi się na wysokość 1,0 mm, 1,5 mm, 1,75 mm 2,0 mm.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 137**dot. poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazową rękojeść staplera endoskopowego z artykulacją w ładunku, uniwersalną, przeznaczoną do ładunków wykonujących zespolenie o długości 30, 45 i 60 mm, posiadającą jedną dźwignię zamykająco-spustową. Długość ramienia z ładunkiem 26,5 cm lub 36,5 cm (bez ładunku 16 cm lub 26 cm), do wyboru przez Zamawiającego na etapie składania zamówienia?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 138**dot. poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowe ładunki liniowe do staplera endoskopowego prostego lub artykulacyjnego, umożliwiające wykonanie zespolenia na długości 60 mm, mocowane do trzonu staplera, zszywki zamykające się do 1 mm, 1,5 mm, 1,8 mm 2 mm i 2,35 mm. (Zamawiający każdorazowo określi rozmiar zszywek przy składaniu zamówienia)?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 139**dot. poz. 2**

Czy w związku ze zmianą u Producenta Zamawiający w Pakiecie nr 16 pozycja 2 dopuści jednorazowe ładunki liniowe do staplera endoskopowego z artykulacją, umożliwiające wykonanie zespolenia na długości 60 mm, ładowane w szczęki staplera. Ładunki do tkanki naczyniowej cienkiej (wysokość zszywki 1 mm po zamknięciu), ładunki do tkanki normalnej (wysokość zszywki 1,5 mm po zamknięciu), ładunki do tkanki średnio grubej (wysokość zszywki po zamknięciu 1,8 mm), ładunki do tkanki grubej (wysokość zszywki 2,0 mm po zamknięciu), ładunki do tkanki bardzo grubej (wysokość zszywki 2,3 mm po zamknięciu). Wszystkie ładunki przechodzące przez trokar o średnicy 12 mm. Ładunki wyposażone w prążkowaną powierzchnię umożliwiającą atraumatyczny chwyt pozwalający unieruchomić tkankę w trakcie wystrzelenia. (Zamawiający każdorazowo określi rozmiar ładunku przy składaniu zamówienia.)?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 17**Pytanie nr 140****dot. poz. 1**

Czy Zamawiający w pakiecie 17 w pozycji 1 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta zgodnie z opisem: Stapler skórny jednorazowego użytku zawierający 35 zszywek w magazynku. Zszywki wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej, powlekane teflonem w rozmiarach: grzbiet: 6,5 mm, nóżka: 4,7 mm. Wskaźnik ilości zszywek w staplerze, pozwala na kontrolowanie zużycia i minimalizację strat zszywek (pakowane po 6 szt.)?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 141**dot. poz. 2**

Czy Zamawiający w pakiecie 17 w pozycji 2 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta zgodnie z opisem: Stapler skórny jednorazowego użytku zawierający 35 zszywek w magazynku. Zszywki wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej, powlekane teflonem w rozmiarach: grzbiet: 6,5 mm, nóżka: 4,7 mm. Wskaźnik ilości zszywek w staplerze, pozwala na kontrolowanie zużycia i minimalizację strat zszywek (pakowane po 6 szt.)?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 142**dot. poz. 3**

Czy Zamawiający w pakiecie 17 w pozycji 3 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta zgodnie z opisem: Przyrząd do usuwania zszywek jednorazowego użytku oznakowany nazwą producenta zawierający metalową końcówkę ułatwiającą usuwanie

zszywek (pakowane po 12 sztuk)? 4. Czy Zamawiający w pakiecie 17 w pozycji 4 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta zgodnie z opisem: Przyrząd do usuwania zszywek wielorazowego użytku, wykonany z wysokiej jakości stali chirurgicznej (pakowane po 1 sztuce)?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet nr 18

Pytanie nr 142

dot. poz. 4

Czy Zamawiający dopuści końcówkę Yankauer o średnicy **wewnętrznej** 4,13 mm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 143

dot. poz. 6

Prosimy o wydzielenie w osobny pakiet pozycji

- Jednorazowa ścierka do osuszania pacjenta, rozmiar 40cm x 70cm, wykonane z materiału air land o gramaturze 50g/m².

Jesteśmy firmą oferującą artykuły higieniczne jednorazowego użytku, natomiast pozostałe artykuły należą do specjalistycznego wyposażenia medycznego.

Odp.: Zamawiający nie wydzieli wskazanej pozycji do osobnego pakietu.

Pytanie nr 144

dot. poz. 6

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 18 poz. 6 i czy dopuści: Jednorazowa ścierka do osuszania pacjenta, rozmiar 34cm x 40cm, wykonane z materiału innego niż air land o gramaturze 70g/m², opakowanie 300szt. w rolce, możliwość dostosowania wielkości ręcznika do potrzeb- można oderwać co drugą perforację co da wymiar 34x80cm, co trzecią, co da wymiar 34x120cm, lub

Jednorazowa ścierka do osuszania pacjenta, rozmiar 34cm x 40cm, wykonane z materiału innego niż air land o gramaturze 70g/m², opakowanie 200szt. w rolce, możliwość dostosowania wielkości ręcznika do potrzeb- można oderwać co drugą perforację co da wymiar 34x80cm, co trzecią, co da wymiar 34x120cm, lub

Jednorazowa ścierka do osuszania pacjenta, rozmiar 34cm x 30cm, wykonane z materiału innego niż air land o gramaturze 70g/m², opakowanie 100szt. w rolce, możliwość dostosowania wielkości ręcznika do potrzeb- można oderwać co drugą perforację co da wymiar 34x60cm, co trzecią, co da wymiar 34x90cm lub, Jednorazowa ścierka do osuszania pacjenta, rozmiar 18cm x 25cm, wykonane z materiału innego niż air land o gramaturze 70g/m², opakowanie 300szt. w rolce, możliwość dostosowania wielkości ręcznika do potrzeb- można oderwać co drugą perforację co da wymiar 18x50cm, co trzecią, co da wymiar 18x75cm. W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA.

Odp.: Zamawiający nie wydzieli wskazanej pozycji do osobnego pakietu.